

BZP.38.382-48.13.24

Jastrzębie – Zdrój, 06.12.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, (BZP.38.382-48.24).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 06.12.2024r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 w części „Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm” w pkt „A” oprócz wymaganych przez Zamawiającego śrub, również śrub tytanowych, korowych o średnicy 2.5 mm dł. 8-34 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w części „Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm” w poz. A w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm	
A	Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,0 mm; dł.4-30mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,3 mm; dł. 5-34mm; skok co 1 i 2 mm; (wg potrzeb Zamawiającego)

który otrzymuje brzmienie:

Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm	
A	Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,0 mm; dł.4-30mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,3 mm; dł. 5-34mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,5 mm dł. 8-34 mm (wg potrzeb Zamawiającego)

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 w części „Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm” w pkt „B” oprócz wymaganych przez Zamawiającego śrub, również śrub tytanowych, blokowanych o średnicy 2.5 mm dł. 8-34 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w części „Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm” w poz. B w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm	
B	Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm

który otrzymuje brzmienie:

Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm	
B	Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm, Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm dł. 8-34 mm

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści do oceny w poz. 4 produkt o następujących parametrach:
Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*, 90*, 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 18 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp	Nazwa towaru
4.	Jednorazowa, sterylna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50* oraz pod kątem 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. Do wyboru z katalogu producenta. Lub Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
4.	Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*, 90*, 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex

Pytanie nr 4 dot. § 7 ust. 3 i 6 Wzoru umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks?

W dobie elektronicznej Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Dodatkowo, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dopuszcza składanie zamówień zarówno za pomocą faksu jak i drogą mailową.

Pytanie nr 5 dot. § 7 ust. 15 Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § ... Umowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 dot. § 15 ust. 2 Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygania ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy : „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Dodatkowo, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem 11 pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij

wiadomość do Zamawiającego” <https://platformazakupowa.pl/pn/wss2> na stronie danego postępowania.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy w załączniku cenowym w punkcie 4 pakietu 4 nie doszło do omyłki i zamawiający dopuszcza zamiast:

„Trzpień prosty, krótki przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka Bezcementowa, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą. Panewka wielootworowa, w rozm. zewnętrznych 42-72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm od panewki 48 mm. Panewka pozwalająca zastosować wszystkie systemy artkulacyjne: dwumobilny, ceramiczny, polietylenowy oraz wkładu typu związanego. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.”

Następujące parametry: „Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. możliwość zastosowania podkładek piszczelowych oraz trzpieni pod tace piszczelową do dodatkowej stabilizacji. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrze do piły.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 4 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa	
	Komplet zawiera:
4.	Trzpień prosty, krótki przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej.

Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka Bezcementowa, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą. Panewka wielootworowa, w rozm. zewnętrznych 42-72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm od panewki 48 mm. Panewka pozwalająca zastosować wszystkie systemy artkulacyjne: dwumobilny, ceramiczny, polietylenowy oraz wkładu typu związanego. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.

który otrzymuje brzmienie:

Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa	
	Komplet zawiera:
4.	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. możliwość zastosowania podkładek piszczelowych oraz trzpieni pod tace piszczelową do dodatkowej stabilizacji. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrze do piły.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu w ciągu 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

a) w Pakiecie nr 6 w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ usuwa zapis w brzmieniu:

„WYKONAWCA ZAPEWNI:

1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. - Instrumentarium dostarczane na zabieg do 48 h od zamówienia telefonicznego."

b) w § 3 ust. 1 i 2 we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ zmienia zapis z:

§ 3

Warunki płatności

1. Należność za przedmiot umowy płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub fakturą Vat za dany miesiąc kalendarzowy (**dotyczy Pakietów nr 15, 17 i 18**) lub rachunkiem lub fakturą Vat (**dotyczy Pakietów nr 1 - 14 i 16**) w terminie **60 dni** od dnia doręczenia rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu umowy. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią rachunku bądź faktury Vat.
2. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie dokument WZ zawierający rodzaj i ilość wraz z ceną jednostkową netto, serią i datą ważności dostarczonego przedmiotu umowy, potwierdzający przyjęcie towaru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, dokonującego odbioru dostawy po sprawdzeniu ilości i jakości towaru. Wykonawca zobowiązany jest podać na dokumencie WZ numer umowy i datę jej zawarcia (**dotyczy Pakietu nr dotyczy Pakietów nr 15, 17 i 18**).

który otrzymuje brzmienie:

§ 3

Warunki płatności

1. Należność za przedmiot umowy płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub fakturą Vat za dany miesiąc kalendarzowy (**dotyczy Pakietów nr 6, 15, 17 i 18**) lub rachunkiem lub fakturą Vat (**dotyczy Pakietów nr 1 - 5, 7 - 14 i 16**) w terminie **60 dni** od dnia doręczenia rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu umowy. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią rachunku bądź faktury Vat.
2. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie dokument WZ zawierający rodzaj i ilość wraz z ceną jednostkową netto, serią i datą ważności dostarczonego przedmiotu umowy, potwierdzający przyjęcie towaru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, dokonującego odbioru dostawy po sprawdzeniu ilości i jakości towaru. Wykonawca zobowiązany jest podać na dokumencie WZ numer umowy i datę jej zawarcia (**dotyczy Pakietu nr dotyczy Pakietów nr 6, 15, 17 i 18**).

c) w § 6 ust. 1, 2, 3, 8 i 9 we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ zmienia zapis z:

§ 6

Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail (**dotyczy Pakietów nr 15, 17 i 18**).
2. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego na Aptekę Szpitalną w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 13:00. (**dotyczy Pakietów nr 15, 17 i 18**).
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

8. W przypadku wyrobów medycznych do implatacji klasy III, Wykonawca w momencie utworzenia depozytu i podpisania protokołu ustanowienia depozytu lub realizacji dostawy do Magazynu Apteki Szpitalnej dostarczy Zamawiającemu zapisane na elektronicznym nośniku danych, kody UDI dostarczanych produktów, pozwalające na pełną identyfikację produktu (tj. nazwa produktu, jego seria, data ważności oraz kod UDI).
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualną Deklarację Zgodności oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) dla przedmiotu umowy oraz przedłożyć je Zamawiającemu w formie elektronicznej (z dokładnym opisem jakiego pakietu i jakiej pozycji asortymentowej dotyczy dany dokument) w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na adres e-mail lub na elektronicznym nośniku danych:
 - 1) w przypadku dostaw do Apteki Szpitalnej: apteka@wss2.pl;
 - 2) w przypadku utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym: blok@wss2.pl;

który otrzymuje brzmienie:

§ 6

Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail (**dotyczy Pakietów nr 6, 15, 17 i 18**).
2. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego na **Blok Operacyjny** w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 13:00. (**dotyczy Pakietów nr 6, 15, 17 i 18**)
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy **Bloku Operacyjnego** dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
8. W przypadku wyrobów medycznych do implatacji klasy III, Wykonawca w momencie utworzenia depozytu i podpisania protokołu ustanowienia depozytu lub realizacji dostawy **na Blok Operacyjny** dostarczy Zamawiającemu zapisane na elektronicznym nośniku danych, kody UDI dostarczanych produktów, pozwalające na pełną identyfikację produktu (tj. nazwa produktu, jego seria, data ważności oraz kod UDI).
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualną Deklarację Zgodności oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) dla przedmiotu umowy oraz przedłożyć je Zamawiającemu w formie elektronicznej (z dokładnym opisem jakiego pakietu i jakiej pozycji asortymentowej dotyczy dany dokument) w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na adres e-mail **blok@wss2.pl** lub na elektronicznym nośniku danych.

d) w § 7 ust. 1 we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ zmienia zapis z:

§ 7

Depozyt

1. Wykonawca, w przypadku **Pakietu nr 1 - 14 i 16** będzie dostarczał przedmiot umowy na zasadzie stworzenia w Bloku Operacyjnego depozytu (obejmującego po 1 sztuce/komplecie z każdej pozycji wymienionej w Formularzu asortymentowo - cenowym i każdego rozmiaru), uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych elementów depozytu.

który otrzymuje brzmienie:

§ 7

Depozyt

1. Wykonawca, w przypadku **Pakietu nr 1 – 5, 7 - 14 i 16** będzie dostarczał przedmiot umowy na zasadzie stworzenia w Bloku Operacyjnego depozytu (obejmującego po 1 sztuce/komplecie z każdej pozycji wymienionej w Formularzu asortymentowo – cenowym i każdego rozmiaru), uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych elementów depozytu.

e) w § 8 ust. 2 we Wzorzec umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ zmienia zapis z:

§ 8

Warunki odbioru

2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. dokument WZ zgodnie z § 3 ust. 2 umowy (**dotyczy Pakietów nr 15, 17 i 18**).

który otrzymuje brzmienie:

§ 8

Warunki odbioru

2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. dokument WZ zgodnie z § 3 ust. 2 umowy (**dotyczy Pakietów nr 6, 15, 17 i 18**).

f) w § 10 we Wzorzec umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ zmienia zapis z:

§ 10

Osoby odpowiedzialne

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:

- a) ze strony Zamawiającego :

Pan lek. med. Andrzej Tomczak – lekarz zarządzający Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej tel. (32 47-84-490), e-mail: atomczak@wss2.pl

Pani Małgorzata Lisok - Krok – Kierownik Apteki Szpitalnej tel. (32 47-84-330), e-mail: mlisok@wss2.pl (**dotyczy Pakietu nr 15, 17 i 18**)

Pani Dorota Kasprzyk – Pielęgniarka koordynująca na Bloku Operacyjnym tel. (32 47-84-762), e-mail: dkasprzyk@wss2.pl (**dotyczy Pakietu nr 1 – 14 i 16**)

- b) ze strony Wykonawcy - Pan(i):

.....
(imię i nazwisko, nr telefonu)

który otrzymuje brzmienie:

§ 10

Osoby odpowiedzialne

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:

- a) ze strony Zamawiającego :

Pan lek. med. Andrzej Tomczak – lekarz zarządzający Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej tel. (32 47-84-490), e-mail: atomczak@wss2.pl

Pani Dorota Kasprzyk – Pielęgniarka koordynująca na Bloku Operacyjnym tel. (32 47-84-762), e-mail: dkasprzyk@wss2.pl

- b) ze strony Wykonawcy - Pan(i):

.....
(imię i nazwisko, nr telefonu)

Załącznikiem do pisma jest:

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 2 - Zestawy śrub i płytek do zespołów złamań w obrębie kończyny górnej i dolnej) po zmianach z dnia 06.12.2024r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 4 - Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego - cementowe i bezcementowe. Protezy kolana jednoprzędziałowe. Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego i kolanowego) po zmianach z dnia 06.12.2024r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 6 - Endoproteza głowy kości promieniowej) po zmianach z dnia 06.12.2024r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 18 - Dreny do wieży artroskopowej) po zmianach z dnia 06.12.2024r.;
- Wzór umowy po zmianach z dnia 06.12.2024r.

Treść SWZ oraz pozostałych załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem