



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 20

Toruń, dnia 21-04-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-13/21

dotyczy: postępowania na dostawę cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych; elektrod do czasowej przezżyłnej stymulacji serca.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1: dot. Zadania Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 w pozycji nr 2 Introduktory transeptalne sterowane: Introduktor transeptalny sterowany z możliwością wizualizacji w systemie elektroanatomicznym?

Produkt spełnia wymogi SIWZ, dodatkowo posiada 3 dostępne krzywizny i został wprowadzony na rynek jako jedyny dający możliwości wizualizacji w systemie elektroanatomicznym. Ujęcie go w portfolio zabiegowym pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa złożonych zabiegów ablacji, wymagających zastosowania nakłucia transeptalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji nr 5, pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycję nr 5 z Zadania Nr 3, tj. Elektroda bierna wielorazowa do generatora RF – 1 szt.

Aktualny Załącznik Nr 2/3 do SWZ zostaje zamieszczony na stronie https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

Pytanie Nr 3, dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 6.1b następującego brzmienia: „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych wyrobów do momentu ich pobrania z depozytu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w § 3 ust. 6.1b wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „b) Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych wyrobów do momentu ich pobrania z depozytu przez Zamawiającego.”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 4, dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 6.1j następującego brzmienia: „Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu, warunków, w których są przechowywane wyroby oraz kontroli terminów ważności wyrobów pozostających w depozycie cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w § 3 ust. 6.1j wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „j) Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu, warunków, w których są przechowywane wyroby oraz kontroli terminów ważności wyrobów pozostających w depozycie cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał.”

Pytanie Nr 5, dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 6.1m o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu wyrobów, którym upłynął termin ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w § 3 ust. 6.1 m) o następującym brzmieniu: „m) Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu wyrobów, którym upłynął termin ważności.”

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska