



Olsztyn, 14.09.2021 r.

L.dz. W/1550...../2021/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania nr 281/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 4):**

Czy zamawiający dopuszcza dygestorium o szerokości zewnętrznej 1200 oraz szerokości wewnętrznej komory roboczej 1100?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza dygestorium o powyższych parametrach.

Z poważaniem,

  
KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec

Załączniki do pisma:

- 1) załącznik nr 1 - Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA  
  
Dorota Borkowska