

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 21.11.2018 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

Nr sprawy: ZP-18-137UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

PYTANIA dot. SIWZ - PAKIETY

Pyt. 1 PAKIET NR 21 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 21 pozycję 4 i 5. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie oferentów, zwiększając konkurencyjność.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 4 i 5 z Pakietu nr 21.

Pyt. 2 PAKIET NR 24 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w powyżej pozycji opatrunek o rozmiarze 10x2,5x1,5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10x2,5x1,5cm oraz dokonuje korekty Załącznika nr 24 do SIWZ.

Pyt. 3 PAKIET NR 3 i Pakiet nr 24

Czy Zamawiający w powyższych pakietach odstąpi od wymogu dostarczenia próbek z uwagi na sposób fabrycznego pakowania np. po 50 szt.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia wymaganych próbek w ilościach wskazanych w SIWZ.

Pyt. 4 PAKIET NR 21 poz. 1-3

W opisie Zamawiający wymaga badań klinicznych in vitro. W kryteriach oceny Zamawiający dodatkowo punktuje badania kliniczne in vivo. Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie miał na myśli badania przedkliniczne in vitro?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 PAKIET NR 21 poz. 4-5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 PAKIET NR 22

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- strukturalna włóknina siedmiowarstwowa;
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli potwierdzone w badaniach in vitro oraz w instrukcji użytkowania,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest odporna na antybiotyki i jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz na Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

ZP-18-137UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 PAKIET NR 10 poz. 1

Proszę o odpuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x7,5 cm, zamiast 7,2x5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 8 PAKIET NR 10 poz. 2

Proszę o odpuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm, zamiast 8x10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 PAKIET NR 10 poz. 3

Proszę o odpuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x10cm, zamiast 15x6 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 PAKIET NR 10 poz. 3

Proszę o odpuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x10cm, zamiast 15x8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 PAKIET NR 9 poz. 1÷3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej o długości 10m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 PAKIET NR 10 poz. 3, 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku na rany pooperacyjne z kanciastymi rogami, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13 PAKIET NR 18 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składzie:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m².

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14 PAKIET NR 18 poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji pierwszej z pakietu osiemnastego co umożliwi Wykonawcom złożenia konkurencyjnych ofert, a Państwu uzyskanie korzystnych i atrakcyjnych cen.

Odp.: Zamawiający dokonuje wydzielenia poz. 1 z Pakietu nr 18, tworząc osobny Pakiet 18A. Skorygowane Załączniki nr 18 i 18A do SIWZ w załączeniu.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 15 PAKIET NR 18 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia ofert równoważnych (o parametrach zbliżonych / lepszych od opisanych) na zestaw uniwersalny, będący w ofertach wielu wykonawców w zbliżonym / porównywalnym składzie.

Zgodna na powyższe pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji, zgodnie z obowiązującą ustawą PZP.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 14.

Pyt. 16 PAKIET NR 18 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu równoważnego o składzie i parametrach technicznych:

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190x150cm (owinięcie zestawu);
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo 78x145cm z warstwą chłonną na całej długości;
- 3) 1 x serweta samoprzylepna trzywarstwowa 150x240cm;
- 4) 1 x serweta samoprzylepna trzywarstwowa 180x180cm;
- 5) 2 x serweta samoprzylepna trzywarstwowa 90x75cm;
- 6) 4x ręcznik celulozowy 30x34(+/-10%)

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety trzywarstwowe o budowie PE+PP+PP (grubość folii 33µ) o gramaturze 75 g/m² i chłonności 458%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy.

Każdy zestaw posiada 4 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa.

Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO.

I klasa palności serwet potwierdzona oświadczeniem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17 PAKIET NR 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 7,6cm x 2,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 18 PAKIET NR 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'500szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19 PAKIET NR 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 1m x 6cm z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dokonuje korekty Pakietu 5 poz. 2 w zakresie rozmiaru w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Pyt. 20 PAKIET NR 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5m x 6cm z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 21 PAKIET NR 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22 PAKIET NR 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 23 PAKIET NR 6 poz. 2, 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 i 6 do osobnego pakietu? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 i 6 do osobnego pakietu.

Pyt. 24 PAKIET NR 8 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu niepalności i antystatyczności?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 25 PAKIET NR 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniyny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 26 PAKIET NR 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 27 PAKIET NR 8 poz. 1

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 14.

Pyt. 28 PAKIET NR 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 50x75 cm z otworem o średnicy 7 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów, w tym wymogu w zakresie taśmy lepnej wokół otworu.

Pyt. 29 PAKIET NR 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o wymiarach 6x8cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 PAKIET NR 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o wymiarach 6x8cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 PAKIET NR 19 poz. 1, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32 PAKIET NR 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną trzywarstwową (spunbond + meltblown + spunbond) z otworem w centralnej części serwety. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m². Rozmiar 200 cm x 280 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 33 PAKIET NR 19 poz. 2

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 do osobnego Pakietu.

Pyt. 34 PAKIET NR 7 poz. 1÷6

Czy Zamawiający analogicznie do pakietu 6, poz. 1 będzie konsekwentny i również w pakiecie 7 wymaga zaoferowania wyrobów w opakowaniach z etykietą zgodną z normą PN-EN ISO 15223-1:2017, co gwarantuje zaoferowanie wyrobów zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 35 PAKIET NR 8 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładów o gramaturze 27g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 36 PAKIET NR 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 8cm x 15cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 37 PAKIET NR 17 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu zabiegowego o składzie:

- a) 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna 45x75cm;
 - b) 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna 45x75cm z otworem 8cm (centralnie) i przyklepcem na dłuższym boku serwety;
 - c) 5 x kompres włókninowy o gramaturze: min. 40 g/m², 4-warstwowe, rozmiar: 5x5cm;
 - d) 7 x tupfer z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m², rozmiar: 30x30cm;
 - e) 1 x pęseta medyczna, rozmiar: 13-14cm;
 - f) 1 x nerka tekturowa;
 - g) plastikowy przezroczysty pojemnik okrągły o pojemność: 125 ml, podziałka co 25 ml
- Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 38 PAKIET NR 18, poz. 1

Zamawiający przygotował opis przedmiotu w taki sposób, że jedyną ważną ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca firma....., co jest niezgodne z Artykułem 29 ust. 1 PrZamPubl. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści ofertę zestawów:

Poz. 1

Zestaw uniwersalny

Skład zestawu: (wymiary podane w cm)

- 1) 1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 (owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80 x 145 z warstwą chłonna na długości min. 85 x 76
- 3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180 x 300
- 4) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa min.200 x 180
- 5) 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 90 x 100
- 6) 1 x taśma samoprzylepna 9x50
- 7) 2 x ręcznik włókninowy 20 x 40

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe

na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych.

Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. „Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017 r.; sygn. akt KIO 651/17).”

Pyt. 39 PAKIET NR 18, poz. 2

Zamawiający przygotował opis przedmiotu w taki sposób, że jedyną ważną ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca firma....., co jest niezgodne z Artykułem 29 ust. 1 PrZamPubl. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści ofertę zestawów:

Poz. 2

Zestaw uniwersalny duży

Skład zestawu: (wymiary podane w cm)

- 1) 1 x serweta 2 warstwowa na stół narzędziowy 150 x 190 (owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 240 x 180
- 3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180 x 300
- 4) 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 100 x 90
- 5) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo z piaszkowanej folii z warstwą chłonna min. 85 x 76

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- 6) 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50
- 7) 1 x kieszeń samoprzylepna 1 sekcyjna 30 x 40 PE
- 8) 1 x kieszeń samoprzylepna 2 sekcyjna 42 x 35 PE
- 9) 1X uchwyt typu Velco 2 x 25
- 10) 8 x chusta z gazy 17 nitkowej z nitką RTG 45 x 45
- 11) 1 x miska plastikowa okrągła 2500ml, gładka na zewnątrz i od środka o gładkim dnie,
- 12) 1x miska nerkowata plastikowa 700 ml
- 13) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24
- 14) 4 x tupfer 30 x 30 z gazy 17- nitkowej
- 15) 2 x ręcznik włókninowy 20 x40

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 38.

Pyt. 40 PAKIET NR 18, poz. 3

Zamawiający przygotował opis przedmiotu w taki sposób, że jedyną ważną ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca firma....., co jest niezgodne z Artykułem 29 ust. 1 PrZamPubl. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści ofertę zestawów:

Poz. 3

Zestaw do operacji tarczycy

Skład zestawu: (wymiary podane w cm)

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190(owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo z warstwą chłonną min. 85 x 76
- 3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 150 x 240 z wycięciem U 63 x 7
- 4) 1 x serwetka samoprzylepna 2 warstwowa 180 x 240
- 5) 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50
- 6) 2 ręczniki włókninowe 20 x 40

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 38.

Pyt. 41 PAKIET NR 18, poz. 4

Zamawiający przygotował opis przedmiotu w taki sposób, że jedyną ważną ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca firma....., co jest niezgodne z Artykułem 29 ust. 1 PrZamPubl. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści ofertę zestawów:

Poz. 4

Zestaw do żyłaków kończyn dolnych

Skład zestawu: (wymiary podane w cm)

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190(owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 z warstwą chłonną min. 85 x 76
- 3) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180x 240 z wycięciem U 63 x 7
- 4) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 180 x 240
- 5) 1 x serweta 2 warstwowa 210 x 150
- 6) 1 x serweta do osłony krocza przylepna na 4 bokach 20 x 35
- 7) 1 x taśma samoprzylepna 9x 50
- 8) 2 x ręcznik włókninowy 20x40

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 56g/m² i chłonności min. 570%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 38.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 42 PAKIET NR 18, poz. 5

Zestaw brzuszno-kroczeniowy

Skład zestawu (wymiary podane w cm):

- 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190(owinięcie zestawu)
- 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80 x 145 cm z warstwą chłonną min. 85x 76
- 3) 1 x serweta brzuszno-kroczeniowa 2 warstwowa 240 x 260 z oknami 34x30 i 10x15
- 4) 1 x serweta 2 warstwowa pod pośladki 90 x 75
- 5) 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50
- 6) 1 x kieszeń foliowa 2 komorowa 42 x 35
- 7) 2 x ręcznik włókninowy 20 x 40

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE+VIS gramaturze min. 73g/m² i chłonności min. 824%. Serwety bez zawartości celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 38.

Pyt. 43 PAKIET NR 19 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet spełniających I klasę palności?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 44 PAKIET NR 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony zamiast tekturowego w polipropylenowy pojemnik trójdzielny oraz w metalowe imadło do szycia 13cm? Zestaw sterylizowany metodą EO. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 45 PAKIET NR 23 poz. 1

Zamawiający przygotował opis przedmiotu w taki sposób, że jedyną ważną ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca firma, co jest niezgodne z Artykułem 29 ust. 1 PrZamPubl. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści

Zestaw do pobrań narzędzi

Skład zestawu: (wymiary podane w centymetrach)

- 1) 1 x serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa 200 x 240 (owinięcie zestawu)
- 2) 1 x końcówka do ssaka zakrzywiona bez V.C 18/6,00 CH/mm, 260 mm
- 3) 1 x dwutorowy dren do perfuzji , o długości 227 cm z zbiornikiem przepływowym
- 4) 1 x miska plastikowa 6000ml, ok. 30 x 12,5
- 5) 1 x serweta 3-warstwowa 360 x 305 w kształcie litery T z ekranem anestetycznym (szerokość ekranu 300 cm) z otworem 30 x 60 wypełniony folią chirurgiczną
- 6) 1 x kieszeń samoprzylepna 1- sekcyjna 30 x 40 PE
- 7) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm
- 8) 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy)XL
- 9) 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy)M
- 10) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo z piaskowanej folii, z warstwą chłonną min. 85 x 76
- 11) 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 25 cm
- 12) 40 x kompres z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, o wymiarze 7,5 cm x 7,5
- 13) 4 x tupfer z gazy 17-nitkowej 50 x 50
- 14) 2 x taśma samoprzylepna 9 x 50
- 15) 25 x chusta z gazy 17 nitkowej z nitką RTG o wymiarach 45 x 45, 4 warstwowa
- 16) Opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10
- 17) 1 x zestaw do odsysania płynów, dren 26/8,67 CH/mm 300 cm, końcówka tuba w tubie zakrzywiona bez V.C. 300mm
- 18) 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml
- 19) 2 x miska plastikowa okrągła 2500ml. Ok. 22 x 9 2500ml,
- 20) 1 x elektroda czynna monopolarna , kable ok. 300 cm.
- 21) Zestaw umieszczony w 2 opakowaniach transportowych.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE+VIS gramaturze min. 73g/m² i chłonności min. 824%.

Serwety bez zawartości celulozy. Każdy zestaw posiada min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona KDT.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 38.

Pyt. 45 PAKIET NR 23 poz. 1

Zamawiający przygotował opis przedmiotu w taki sposób, że jedyną ważną ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca firma, co jest niezgodne z Artykułem 29 ust. 1 PrZamPubl. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści

Zestaw do pobrań narządów

Skład zestawu: (wymiały podane w centymetrach)

- 1) 1 X SERWETA NA STÓŁ NARZĘDZIOWY 2 WARSTWOWA 260 X 200 CM (OWINIĘCIE ZESTAWU) 1 SZT
- 2) 1 X KOŃCÓWKA DO SSAKA ZAKRZYWIONA BEZ V.C 18/6,00 CH/MM, 260 MM 1SZT
- 3) 1 X DWUTOROWY DREN DO PERFUZJI , O DŁUGOŚCI 227 CM Z ZBIORNIKIEM PRZEPŁYWOWYM 1SZT
- 4) 1 X MISKA PLASTIKOWA 6000ML, OK. 30 X 12,5 OKRĄGŁA 1 SZT
- 5) 6 X WOREK NA NARZĄDY ZACIĄGANY TASIEMKĄ 51 X 51 CM 6 SZT
- 6) 1 X SERWETA 3-WARSTWOWA 300 X 365 (+/- 10 CM)Z OTWOREM 30 X 60 WYPEŁNIONY FOLIĄ CHIRURGICZNĄ W KSZTAŁCIE LITERY T Z ZINTEGROWANYM EKRANEM ANESTEZJOLOGICZNYM 1 SZT
- 7) 1 X KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA 1 SEKCYJNA 40 X 30 CM 1 SZT
- 8) 1 X KLESZCZYKI PLASTIKOWE TYPU KORCANG 24 CM 1 SZT
- 9) 2 X FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY XL 2 SZT
- 10) 1 X FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY M 1 SZT
- 11) 1 X SERWETA NA STOLIK MAYO 80 X 145 SKŁADANA TELESKOPOWO Z PIASKOWANEJ FOLII, Z WARSTWĄ CHŁONNĄ MIN. 85 X 76 1 SZT
- 12) 2 X UCHWYT TYPU VELCRO 2 X 25 CM 2 SZT
- 13) 40 X KOMPRES Z GAZY 17 NITKOWEJ Z NITKĄ RTG, O WYMIARZE 7,5 CM X 7,5 40 SZT
- 14) 4 X TUPFER Z GAZY 17-NITKOWEJ 50X50 CM 4 SZT
- 15) 2 X TAŚMA SAMOPRZYLEPNA 9 X 50 2 SZT
- 16) 25 X CHUSTA Z GAZY 17 NITKOWEJ Z NITKĄ RTG O WYMIARACH 45 X 45, 4 WARSTWOWA 25 SZT
- 17) OPATRUNEK CHŁONNY SAMOPRZYLEPNY 35 X 10 1 SZT
- 18) 1 X ZESTAW DO ODSYSANIA PŁYNÓW, DREN 25 CH 300 CM 1 SZT
- 19) 1 X MISKA NERKOWATA PLASTIKOWA 700 ML 1 SZT
- 20) 2 X MISKA PLASTIKOWA OKRĄGŁA 2500ML. OK. 22 X 9 GŁADKA OD ŚRODKA I NA ZEWNĄTRZ O GŁADKIM DNIE , JEDNAKOWEJ ŚREDNICY DNA I GÓRY. 2 SZT
- 21) 1 X ELEKTRODA CZYNNA MONOPOLARNA , KABLE 300 CM. 1 SZT

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 38.

Pyt. 47 PAKIET NR 25 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów należących do klasy IIa reg. 7?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 48 PAKIET NR 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków nosowych o rozmiarze: 10x2,5x1,5cm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 2.

Pyt. 49 PAKIET NR 7 poz. 1÷6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pyt. 50 PAKIET NR 7 poz. 1÷6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z SIWZ.

ZP-18-137UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pyt. 51 PAKIET NR 9 poz. 1÷3

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w stanie rozciągniętym czy 1 szt. = 1 opakowanie 10 mb w stanie swobodnym?

Odp.: Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia swoje wymagania co do długości siatki i wymaga wyceny za sztukę siatki.

Pyt. 52 PAKIET NR 9 poz. 1÷3

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 53 PAKIET NR 9 poz. 1÷3

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 54 PAKIET NR 9 poz. 1÷3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 55 PAKIET NR 9 poz. 1÷3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 56 PAKIET NR 5 poz. 2, 6

Prosimy o wydzielenie poz. 5,6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 i 6 do osobnego Pakietu.

Pyt. 57 PAKIET NR 5 poz. 2, 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 58 PAKIET NR 5 poz. 2, 6

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pyt. 59 PAKIET NR 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji 3 kompresy jałowe pakowane po a'10 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 60 PAKIET NR 18 poz. 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny spełniający podwyższone parametry normy EN 13795, sterylizowany radiacyjnie, chłonność 2,1 ml/dm³, serwety 3-warstwowe ze wzmocnieniami, wykonane z włókniny wiskozowej i folii PE, skład zestawu:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	300x175	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	100x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 61 PAKIET NR 18 poz. 3

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy spełniający parametry normy EN 13795, sterylizowany radiacyjnie, chłonność 2,1 ml/dm³, serwety 2-warstwowe, wykonane z włókniny wiskozowej i folii PE oraz z włókniny celulozowej i folii PE, skład zestawu:

1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x150 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x65 cm)	260x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 175x230 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x20 cm)	175x230	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. osłona na stolik MAYO	79x145	1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 62 PAKIET NR 18 poz. 4

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do żyłaków kończyn dolnych spełniający parametry normy EN 13795, sterylizowany radiacyjnie, chłonność 2,1 ml/dm³, serwety 2-warstwowe, wykonane z włókniny wiskozowej i folii PE oraz z włókniny celulozowej i folii PE, skład zestawu:

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	240x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej.....	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	100x150	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	2
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu).....	150x190	1

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 63 PAKIET NR 18 poz. 5

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczy spelniający podwyższone parametry normy EN 13795, sterylizowany radiacyjnie, chłonność 2,1 ml/dm³, serwety 3-warstwowe z warstwą chłonną, wykonane z włókniny wiskozowej i folii PE, strefa pola operacyjnego wyposażona w folię typu flex dopasowującą się do ciała, skład zestawu:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczy o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anesteziologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie	250/175/270x260	1
2. serweta z taśmą samoprzylepną	75x75	1
3. taśma samoprzylepna typu RZEP	2,5x30	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 64 PAKIET NR 18 poz. 2

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami zgodnymi z parametrami normy EN 13795 oraz zawierającymi w swym składzie włókninę wiskozową, skład zestawu:

Serweta operacyjna 100x100cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 2szt.

Serweta operacyjna 300x174cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 szt.

Serweta operacyjna 200x200cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 szt.

Wzmocniona osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 65x100cm, składana teleskopowo – 1 szt.

Osłona na stół narzędziowy 150x210cm obszar chłonny 75x210cm – 1 szt.

Kieszka foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 2 szt.

Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany – 1 szt.

Taśma lepna 9x49cm – 1 szt.

Tupfer okrągły gazowy 30x40cm (gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg, biały) – 4 szt.

Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) pakowany po 5 szt. – 8 kpl

Miska nerkowa 700 ml – 1 szt.

Miska z polipropylenu 2500ml, z podziałką, niebieska – 1 szt.

Kleszczyki blokowane 24.7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie - 1 szt.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 65 PAKIET NR 4 poz. 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu okulistycznego zawierającego tupfery z gazy 24-nitkowej zamiast 20-nitkowej? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 66 PAKIET NR 4 poz. 2

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego 1x pudełko magnetyczne o wymiarach 11,5 x 5,5 x 1,5 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZP-18-137UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pyt. 67 PAKIET NR 18 poz. 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego w swoim składzie dodatkowo 1x taśmę samoprzylepną 10x50cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 68 PAKIET NR 18 poz. 3

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta samoprzylepna 125x150cm z wycięciem „U” ma dodatkowy pad chłonny w rozmiarze 40x45cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 69 PAKIET NR 18 poz. 4

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do żyłaków kończyn dolnych posiadającego w swoim składzie 1x serwetę samoprzylepną dwuwarstwową w rozmiarze 170x250cm (zamiast 150x100) oraz dodatkowo 1x serwetę nieprzylepną dwuwarstwową w rozmiarze 150x200cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 70 PAKIET NR 19 poz. 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 7cm otoczonym taśmą lepną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 71 PAKIET NR 19 poz. 2

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 120x150cm z otworem bez folii o średnicy 7cm, na wysokości min.75cm od górnej krawędzi serwety (mierzone wzdłuż dłuższego boku)?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem dopuszczenia konkurencji w zakresie tego pakietu i możliwości złożenia przez naszą firmę ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty, a tym samym pozwoli Zamawiającemu na wybór faktycznie korzystnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 72 PAKIET NR 23 poz. 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego następujące parametry:

8) chusta z chipem RTG

14) taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x50cm

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 73 PAKIET NR 21

Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści jałowy materiał hemostatyczny, o zawartości grupy karboksylowej 18÷21%, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 74 PAKIET NR 21

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści jałową, nie kruszącą się gąbkę żelatynową wieprzową o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalną w wodzie, wykonaną z żelatyny wieprzowej, wchłaniającą gąbkę żelatynową tworzącą matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi, z okresem wchłaniania: 4-6 tygodni i hemostazą osiąganą w czasie 2-8 min, rozmiar: 1cmx1cmx1cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 75 PAKIET NR 21

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści jałową, nie kruszącą się gąbkę żelatynową wieprzową o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalną w wodzie, wykonaną z żelatyny wieprzowej, wchłaniającą gąbkę żelatynową tworzącą matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi, z okresem wchłaniania: 4-6 tygodni i hemostazą osiąganą w czasie 2-8 min, rozmiar: 7cmx5cmx0,1cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 76 PAKIET NR 21

Czy Zamawiający w pozycji 1-3 poprzez zapis: „Posiadający właściwości bakteriobójcze hamujące rozwój MRSA,MRSE, VRE, PRSP, E Coli udokumentowane badaniami klinicznymi in vitro”- ma na myśli i wymaga bakteriobójczości dotyczącej w/w szczepów bakteryjnych udokumentowanej w pełni poprzez badania kliniczne in vivo i in vitro?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 77 PAKIET NR 21

Czy Zamawiający w pozycji 1-3 poprzez zapis: „Posiadający właściwości bakteriobójcze hamujące rozwój MRSA,MRSE, VRE, PRSP, E Coli udokumentowane badaniami klinicznymi in vitro”- dopuszcza możliwość udokumentowania w/w bakteriobójczości laboratoryjną analizą mikrobiologiczną, którego przedmiot badania(szczepy bakteryjne)- mają nieokreślone pochodzenie a jednostka badawcza nie ponosi odpowiedzialności za wynik i dobór próbek?

Odp.: Nie.

Pyt. 78 PAKIET NR 21

Czy Zamawiający w pozycji 1-3 poprzez zapis: „Posiadający właściwości bakteriobójcze hamujące rozwój MRSA,MRSE, VRE, PRSP, E Coli udokumentowane badaniami klinicznymi in vitro”- dopuszcza możliwość udokumentowania w/w bakteriobójczości laboratoryjną analizą mikrobiologiczną, która dotyczy tylko jednego, rodzaju/rozmiaru oksydowanej regenerowanej celulozy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 79 PAKIET NR 22

Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści jałowy materiał hemostatyczny, o zawartości grupy karboksylowej 18÷21%, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 80 PAKIET NR 21, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny, posiadający właściwości bakteriobójcze, hamujące rozwój MRSA, VRE, E Coli - potwierdzone badaniami in vitro, oraz PRSP – potwierdzone w instrukcji użycia producenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 81 PAKIET NR 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny złożony z 10 warstw zamiast 7?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 82 PAKIET NR 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny, posiadający właściwości bakteriobójcze, hamujące rozwój MRSA, VRE, E Coli – potwierdzone badaniami in vitro, oraz PRSP - potwierdzone w instrukcji użycia producenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 83 PAKIET NR 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x2,5x1,5cm?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu nr 2.

Pyt. 84 PAKIET NR 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,5x1,5x1cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA dot. PROJEKTU UMOWY

Pyt. 1

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 3

Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

SIWZ

- **Rozdział VII ust. 3** zapis otrzymuje brzmienie:

Jest:

W przypadku zaofiarowania asortymentu o parametrach dodatkowo punktowanych (ocenianych) w kryterium - **JAKOŚĆ - dotyczy Pakietu nr 3, 6, 7, 21, 22, 25 próbki/dokumenty należy dostarczyć wraz z ofertą.**

Powinno być:

W przypadku zaofiarowania asortymentu o parametrach dodatkowo punktowanych (ocenianych) w kryterium - **JAKOŚĆ - dotyczy Pakietu nr 3, 21, 22, 25 próbki należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w godzinach jego pracy - Dział zamówień Publicznych i Umów pok. Nr 2 budynek Dyrekcji na dzień składania ofert.**

- **Rozdział VII ust. 3 pkt. 3.8.** dopisuje się pkt 3.8. o następującym brzmieniu:
 - Dokument potwierdzający I klasę palności serwet - **dot. Pakiet nr 18A**
- **Rozdział VII ust. 3 pkt. 3.8.** *dopisuje się pkt 3.8.* o następującym brzmieniu:
 - Certyfikatem CE potwierdzający sterylność zaofiarowanego wyrobu - **dot. Pakietu nr 6, Pakietu nr 7.**
- **Rozdział VII ust. 6** *wykreśla się* zapis dot. Pakietu nr 6 i 7 tj.:
Pakiet nr 6, 7 - Próbka po 2 op. z każdej pozycji (dot. kryterium - sposób złożenia kompresu), certyfikatem CE lub Raportem walidacji (dot. kryterium - proces sterylizacji) procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.
- **Rozdział XIII ust. 1**, otrzymuje brzmienie:

ZP-18-137UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Jest:

- 1) **KRYTERIUM OCENY dla Pakietów nr 1÷2, 4÷5, 8÷20, 23÷24, 26**

Cena - 100%

Powinno być:

- 1) **KRYTERIUM OCENY dla Pakietów nr 1÷2, 4÷20, 23÷24, 26**

Cena - 100%

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ między innymi w zakresie:

- **OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
- **INFORMACJI O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**
- **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
- **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- **Rozdział XIII ust. 2**, otrzymuje brzmienie:

Jest:

- 1) **KRYTERIUM OCENY dla Pakietów nr 3, 6÷7, 21÷22, 25**

Cena - 60 %

Jakość - 40 %

Powinno być:

- 1) **KRYTERIUM OCENY dla Pakietów nr 3, 21÷22, 25**

Cena - 60 %

Jakość - 40 %

- **Rozdział XIII ust. 2 pkt. 2.** wykreśla się zapisy dot. jakości dla Pakietu nr 6 i 7.
- **Rozdział XIII ust. 2 pkt. 2.** Zamawiający koryguje zapis w zakresie przyznania dodatkowych punktów w kryterium „JAKOŚĆ” dla Pakietu nr 25, pozostałe zapisy bez zmian.

Dodatkowe punkty dla Pakietu Nr 25 zostaną przyznane za następujący parametr:

Parametr	TAK	NIE	Sposób weryfikacji parametru
Kompresy gazowe niejätowe 14-16 nitkowe	20 pkt	0 pkt	próbka/dokument potwierdzający ilość nitek w zaoferowanym przedmiocie zamówienia
Kompresy gazowe niejätowe 17-nitkowe i więcej	40 pkt	0 pkt	

Zamawiający przyzna punkty dla każdej pozycji wyszczególnionej w Załączniku 25 do SIWZ, następnie suma punktów zostanie podstawiona do wzoru na obliczenia Pj.

- **Załącznik nr 22** - poz. 1 wykreśla się słowo „in vivo”.