

Konin, 05.08.2022 r.

**WSZ-EP-24/1160/2022**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 26**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 77 dopuści podwójny bezigłowy port /przeźroczysty/ do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową płaską membraną kompatybilną ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie /średnica wewn. drenu 1,1mm, zewn. 2,35mm/, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez lateksu i DEHP?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 124 dopuści skalowanie: strzykawka 5ml- co 0,2 ml, strzykawka 10ml- co 0,5 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 124 dopuści wycenę za op. a'100 sztuk? Wycena za opakowanie jest korzystniejsza cenowo dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 130 dopuści wycenę za op. a'100 sztuk? Wycena za opakowanie jest korzystniejsza cenowo dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 23 dopuści bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,045ml, przepływ 540ml/min; przezroczysty oraz do leków światłoczułych, sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania 600 aktywacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 28 dopuści kaniulę dożylną z portem cewnik wykonany z FEP, koreczek portu bocznego domykany standardowo, cewnik posiadający dwa paski kontrastujące w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z hydrofobowym filtrem, skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO.

Rozmiary:

- 24 G - długość 19 mm; przepływ 23 ml/min,
- 22 G - długość 25 mm; przepływ 36 ml/min,
- 20 G - długość 32 mm i 25mm; przepływ 61 i 65ml/min,
- 18 G - długość 32 mm i 45mm; przepływ 90 ml/min,
- 17 G - długość 45 mm; przepływ 142 ml/min,
- 16 G - długość 45 mm; przepływ 200 ml/min,
- 14 G - długość 45 mm; przepływ 305 ml/min.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 28 dopuści kaniulę dożylną wykonaną z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami, z filtrem hydrofobowym z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia z 2 paskami RTG, na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli w skali Gauge i długość w mm oraz wartości przepływów, nazwy producenta, daty ważności i materiału z jakiego wykonano kaniule. Igła punkcyjna z tylnym szlifem.

Rozmiar: 24G 0,7x 19mm przepływ 23ml/min, 22G 0,9 x 25mm – przepływ 36ml/min, 20G 1,1 x 32mm – przepływ 60ml/min, 18G 1,3 x 45mm –przepływ 90ml/min, 16G 1,7 x 45mm –przepływ 200ml/min, 14G 2,1 x 45mm –przepływ 305ml/min.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 3 dopuści strzykawkę z kontrastującym mlecznym tłokiem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 1-4 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie 32 poz. 5 i 6 dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych kompatybilne ze wszystkimi pompami wskazanymi w opisie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki wraz z oświadczeniem producenta o ich kompatybilności z opisaną przez Zamawiającego pompą – oświadczenie składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. W związku z tym Zamawiający zmienia treść:

- SWZ w rozdziale X. „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” - w ust 1 dodaje pkt 3);  
- Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 34, 35 i 48 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

12. Czy Zamawiający w Pakiecie 34 poz. 1 -9 wymaga zaoferowania igieł jednego producenta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

13. Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 2 dopuści dren 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

14. Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 3 dopuści przyrząd z komorą zawierającą medyczny PCV, bez miejsca na zabezpieczenie drenu i igły po użyciu, bez nazwy producenta na przyrządzie, opakowanie typu folia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

15. Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 4 dopuści worek pakowany osobno?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

16. Czy Zamawiający w Pakiecie 49 poz. 2 dopuści pojedynczy łącznik bezigłowy wyposażony w silikonową przezroczystą membranę, bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach nowej generacji, pakowany pojedynczo, z membraną silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, umożliwiającą jej dezynfekcję, idealnie gładką i jednorodną, niesprzysajającą kolonizacji bakterii, pracujący w systemie zamkniętym, objętość napełnienia 0,045 ml, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z normą ISO 10555 umożliwiającą 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze strzykawką typu luer, luer-lock oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, jednorazowego użytku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

17. Czy Zamawiający w Pakiecie 49 poz. 3 dopuści przyrząd do aspiracji płynów sterylny z filtrem bakteryjnym 0,1um oraz filtrem cząstek stałych 5um?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa parametrów filtra.

18. Czy Zamawiający w Pakiecie 49 poz. 3 dopuści przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek, worków i fiolek z bezigłowym zaworem o przezroczystej obudowie/kopoliester/, dwutorowy, z zamykanym odpowietrznikiem i wbudowanym filtrem, długość min. 5,5 cm. Ilość aktywacji 600. Przyrząd nie zawiera ftalanów, PCV i lateksu. Odporny na lipidy i cytostatyki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

19. Czy Zamawiający w Pakiecie 57 poz. 1 i 2 dopuści korek dezynfekcyjny do łączników bezigłowych luer lock?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

20. Czy Zamawiający w Pakiecie 57 poz. 1 i 2 dopuści korek dezynfekcyjny na pasku aluminiowym 10 korków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.