



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 21.03.2023r.

Numer postępowania: ZP/SM/11/2023
Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania na zakup sprzętu medycznego – narzędzia chirurgiczne, haki, peany, Bilirubinometr, Uroflowmetr, zakupy drobnego sprzętu medycznego - wyposażenia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

poz. 5,6,7

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr, gdzie średni błąd pomiarowy jest na bardzo wysokim poziomie +/-1,5 mg/dl bez względu na wiek pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr o masie 250g (+/-10%) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

poz. 22

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr wyposażony w port USB z możliwością transmisji danych przez złącze bez protokołu HL-7 i CSV dla ułatwienia Bilirubinometr zapisuje 100 ostatnich pomiarów co znacznie ułatwia uzupełnienie dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

dotyczy Zadanie nr 1 (Bilirubinometr)

Poz. 4 - Z możliwością wykonania min 100 pomiarów

Poz. 5 - Z dokładnością pomiarową - 1.5 mg/dL na 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe , z korelacją pomiaru inwazyjnego krwi $r=0,9$; oraz powtarzalnością ± 0.7 mg/dL od 24 tygodnia ciąży

Poz. 6 - Z dokładnością pomiarową - 1.5 mg/dL na 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe , z korelacją pomiaru inwazyjnego krwi $r=0,9$; oraz powtarzalnością ± 0.7 mg/dL od 24 tygodnia ciąży

Poz. 7 - Z dokładnością pomiarową - 1.5 mg/dL na 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe , z korelacją pomiaru inwazyjnego krwi $r=0,9$; oraz powtarzalnością ± 0.7 mg/dL od 24 tygodnia ciąży

Poz. 13 - bez skanera kodów kreskowych

Poz. 21 - Z pamięcią do 40 pomiarów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

dotyczy Zadanie nr 1 (Bilirubinometr)

Czy zamawiający oczekuje urządzenia z miejscem pomiarowym - małżowina uszna, dzięki czemu urządzenie i pomiar nie jest wrażliwe na artefakty ruchowe i kąt przyłożenia, oraz dzięki temu, nie ma konieczności rozbierania pacjenta w celu dokonania pomiaru pozbawionego błędów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

dotyczy Zadanie nr 1 (Bilirubinometr)

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia, które nie wymaga kalibracji, a w przypadku konieczności jej przeprowadzenia użytkownik może samodzielnie wykonać kalibrację, bez konieczności wysyłania urządzenia do serwisu producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

dotyczy Zadanie nr 1 (Bilirubinometr)

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia z liczbą wymaganych pomiarów już od 1 do 3?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy bilirubinometr o wadze 250g? Różnica 20 gram nie wpłynie na codzienne użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Zadanie Nr.3 , pozycja Nr. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.17 kleszczyki Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 18 kleszczyki Rochester Ochsner, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.23 skrobaczkę Bumm o wymiarach 40 mm, długości 34 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 24 wziernik o wymiarach 95x40 mm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Zadanie nr 3

Lp. 12 Trzonek do ostrzy o długości 125 mm.

Lp. 20 Kleszczyki intubacyjne o długości 190 mm.

Lp. 23 Skrobaczka o szerokości 40 mm i długości 350 mm.

Lp. 24 Wziernik o wymiarach 90x40 mm i długości 215 mm.

Lp. 25 Wziernik o długości całkowitej 185 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pakiet 4 poz.6:

LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA lub ŚCIENNA

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana lub sufit na której będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Sufit wykonany z DZ3. Ściana wykonana z płyty Pro-Monta.

Pytanie 16

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania zapewni potrzebne przewody zgodnie z wybranym sprzętem

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową: 3500/4000/4500 K?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści lampę z wielkością plamy światła dla 1 m: 17 cm w tym zakresie pełna iluminacja światła?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła dla 1m: 30 000 luksów ?

Odpowiedź: Nie


Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści lampę z 8 punktami świetlnymi LED o żywotności 60 000 h ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21

Prosimy o podanie następujących informacji:



- A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]
- B. . Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:]
- C. Dystans pomiędzy A i B

Odpowiedź: Typ stropu to DZ3, bez sufitu podwieszanego. Wysokość pomieszczenia to 2,70 m.

Pytanie 22

Proszę o podanie jakiego rodzaju lampy oczekuje Zamawiający sufitowej czy ściennej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.