

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.2.2024.MB na: Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art.135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	„ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” lp. 15 Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją wyposażoną w sterowanie mikroprocesorowe pozwalające na zapamiętanie momentu programu i kontynuację pracy od momentu jego przerwania w przypadku utraty zasilania? Ponadto oferowana wytrząsarka jest wyposażona w układ odpowiedzialny za kontrolę przyspieszania/zwalniania co zapobiega nagłym startom i zatrzymaniom, minimalizując zarówno rozpryskiwanie, jak i uszkodzenie mechaniczne.	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wyklucza to zaoferowania urządzenia wyposażonego o dodatkowe funkcjonalności.
2	„ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” lp. 16 Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją wyposażoną niezależne czujniki wyłączające wytrząsanie w przypadku przeciążenia lub braku wyważania umieszczonych w niej prób?	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wyklucza to zaoferowania urządzenia wyposażonego o dodatkowe funkcjonalności.
3	Czy zamawiający dopuści wytrząsarkę z regulacją temp. od 4 st. C do 60 st. C ?	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie nr 5B10.291.1.2.2024.MB

		Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
4	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z rozbudowanym sterownikiem bez dodatkowego oprogramowania PC ?	Zamawiający informuje, iż opis parametru sterownika w pozycji 11 – załącznika nr 6 do SWZ, nie ogranicza jego szerszych możliwości funkcjonalnych. Natomiast opis w pozycji 19, czyli „Wbudowany port komunikacyjny i dołączone oprogramowanie umożliwiające podłączenie komputera PC.” oznacza posiadanie w urządzeniu miejsca do podłączenia komputera PC, które umożliwia przesyłanie informacji na podstawie dedykowanego oprogramowania.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Marek Bocian