

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 13.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.( ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6:

Cewnik permanentny do dializ dwukanałowy 14,5 Fr x 23 lub 28 cm. Zestaw składający się z cewnika dwukanałowego z mufką wykonany z termowrażliwego biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: koszulką wprowadzającą typu Peel Away z zastawką, tunelizatorem metalowym z gwintowaną nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizacyjnym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18G x 7 cm, przewodnik „J” 0,96mm, opatrunkami na ranę i gazikami, portami iniekcyjnymi.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 40:

Cewnik dializacyjny poliuretanowy z silikonowymi ramionami dwuświatłowy, o grubości 11,5F lub 13,5F długość 160mm, 195mm lub 240mm. W zestawach do implantacji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

z poważaniem:

Zona Operacyjna  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Jolanta Buczek

Kierownik  
Działu Zarządzania Usługami  
mgr Sabina Słeczek