



Olsztyn, 31.08.2023 r.

L.dz. W/1341/2023

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania nr 271/2023/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa:

- 1. Zestawu do bronchoskopii i gastrokopii dla koni**
- 2. Stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego**
- 3. Termocyklera do badań techniką RT-PCR**
- 4. Kolumny artroskopowej**
- 5. Automatycznego ekstraktora służącego do wykonywania szybkiej ekstrakcji pod ciśnieniem i w zwiększonej temperaturze**
- 6. Spektrofotometru do pomiaru mikroobjętości na potrzeby jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”**

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI Załącznika nr 1_4 do SWZ

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

I. Załącznik nr 1_4 do SWZ (Formularz cenowy/opz/zestawienie wymaganych parametrów), w kolumnie „Parametry wymagane” w pkt nr 1 (Sterownik kamery artroskopowej 4K) zostaje dopisane:

Gniazda komunikacyjne:

- min 1xrs-232
- min 1x audio IN, 1x audio OUT,
- min 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery)
- złącze tabletu sterującego
- złącze Ethernet – izolowane min 10/100 MB/s,
- złącze wyrównywania potencjałów POAG,
- gniazdo zasilania
- min 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 154-488138 z dnia 2023-08-07.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
/podpisano elektronicznie/

Sporządziła: Wiesława Szepiła