

10 MAJ 2024

Warszawa, dn.....

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Podpis: Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy **komory laminarnej ALPINA BIO130 typ AF**. W zakres przeglądu serwisowego komory laminarnej wchodzi:

- pomiar ilości cząstek w m³ powietrza,
- pomiar prędkości przepływu powietrza w przestrzeni roboczej,
- badanie stanu filtra HEPA, szczelność mocowania filtra HEPA, integralność filtra HEPA, skuteczność filtracji,
- przegląd techniczny komory (sprawdzenie lampy UV, świetlówki, gniazd 230VAC),
- sprawdzenie ogólnego stanu technicznego komory.

STARSZY TECHNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Martyna PLEBANSKA

KIEROWNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
ml. asp. Marek LEWIŃSKI