

DEZ/1026/2023

Jelenia Góra 17.08.2023 r.

## DO WYKONAWCÓW

**DOSTAWA MATERIAŁÓW  
DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ  
DLA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ  
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/31/06/2023**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

### ZESTAW NR 1

#### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści inne wielkości opakowań handlowych po uprzednim przeliczeniu i zaokrągleniu w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż bez podania konkretnych wielkości opakowań nie może udzielić odpowiedzi na pytanie.**

#### Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 - poz. 9 dopuści kombinację włókien o gramaturze 43gr/57gr, oraz w pozycji 10 kombinację włókien o gramaturze 60gr/67gr ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

#### Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści gramaturę papieru 70 gr?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### ZESTAW NR 2

#### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści inne wielkości opakowań po uprzednim przeliczeniu i zaokrągleniu w górę, w poniższych pozycjach?

##### **Pakiet 1:**

poz.1. proponowana wielkość 126 szt. ilość op. po przeliczeniu 62

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz.2. proponowana wielkość 204 szt. ilość op. po przeliczeniu 216

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz.3. proponowana wielkość 204 szt. ilość op. po przeliczeniu 138

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz.4. proponowana wielkość 504 szt. ilość op. po przeliczeniu 50

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz.5. proponowana wielkość 126 szt. ilość op. po przeliczeniu 62

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz..6 proponowana wielkość 252 szt. ilość op. po przeliczeniu 179

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz.7. proponowana wielkość 252 szt. ilość op. po przeliczeniu 112

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

poz.8. proponowana wielkość 702 szt. ilość op. po przeliczeniu 36

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **ZESTAW NR 3**

#### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia przedmiotowego środka dowodowego wymaganego w zakresie Pakietu 2 punkt 2? Artykuły z tego pakietu były również ujęte w poprzednim postępowaniu a co za tym idzie były oraz są obecnie już przez nas dostarczane i nie ma co do nich zastrzeżeń.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od dostarczenia przedmiotowego środka dowodowego w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 2 w postaci: dokumentu potwierdzającego, iż wszystkie wyroby są kompatybilne z metodą sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie zapis pkt. 9.2 SWZ przedmiotowe środki dowodowe w zakresie Pakietu Nr 2 ppkt. 2), który otrzymuje brzmienie:**

#### **W zakresie Pakietu Nr 2**

1) Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normami ISO EN-868-9

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 2 poprzez wykreślenie w tabeli „parametry graniczne” pkt. 2 zdanie 2: „Wykonawca wraz z ofertą złoży potwierdzenie zgodności dokumentami producenta”**

#### **ZESTAW NR 4**

##### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12, pozycja 2 dopuści chusteczki w opakowaniu typu flow pack, w którym mieści się 60 szt. chusteczek? Ze wskazaniem prawidłowego przeliczenia ilości opakowań? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

#### **ZESTAW NR 5**

##### **Pytanie Nr 1**

Pak. 7, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tace wym. 480 x 250 x 70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

##### **Pytanie Nr 2**

Pak. 7, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tace wym. 480 x 250 x 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

##### **Pytanie Nr 3**

Pak. 7, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tace wym. 405 x 255 x 30 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie Nr 4**

Pak. 7, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 70 x 70 x 30 mm, lub 100 x 100 x 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 100 x 100 x 50 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.**

##### **Pytanie Nr 5**

Pak. 7, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 80 x 40 x 20 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW NR 6**

##### **Pytanie Nr 1**

Dotyczy Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek czy dokonać zaokrąglenia do pełnych rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości rolek do pełnych rolek w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie Nr 2**

Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 7: Czy w miejsce rękawa 380mm Zamawiający dopuści rękaw 350mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 3**

Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 8: Czy w miejsce rękawa 500mm Zamawiający dopuści rękaw 400mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 4**

Dotyczy § 6, ust. 6: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu: „nie mniej niż 100,00 zł dziennie”. W przypadku małych Zamówień kara w tej wysokości byłaby rażąco wysoka.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**ZESTAW NR 7**

**Dotyczy pakietu nr 12:**

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki Oxivir Excel Wipe, na bazie przyspieszonego nadtlenu wodoru, o gramaturze chusteczki 25g/m<sup>2</sup>, rozmiarze 20cm x 27cm, w opakowaniu typu flow-pack, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki Mediwipes DM na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych i chlorku bezalkonium, przeznaczone do dezynfekcji delikatnych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, z minimalną zawartością alkoholi (2,6%), działające na B, F, Tbc, V, spełniające pozostałe wymagania SWZ? Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu. Alkohol nie jest substancją czynną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.**

**Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki w opakowaniu typu flow-pack, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 48 sztuk, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 13 x 19 cm i gramaturze 23 g/m<sup>2</sup>, konfekcjonowane w tuby o pojemności 100 szt. chusteczek, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki sporobójcze Oxivir Sporicide Wipes w rozmiarze 20 x 30cm i gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, konfekcjonowane w tuby po 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## **ZESTAW NR 8**

### **Pytanie Nr 1**

Zapytanie do SWZ ZP/PN/31/06/2023 Pakiet Nr 12

Chusteczki do dezynfekcji: Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Oferowany produkt posiada spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm, Gramatura min.: 19 g/m<sup>2</sup>. Wyrób medyczny. Opakowanie 200 szt. (BOX), po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 2**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE) V(HBV, HCV, HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie Nr 3**

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (głowic ultradźwiękowych, sond TEE), nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego, bez zawartości alkoholu i pochodnych guanidyny; gotowe do użycia, o działaniu sporobójczym i o szerokim spektrum działania mikrobójczego: B,, F, V (Adeno, Noro), S (C.difficile) – 5 min. Chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, gramatura 50 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie BOX 50 szt. chusteczek, trwałe do 28 dni od otwarcia opakowania. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## ZESTAW NR 9

### Pytanie Nr 1

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 2, poz. 1-8)

Prosimy o dopuszczenie rękawów spełniających opis w SWZ o długości 70 mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem do pełnych ilości w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

### Pytanie Nr 2

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 2, poz. 7)

Prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 400 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

### Pytanie Nr 3

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 4, poz. 1-9)

Czy Zamawiający wymaga aby produkt posiadał kartę techniczną producenta potwierdzającą spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoxyczości w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie Nr 4

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 4, poz. 4)

Prosimy o dopuszczenie rękawów o szerokości 12,5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

### Pytanie Nr 5

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 8, poz. 1)

Prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem do pełnych ilości w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

### Pytanie Nr 6

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 8, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **Pytanie Nr 7**

do FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (pakiet nr 8, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga, aby testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi.**

## **ZESTAW NR 10**

### **Pytanie Nr 1 pakiet nr 3**

Ze względu na wycofanie normy PN-EN 867-4 i zastąpieniu ją normą PN-EN 11140, prosimy o zmianę parametru granicznego na zgodności z normami normy PN-EN 11140.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie zapis pkt. 9.2 SWZ przedmiotowe środki dowodowe w zakresie Pakietu Nr 3, który otrzymuje brzmienie:**

### **W zakresie Pakietu Nr 3**

- 1) Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normami ISO 11140-1, 15883-5, normami PN-EN 11140, 867-5;
- 2) oświadczenie o kompatybilności etykiet z metkownicą 3 rzędową alfanumeryczną GKE;

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia w Zakresie Pakietu Nr 3:**

### **1) pkt 4 tabeli otrzymuje brzmienie:**

Zintegrowany test PA (para wodna) do kontroli wsadu-pakiet uzupełniający do przyrządu testowego procesu „Hollow A”. Zgodny z wymogami normy PN-EN 11140 i PN-EN 867-5 do kontroli wsadów złożonych z narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych w temperaturze 121° i 134°. Opakowanie nie większe niż 250 szt.

### **2) pkt 6 tabeli „warunki graniczne” otrzymuje brzmienie:**

Zintegrowany test PA (para wodna) do kontroli wsadu-pakiet uzupełniający do przyrządu testowego procesu „Hollow A”:

- 1) zgodny z wymogami normy PN-EN 11140
- 2) zgodny z wymogami normy PN-EN 867-5
- 3) do kontroli wsadów złożonych z narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych w temp. 121° i 134°
- 4) opakowanie nie większe niż 250 szt.

Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normami.

### **Pytanie Nr 2 pakiet nr 1 poz.**

Czy zamawiający dopuści papier krepowany biały w opakowaniach po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie Nr 3 pakiet nr 1 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści papier krepowany biały 100 x 100 w opakowaniach po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie nr 4 pakiet nr 1 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści papier krepowany biały 75 x 75 w opakowaniach po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie nr 5 pakiet nr 1 poz. 8**

Czy zamawiający dopuści papier krepowany biały 60 x 60 w opakowaniach po 400 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie nr 6 pakiet nr 1 poz. 9**

Czy zamawiający dopuści Opakowanie sterylizacyjne: Kombinacja materiał opakowaniowy i włóknina 100 x 100 cm w opakowaniach po 35 kompletów z odpowiednim przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie nr 7 pakiet nr 11 poz. 9**

Czy zamawiający dopuści Chemiczny wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji plazmowej typu IV w opakowaniach po 400 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu z przeliczeniem ilości szacunkowej do pełnych opakowań w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**ZESTAW NR 11**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający miał na myśli normę PN-EN 868-5?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



## **Pytania do umowy:**

### **Pytanie Nr 2**

Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak.**

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy towaru do 15:00 w dni robocze?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ ( § 6 pkt. 1 wzoru umowy).**

### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 6) w następujący sposób:  
„W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie części dostawy nie mniej niż 10,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 10 % wartości umowy netto.

8. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 12**

Dotyczy zapisów SWZ:

### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

Dotyczy umowy:

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

-§ 6 pkt. 6 W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,3 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % wartości umowy netto.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 4**

§ 6 pkt. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu „nie mniej niż 100,00 zł”, gdyż w przypadku małych zamówień taka kara byłaby rażąco wysoka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 5**

-§ 6 pkt. 7 W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy netto. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu „nie mniej jednak aniżeli 5% wartości całej umowy netto”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Odpowiedź: Zgodnie SWZ.**

Dotyczy Parametry Techniczne:

### **Pytanie Nr 6**

Pakiet 2 ; zad. 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek o długości 70 mb z odpowiednim przeliczeniem, co pozwala na optymalizację zamówień i niższe koszty magazynowania?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu z przeliczeniem ilości rolek do pełnych rolek w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **Pytanie Nr 7**

Pakiet 2 ; zad. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw Tyvek o rozmiarze 400 mm x70m w zamian rozmiaru 380mm x 100m?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu z przeliczeniem ilości rolek do pełnych rolek w górę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **Pytanie Nr 8**

Dotyczy Pakietu nr 2 Parametry graniczne pkt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów TYVEK, które zgodne są z normą EN 868-5? Norma 868-9 dotyczy materiału typu poliolefin, a nie materiału Tyvek.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 9**

Pakiet 4 ; zad. 1-9

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 10**

Pakiet 4 ; zad. 1-9

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 11**

Pakiet 4 ; zad. 1-9

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 12**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści tace sterylizacyjne o poniższych parametrach:

- ściany tac oraz podstawa wykonane z polerowanej blachy perforowanej
- typoszereg tac zgodny z jednostką wsadu (600 x 300 x 300 mm) wg EN 285 i normą DIN 58952-3
- wymiar oczek ścian tacy 3 x 3 mm
- Wymiar oczek podstawy tacy 4 x 4mm
- dwa chowane uchwyty wewnętrzne

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **Pytanie Nr 13**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy w rozmiarze 485 x 253 x 80 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 14**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy w rozmiarze 485 x 253 x 60 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie Nr 15**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy w rozmiarze 485 x 253 x 60 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie Nr 16**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 – 6

Czy Zamawiający dopuści kosze z pokrywą na zawiasie do mycia mikro narzędzi chirurgicznych

o poniższych parametrach:

- rozmiar oczek 2 x 2 mm
- średnica drutów 0,5 mm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie Nr 17**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy w rozmiarze 100 x 100 x 10 mm lub 120 x 120 x 30 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na koszt o wymiarach 120x120x30 mm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym**

**Pytanie Nr 18**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy w rozmiarze 80 x 40 x 40 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**ZESTAW NR 13**

**Pakiet 2**

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający odstąpi od normy EN 868-9?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet 2**

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawy pakowane w mleczną folię i karton?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.**

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ