



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

Szczecin, dnia 22.06.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 12/2022

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

dotyczy zadania 1.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Parametry ogólne pkt. 12

Prosimy o przyznanie dodatkowej punktacji za aparat posiadający ruch wzdłużny zmotoryzowany. Taka funkcjonalność pozwala na pełną autonomię personelu przy pozycjonowaniu aparatu podczas zabiegu.

Proponujemy:

Ruch wzdłużny zmotoryzowany – 20 pkt

Ruch wzdłużny manualny – 0 pkt

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Parametry ogólne pkt. 30

Prosimy o wprowadzenie punktacji w bardzo istotnym parametrze umożliwiającym wykonywanie długich ekspozycji.

Proponujemy:

Wartość minimalna – 0 pkt

Wartość największa- 10 pkt

Reszta- proporcjonalnie

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Parametry ogólne pkt. 60

Prosimy o dodatkową punktację za parametr, który wydaje się być istotny dla wygody użytkownika aparatu i pozwala oszczędzać czas podczas każdej rekonstrukcji.

Proponujemy:

Filtr artefaktów metalowych działający w pełni automatycznie i włączający się przy każdej rekonstrukcji automatycznie – 20 pkt

Konieczność włączania filtra artefaktów metalowych manualnie po każdej rekonstrukcji – 0 pkt

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Parametry ogólne pkt. 61

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który wykorzystuje opatentowaną technologię wykorzystującą mniejszy kąt skanowania na różnych wysokościach, co pozwala osiągnąć większy niż wymagany

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certifications
Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

obszar rekonstrukcji przy zachowaniu rozsądnej wielkości aparatu, wynikający z zachowania typowej konstrukcji ramienia C

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Parametry ogólne pkt. 64


Prosimy o wniesienie punktacji za najbardziej istotny parametr jakim jest objętość rekonstrukcji. Wymagana objętość rekonstrukcji u oferowanego producenta dostępna była 10 lat temu, natomiast wraz z rozwojem platformy osiągnięto znacznie większą objętość widoczną na zamieszczonym zdjęciu, co znacząco poprawia komfort pracy użytkownika. Parametr ten jest sumą wszystkich zastosowanych przed producenta technologii i ewidentnie pokazuje przewagę technologiczną i zaawansowanie konstrukcji.

Proponujemy:

Objętość rekonstrukcji minimalna – 0 pkt

Maksymalna – 40 pkt

reszta- proporcjonalnie



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o określenie z jakimi nawigacjami Zamawiający w przyszłości planuje zintegrować opisany aparat RTG z ramieniem C? Z naszego doświadczenia opartego na zainstalowaniu



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



LL-C
Certification
Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

w Polsce kilkunastu aparatów służących do trójwymiarowej rekonstrukcji wynika, że wszystkie pracują razem z systemami neuronawigacji, bądź robotami neurochirurgicznymi.

Jeżeli Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić jaki rodzaj neuronawigacji Zamawiający chce w przyszłości wykorzystać, sugerujemy odpowiedzi dać brzmienie:

Zamawiający oczekuje, że aparat na dzień składania ofert będzie miał możliwość potwierdzonej obustronnie integracji z producentami neuronawigacji trójwymiarowej producentów min. Medtronic, Stryker, Brainlab, Globus.

Tak brzmiąca odpowiedź w przyszłości pozwoli swobodnie wybrać Zamawiającemu preferowany system neuronawigacji nie będąc jednocześnie ograniczonym do wąskiej bazy producentów, bądź bazy producentów neuronawigacji niepopularnych na terenie Europy.

Odp. Zamawiający nie planuje w najbliższej przyszłości zintegrowania opisanego aparatu RTG z ramieniem C.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Parametr Oceniany, II Wymagania Dodatkowe, pkt. 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia z WSSE leży po stronie Zamawiającego. Wyjaśniamy, iż wszystkie dokumenty niezbędne do otrzymania w/w pozwolenia są w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Zamawiający jest zobligowany do uzyskania pozwoleń od innej wojskowej a nie cywilnej jednostki notyfikującej.

Pytanie 9

W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni. Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez firmę z siedzibą w Europie, a realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 16 tygodni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certifications

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 4

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 5

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od zapisu w w/w punkcie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1 ppkt 3)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy do wysokości 0,2% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1 ppkt 4)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji do wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 4 ust. 3 a), b) lub c) niniejszej umowy.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski