



UNIwersYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Dział Zamówień Publicznych

L.dz. 70 /2023/DZP

Olsztyn, dnia 19.01.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: Zam. 20/2023/TP/DZP „Dostawa kamery termowizyjnej i telewizora do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Dot. części nr 1: kamera termowizyjna:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kamerę termowizyjną o czułości termicznej (NETD) <80mK?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju kamery termowizyjnej.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

*Odpowiedzi udzielił: inż. Adam Wasilewski
Sporządziła: Agnieszka Filipiuk*

REFERENT

Agnieszka Filipiuk
Agnieszka Filipiuk

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 51 81

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>