

Pytanie:

Fartuchy przeznaczone na blok operacyjny, dla których normy Państwo wskazują, są fartuchami sterylnymi, o rękawach zakończonych każdorazowo mankietem poliestrowym. Państwa wymaganiem jest mankiet zakończony gumką. Czy wobec tego dopuszczą Państwo fartuchy z rękawami zakończonymi mankietami, ewentualnie czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny, o wskazanej gramaturze, wykonany z włókniny polipropylenowej, używany w placówkach medycznych jako fartuch „wizytowy”, ochronny, z rękawami zakończonymi gumkami, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ten produkt.

Pytanie:

Wymagania wskazane w pierwszej części opisu wskazują na fartuch ochronny, niesterylny, natomiast wymagania wskazane w punktach od 1 do 5 wskazują na fartuch sterylny, chirurgiczny, używany na blokach operacyjnych. Fartuchy chirurgiczne są dużo droższe od fartuchów ochronnych, dodatkowo aktualnie, ze względu na ograniczony import produktów medycznych powodowany pandemią, na rynku medycznym jest ich ogromny deficyt, co powoduje windowanie cen przez producentów. By zwiększyć konkurencyjność zapytania, sugerujemy dopuścić fartuch ochronny niesterylny, z włókniny polipropylenowej typu SMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze minimum 25g/m², z rękawami zakończonymi gumkami, wiązany z tyłu na troku, nietoksyczny i niepylący, zgodny z normą EN 1186-3 oraz ISO 10993:10-2010

Odp.: Tak, przy zachowaniu odpowiedniej gramatury.

Pytanie:

(dot. fartucha ochronnego) Czy Zamawiający odstąpi od wymaganych dla tej pozycji norm, gdyż wymienione normy nie mają zastosowania dla zwykłych, niejałowych fartuchów włókninowych?

odp.: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymaganych dla tej pozycji norm.

Pytanie

(dot. gogli): Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z normą PN-EN 167:2005 oraz zgodny ze standardem GB14866-2006 dla indywidualnej ochrony oczu?

odp.: Produkt ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza kombinezon ochronny używany przez wszystkie formacje ratownicze w naszym kraju o następujących parametrach technicznych:

- Materiał: Włóknina Tyvek® L 1431 N, 41 g/m²
- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
 - Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,
 - Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491-4:2008 metoda A) - ograniczona szczelność natryskowa
- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ten produkt.

Pytanie:

Czy Zamawiający, w pozycji "Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l - 63 szt.", dopuszcza zaoferowanie przedmiotowego płynu w opakowaniu 1-litrowym (gdzie podstawą do ustalenia ceny jednostkowej opakowania 5-litrowego będzie iloczyn ceny jednostkowej 5 opakowań 1-litrowych)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowań innych niż 5l.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby do lampy bakteriobójczej dołączony był statyw pozwalający na ustawienie lampy w dowolnym pomieszczeniu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby w zestawie znajdował się statyw. Jeśli oferta cenowa będzie obejmowała dodatkowo statyw prosimy o taką informację (jest to rozzeznanie cenowe).

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometru, który wskazuje temperaturę powierzchni przedmiotu od 0 do 93,2 stopni Celsjusza Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Nie, wymaganie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC –EN 14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro, adno) w czasie do 2 minut, możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 10L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Produkt musi spełniać normy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się innych opakowań niż 5l.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wytycznymi WHO Zamawiający oczekują preparatu do dezynfekcji rąk który posiada min. 75 g alkoholu na 100 g preparatu?

Odp.: Produkt musi być zgodny z wytycznymi:

<https://www.pzh.gov.pl/opinia-dotyczaca-stosowania-srodkow-dezynfekcyjnych-do-zwalczania-wirusa-sars-cov-2/>