



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „DOSTAWA SPRZĘTU
LABORATORYJNEGO 2” Nr sprawy: ZP-23-096BN

Dyrektor

dr n. med.

Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 259-16-50

fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl

www.spskm.katowice.pl

CENTRALA:

Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pyt. nr 1 rozdz. II SWZ ust. 3, pkt. 1 b) i c)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty powiadomienia/zgłoszenia lub Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz deklaracji zgodności CE IVD dla pakietu nr 1.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. klasyfikacji i kwalifikacji produktów dokonuje wytwórca produktu. Produktów z pakietu nr 1 – ez wytwórca nie zakwalifikował jako wyroby medyczne. W związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość zaofiarowania ez, które nie zostały zakwalifikowane jako wyroby medyczne i złożenia zamiast wymaganych w SWZ dokumentów stosownego oświadczenia dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne.

Odp: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pyt. nr 2 Umowy § 2 ust. 1

W przypadku wyrażenia zgody na pyt. nr 1 prosimy o wykreślenie ust. 1.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. nr 3 Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie pipet Pasteura o poj. 3,5 ml i spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza pipety o pojemności 3,5ml z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. nr 4 Umowy § 4

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.