

**Do wszystkich uczestników postępowania ZP/87/2023**

Łódź, 22 września 2023

Sygnatura: ZP/87/2023

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Wykonanie usługi serwisowej aparatów do sekwencjonowania, NextSeq oraz MiSeq”.**

**Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytania i odpowiedzi**

- 1) Dotyczy: SWZ pkt. 3.1. ora Załącznik nr 2 do SWZ pkt. 1  
Zamawiający prawdopodobnie omyłkowo jako nr seryjny sekwenatora MiSeq podaje nr katalogowy urządzenia, nr seryjny urządzenia to MO1631. W związku z powyższym prosimy o stosowną modyfikację.  
**Odpowiedź:** [Zamawiający zmodyfikował numer seryjny sekwenatora.](#)
  
- 2) dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ pkt 17 oraz Załącznik nr 3 do SWZ Umowa ZP/87/2023 §5 ust. 15  
Zgodnie z OPZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych (w tym przegląd oraz nielimitowana liczba napraw w okresie 12 miesięcy) a nie zakup urządzenia. W związku z powyższym prosimy o usunięcie pkt. 17 dotyczącego wymiany urządzenia.  
**Odpowiedź:** [Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2 oraz 3 do SWZ.](#)
  
- 3) Dotyczy: SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ Umowa ZP/87/2023 § ust. 1 oraz §3 ust. 2  
Informujemy, że umową serwisową mogą być objęte jedynie aparaty sprawne, aparatura – będąca przedmiotem zamówienia nie jest aktualnie objęta umową serwisową oraz nie wiadomo czy nie posiada usterek.  
W związku z powyższym proponujemy następujące rozwiązanie: zgodnie z OPZ §3 ust. 1 przed rozpoczęciem umowy serwisowej wykonawca zweryfikuje poprawność działania aparatów wykonując przegląd i odpowiednie testy oraz:  
a) w razie wykazania usterki przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy. W przypadku zaakceptowania kosztorysu wykonawca odpłatnie usunie usterki, a umowa serwisowa będzie realizowana. W przypadku odmowy pokrycia kosztów naprawy przez Zamawiającego umowa serwisowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a Zamawiający pokryje tylko koszty wykonania przeglądu wraz z reakcją testową, bez kar umownych i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.  
b) w przypadku kiedy urządzenia będą sprawne – umowa będzie realizowana zgodnie z jej zapisami.  
**Odpowiedź:** [Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy.](#)

**Działając w oparciu art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**NOWY TERMIN:**

- składania ofert upływa **27.09.2023 r.** o godz. **12:00**

- otwarcia ofert **27.09.2023 r.** godz. **12:30**

Termin związania ofertą upływa **25.10.2023 r.**

**Dyrektor  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**