

COZL/DZP/ED/3412/PN-193/20

Lublin, dnia 04.12.2020r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa dermatomu i ssaków próżniowych.**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy elektryczny o wydajności 30 l/min i podciśnieniu 90kPa, poziom hałasu: 37dB?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy elektryczny o podciśnieniu 95kPa, poziom hałasu 40dB?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy elektryczny wyposażony w manometr i regulator podciśnienia (kPa i mmHg) oraz dwa porty ssące w postaci dwóch zbiorników montowanych na szynie wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy elektryczny o wadze 16kg i wymiarach: 98,5 x 51 x 47cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty zgłoszenia” na „...od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1, 2, 3:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (tj. dostawie, zainstalowaniu, uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto **przysługującego Wykonawcy za opóźnioną w wykonaniu część umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części umowy.**

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązania w terminach, o których mowa w § 5 ust. 7, za każde 12 godzin opóźnienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto **przysługującego Wykonawcy za zareklamowany przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.**

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązania w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto **przysługującego Wykonawcy za zareklamowany przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7**Dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności, dopuści równoważny system i wyrazi zgodę na zaoferowanie dermatomu o następujących parametrach:

DERMATOM ELEKTRYCZNY –

Dermatom elektryczny, komplet, w skład którego wchodzi: rękojeść ze zintegrowanym silnikiem i kablem zasilającym, zasilacz prądu stałego, 4 płytki regulujące szerokość pobieranego przeszczeputu, śrubokręt do mocowania płytek, kasetka sterylizacyjna.

Silnik niewymagający smarowania. Urządzenie jest ciche i pozbawione prawie zupełnie drgań. Zakres temperatur pracy 10-40°C. Moc wyjściowa zasilacza: 14.5 V DC, 4,3A max.

- Bardzo poręczny i precyzyjny w użytkowaniu. Smukła rękojeść, łatwa do trzymania i kontrolowania w obu rękach. Ergonomiczny, prosty kształt zapewnia naturalne dopasowanie pomagające zachować dokładność cięcia. Urządzenie uruchamiane za pomocą włącznika w uchwycie, z wbudowaną dźwignią bezpieczeństwa (blokadą), zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu. Wymiary rękojeści: 21.6 cm x 13.2 cm. Waga: 850g.

- Gładka głowica ułatwia czyszczenie w celu wyeliminowania zanieczyszczeń. Precyzyjna regulacja grubości pobieranego przeszczeputu: 0 - 0,75 mm, ze skokiem co 0,05 mm. Szerokość płatów skóry: 2,5 5,1 7,6 i 10,2 cm. Prędkość cięcia 5000 - 6000 cykli na minutę.

- Ostrza jednorazowe, sterylne w opakowaniach po 10 szt, nie wymagają smarowania.

- Kontener z koszem do dermatomu; kosz aluminiowy perforowany, uchwyt do dermatomu, uchwyt do płytek ograniczających szerokość przeszczeputu, wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się min. pod kątem 90 stopni; pokrywa kontenera całkowicie metalowa z filtrami wielorazowymi na minimum 1000 cykli, dostosowana do

wanny kontenera, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy, w którym można wysterylizować i przechować dermatom.

DERMATOM SIATKUJĄCY – siatkownica z funkcją siatkowania (cięcia)

- możliwość zastosowania płytek tnących o szerokości min. 7,9 cm
- Precyzyjny walec rozciągający przeszczep skóry
- Jednorazowe siatki rozciągające (dermacarriers)
- możliwość zastosowania siatek – płytek do powiększenia przeszczepów o wielkościach 150% (1,5:1), 300% (3:1), 600% (6:1), 900% (9:1)
- siatki wykonane są z PVC (polichlorek winylu)
- sterylne pojedyncze siatki pakowane są w opakowania po 20 szt.
- posiada kasetę – kontener do sterylizacji w autoklawie, kontener wielkościowo dopasowany do siatkownicy z możliwością jej umocowania, wykonany ze stali perforowanej
- całość autoklawowalna

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość serwisowania urządzenia w autoryzowanym serwisie znajdującym się poza granicami Polski, przy jednoczesnym zapewnieniu przez Oferenta sprzętu zastępczego na czas trwania usługi serwisowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński