

Informacja o wpłynięciu pytań i modyfikacji zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę rękawiczek nitrylowych diagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach

W związku z trwającym zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na dostawę rękawiczek nitrylowych diagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP.26.2.17.2021, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i modyfikuje:

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji nr 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawic zgodnych z normami: EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. AQL = 1.0. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa I oraz Środek Ochrony Indywidualnej Kat. III (Typ B). Rękawice posiadają również zgodność z ASTM F1671. Ponadto nadmieniam, iż badania norm EN 374-1 oraz EN ISO 374-5 – dotyczą spełnienia tychże norm, a nie uzyskanych określonych poziomów. Rękawice w opakowaniach a'50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. **Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania od numeru 2 do numeru 8 dotyczą wzoru umowy

Pytanie nr 2 Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści ust.6

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

Pytanie nr 3 Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 9 projektu umowy poprzez dookreślenie zakresu zwiększenia ilości zamawianego asortymentu oraz procedury poprzedzającej takowe zwiększenie.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** Załącznik nr 4 „Projekt umowy” § 4 ust. 9 nadając mu nowe brzmienie: „9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego asortymentu w sytuacjach kryzysowych, jednak nie więcej niż o 50%.”

Pytanie nr 4 Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest

niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

Pytanie nr 5 Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

Pytanie nr 6 Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 5 i § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości:

a) 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w § 6 ust. 5 i § 7 ust. 1 pkt 1.1.;

b) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w § 7 ust. 1 pkt 1.2.;

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego poprzez narzucenie pozycji dominującej przez jedną ze stron stosunku, który ma charakter cywilnoprawny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian w kwestii lit. a). Natomiast Zamawiający wyraża zgodę i **modyfikuje** Załącznik nr 4 „Projekt umowy” § 7 ust. 1 pkt 1.2. nadają mu nowe brzmienie: „1.2. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w realizacji zamówienia.”

Pytanie nr 7 Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 2 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r¹ ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r¹ ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** Załącznik nr 4 „Projekt umowy” § 7 ust. 2 nadają mu nowe brzmienie: „2. Zamawiający upoważniony jest do potrącania kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie z wynagrodzenia Dostawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do zapłacenia kary, o ile wierzytelność z tytułu kary umownej stała się wymagalna po upływie 90 dni od

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, albo po uchyleniu art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Pytanie nr 8 Wnosimy o wykreślenie § 9 ust. 2 i 3 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wiarytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia bez zmian.

Pytanie nr 9 dotyczy tabeli do wyceny zamieszczonej na Platformie Zakupowej Open

Nexus: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dostosowanie tabeli do wyceny zamieszczonej na Platformie Zakupowej Open Nexus w ww. zaproszeniu do złożenia ofert. Udostępniona przez Zamawiającego tabela posiada tylko 1 pozycję, podczas gdy w ww. zaproszeniu do złożenia ofert Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia 3 pozycje, tj.:

1. Rękawiczki zwykłe medyczo-ochronne
2. Rękawiczki do procedur wysokiego ryzyka
3. Dozownik wielorazowy

Ponadto prosimy o możliwość wskazania dla pozycji nr 2 (rękawic do procedur wysokiego ryzyka) ceny za opakowanie a'50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem w formularzu ofertowym wymaganej ilości rękawic.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby w tabeli zamieszczonej na Platformie Zakupowej Dostawca w pozycji 1 wpisał kwotę netto za cały przedmiot zamówienia na okres 2 miesięcy. Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie dla pozycji nr 2 ceny za opakowanie a'50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem w formularzu ofertowym wymaganej ilości rękawic.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 „Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu oferowanego wyrobu medycznego”, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia 05.03.2021r. godz. 09:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.03.2021r. godz. 09:30.

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach
Barbara Bulanowska

Otrzymują:
1 x Adresat (e-mail):
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x a/a.