

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą krzesel ewakuacyjnych dla Gminy-Miasto Płock

Zakres zamówienia:

Krzesło powinno zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób między innymi z niepełnosprawnością ruchową w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku.

Zamówienie obejmuje: zakup, dostarczenie i wniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Liczba krzesel: 5 sztuk.

Jeden (operator) bezpiecznie i łatwo będzie mógł ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóch operatorów przeniesie osobę schodami w górę a także przez przeszkody.

Opis i specyfikacja techniczna krzesel ewakuacyjnych:

- montowane na ścianie;
- fabrycznie nowe krzesło
- wymiary krzesła rozłożonego: od ok. 1080x1050mm do ok. 1630x525mm
- konstrukcja aluminiowa;
- Waga: ok.15 – 33 kg;
- maksymalne obciążenie: 210 kg;
- łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcja przenoszenia;
- silnik posiadający tzw. „sprzęgło” co umożliwia korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii
- w komplecie instrukcja obsługi w języku polskim oraz haki/uchwyty montażowe
- Krzesło musi posiadać certyfikat techniczny dopuszczający do użytkowania dla wyrobów medycznych - np ISO, TÜV NORD, lub inny przyjęty w UE.

Krzesło ewakuacyjne powinno być wyposażone w:

- uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody a także do transportu;
- regulowane pasy zabezpieczające osobę przewożoną;
- regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;
- stabilne, wygodne siedzisko;
- solidny, wygodny uchwyt;
- blokowane tylne koła;
- podnózek z hamulcem schodowym;

- hamulec zabezpieczający;
- kontrolowane tarcie pasy o wysokiej wytrzymałości;
- znak fluorescencyjny „Krzeseł ewakuacyjne” do oznaczenia miejsca przechowywania krzesła
- pokrowiec ochronny

Pozostałe wymagania:

W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi krzesła dla 4 przedstawicieli Zamawiającego ~~potwierdzony otrzymaniem certyfikatu.~~

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

Ponadto Wykonawca musi skalkulować w ramach oferty obowiązkowe przeglądy i serwisowanie zgodnie z wymogami utrzymania gwarancji i raport/certyfikat wystawiony po przeglądzie przez serwisanta.