

**ZP-7/2021** „Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji/wzorcowania, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) testerów trzeźwości urządzeń do badania zawartości alkoholu w organizmie oraz wideorejestratorów i mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego.”

---

ZF.2380.1.2021.SS

Gorzów Wlkp., dn. 12.05.2021r.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-7/2021 pt. „Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji/wzorcowania, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) testerów trzeźwości urządzeń do badania zawartości alkoholu w organizmie oraz wideorejestratorów i mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego.” do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść pytań:

#### **Pytanie nr 1:**

„czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie analizatorów AlcoTrue z części nr II oraz stworzenie dla tych urządzeń nowego zadania?

Według naszej dokumentacji serwisowej, jako autoryzowanego przedstawiciela producenta, w jednym z analizatorów w 2016 roku stwierdzono konieczność wymiany wyświetlacza z uwagi na jego naturalne zużycie. Od tamtej pory minęło 5 lat i wg naszej oceny i doświadczenia, o ile wyświetlacz nie został wymieniony poza naszym serwisem, wskazania analizatora są całkowicie nieczytelne. Dla umożliwienia nam złożenia oferty na naprawę wyżej wymienionego przyrządu i doprowadzenie go do należytego stanu technicznego, prosimy jak na wstępie o wyłączenie tego typu urządzeń z części nr II i stworzenie dla nich odrębnego zadania.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie analizatorów AlcoTrue z części nr II z uwagi na małą ilość posiadanych urządzeń Alco-True – 3 szt.

**SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEŹ NA PYTANIE.**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z A M A W I A J Ą C Y**