



Grudziądz, dnia 13.10.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/23)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 10:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści rampę 6-kranikową o następujących parametrach?

- rozdzielacz 6-kranikowy, 7 portów bezigłowych z przezroczystymi obudowami,
- port wyjściowy typu męski luer lock
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip
- z drenem o długości 150 cm
- kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360° z naniesionymi kierunkami wypływu
- system bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań
- rampa wraz z imadłem mocującym wykonane z elementów niemetalowych
- połączenie rampy z imadłem na poczwórny zatrzask kulkowy
- śruba imadła mocowana w dwóch pozycjach w celu dobrania optymalnego miejsca montażu pozwalająca na
- przytwierdzenie do masztów o średnicy do 3cm
- wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone przezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym:
 - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę
 - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną,
 - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu





- minimalnym przepływie 350ml/min
- ilość aktywacji – 400
- przeznaczony na 7 dni
- ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar
- małym refluksie – nie większym niż 0,004 ml
- niewielkich gabarytach – średnica korpusu nie większa niż 11mm
- odległość pomiędzy sąsiednimi łącznikami bezigłowymi – co najmniej 2 cm
- sterylny, pakowany pojedynczo
- opakowanie typu folia/papier z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr.2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 6 SWZ: Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

