



**4 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław



Dotyczy postępowania: **Dostawa noża harmonicznego z wyposażeniem – 1 kpl.**
znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.31.2024

Wyjaśnienie treści SWZ

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, **na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej PZP, informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Poprosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Wzór umowy §5 ust.8. Wnosimy o dokonanie następującej zmiany

z
Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **3 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (w tym przypadku Wykonawca jest musi udokumentować pochodzenie części – pod rygorem naliczania kar umownych od 3 dnia roboczego)7 dni roboczych** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego

na
Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **5 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (w tym przypadku Wykonawca jest musi udokumentować pochodzenie części – pod rygorem naliczania kar umownych od 5 dnia roboczego)12 dni roboczych** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego

Odp: SWZ bez zmian.

Na podstawie art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający modyfikuje §5 ust.8 projektu umowy na:

Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **3 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (w tym**

przypadku Wykonawca musi udokumentować pochodzenie części – pod rygorem naliczania kar umownych od 3 dnia roboczego)7 dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny:

Część I Nóż harmoniczny

Generator bipolarno-ultradźwiękowy przeznaczony do obsługi narzędzi do cięcia i koagulacji tkanek
Generator z wbudowanym uniwersalnym gniazdem, automatycznie dopasowującym rodzaj technologii i parametry pracy podłączonego narzędzia
Możliwość podłączenia końcówek noża harmonicznego z przetwornikiem piezoelektrycznym oraz końcówek bipolarno-ultradźwiękowych
Panel przedni z dotykowym wyświetlaczem. Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora.
Posiada gniazdo do podłączenia uniwersalnego włącznika nożnego do aktywacji narzędzi pracujących w obu technologiach.
Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności.
Możliwość podłączenia narzędzi do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm oraz o średnicy do 5mm włącznie, w tym pracujących w technologii noża harmonicznego lub narzędzi pracujących w technologii bipolarno-ultradźwiękowej
Wybrany tryb pracy, podczas aktywacji, sygnalizowany wizualnie oraz akustycznie.
Menu generatora oraz ewentualne komunikaty alarmowe w języku polskim.
Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie UE upoważniony przez producenta

Odp: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Część II Akcesoria zużywalne stanowiące pierwsze wyposażenie

Dot.11

Czy zamawiający dopuści jednorazową końcówkę noża harmonicznego, dł. ramienia 35 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu z możliwością obracania o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Instrumenty pozwalające na koagulację naczyń o średnicy do 5 mm włącznie. Bransza aktywna zakrzywiona, pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Var, technologia umożliwia generatorowi monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala modulować moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. Przeznaczenie do stosowania z oferowanym generatorem potwierdzone w instrukcji używania narzędzia.

Odp: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Część II Akcesoria zużywalne stanowiące pierwsze wyposażenie

Dot.12

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nożyczki do zabiegów otwartych, ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. Czy zamawiający dopuści dostawę 5 szt. ww. narzędzi.

Odp: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Część II Akcesoria zużywalne stanowiące pierwsze wyposażenie

Dot.13

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nożyczki, do cięcia i koagulacji tkanek, dł. ramienia 35 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu z możliwością obracania o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Instrumenty pozwalające na koagulację naczyń o średnicy do 5 mm włącznie. Bransza aktywna zakrzywiona, pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywnymi Max i Var, technologia umożliwia generatorowi monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala modulować moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika.

Odp: SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację załącznika nr 2 do SWZ w zakresie LP.2 poprzez odstąpienie od narzucenia stawki VAT (23%) w zakresie dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, wydłużenia gwarancji i przeszkolenia personelu. W ocenie Wykonawcy zastosowanie może znaleźć inna stawka podatku VAT (mając na uwadze, że przedmiotowe usługi są stricte powiązane ze sprzedażą noża harmonicznego

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku innej stawki podatku VAT należy wpisać taką jaką ma zastosowanie, rozdzielając przy tym odpowiednio pozycje.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację załącznika nr 2 do SWZ w zakresie LP.2 poprzez usunięcie w nim fragmentu „w tym wydłużenia gwarancji” i stworzenia odrębnego LP3, uwzględniającego wyłącznie wydłużenie gwarancji. Wykonawca nadmienia, iż wydłużenie gwarancji stanowi element odrębny od dostawy i czynności powiązanych stricte z dostawą – a zatem powinien być uwzględniony i wyceniony w ramach odrębnej pozycji (tj. LP3). Wykonawca nadmienia, iż w ocenie Wykonawcy tego rodzaju usługa nie powinna podlegać 23% stawce podatku VAT”

Odp: Zamawiający dopuszcza rozbicie pozycji LP2 na np. LP2a, LP2b itd., jeżeli zaistnieje taka potrzeba z zastrzeżeniem, że należy podać łączną wartość ww. pozycji.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych