



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**  
**o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 140.000,00 euro**

**SPRAWA BF-2.262.17.2022**

**Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  
[platformazakupowa.pl/pn/uokik](https://platformazakupowa.pl/pn/uokik)

Zatwierdził:  
DYREKTOR DEPARATAMENTU LABORATORIUM

Ewa Mrówka

Warszawa

## Spis treści

### **CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne**

1. Zamawiający
2. Tryb i oznaczenie postępowania
3. Przedmiot zamówienia
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia
5. Podwykonawstwo
6. Wymagania dotyczące wadium
7. Sposób komunikacji
8. Opis sposobu przygotowania ofert
9. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

### **CZĘŚĆ II. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty**

- A. Warunki udziału w postępowaniu
- B. Podstawy wykluczenia z postępowania
- C. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw wykluczenia
- D. Poleganie na zasobach innych podmiotów
- E. Informacja do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
- F. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta

### **CZĘŚĆ III. Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej**

1. Opis sposobu obliczenia ceny
2. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

### **CZĘŚĆ IV. Postanowienia końcowe**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2. Unieważnienie postępowania
3. Udzielenie zamówienia
4. Projektowane postanowienia umowy
5. Obowiązujące przepisy
6. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  
Ochrona danych osobowych

### **CZĘŚĆ V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

### **CZĘŚĆ VI. Załączniki**

## CZĘŚĆ I

### Postanowienia ogólne

#### 1. Zamawiający

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1

tel.: 22 556 01 29

e-mail: [zamowienia@uokik.gov.pl](mailto:zamowienia@uokik.gov.pl)

strona internetowa: [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl)

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: [platformazakupowa.pl/pn/uokik](http://platformazakupowa.pl/pn/uokik)

#### 2. Tryb i oznaczenie postępowania

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” lub „ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie i zostało oznaczone znakiem **BF-2.262.17.2022**, na jaki Wykonawcy powinni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

2.4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

2.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

2.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w pkt 3.8 części I SWZ.

#### 3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **Załączniku Nr 1** do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie muszą spełniać oferowane urządzenia laboratoryjne oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.

- 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na urządzenia laboratoryjne będące przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **Załącznik Nr 2 do SWZ**. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca musi zapewnić serwis w miejscu zainstalowania urządzeń.
- 3.4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń laboratoryjnych będących przedmiotem zamówienia we wskazanych laboratoriach UOKiK, winien też sprawdzić prawidłowość działania i przekazać personelowi laboratoriów wszelkie informacje niezbędne do ich prawidłowej obsługi. Do każdego urządzenia Wykonawca musi dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim.
- 3.5. Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, że urządzenia mają współpracować lub być integralną częścią urządzenia posiadanego już przez Zamawiającego wymaga się aby oferowane urządzenia były w pełni zgodne, kompatybilne i prawidłowo współpracowały ze wskazanym urządzeniem.
- 3.6. W przypadku gdy w treści SWZ zostały użyte nazwy producentów lub modeli, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych spełniających warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

- 3.7. Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

- 3.8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części:

**Cześć I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS**

**Cześć II - Chromatograf gazowy GC-MS**

**Cześć III - Chromatograf gazowy z detektorem FID**

**Cześć IV - Generator czystego powietrza z kompresorem sprężonego powietrza oraz generatorem wodoru – 2 zestawy**

**Cześć V - Chromatograf gazowy GC-MS**

**Cześć VI - Waga nieautomatyczna**

**Cześć VII - Membranowa pompa próżniowa**

**Cześć VIII - Komora chłodnicza**

**Cześć IX - Komora chłodnicza 2 szt.**

**Cześć X - Wytrząsarka laboratoryjna**

**Cześć XI - Myjka ultradźwiękowa**

**Cześć XII - Łaźnia wodna**

**Cześć XIII - Uniwersalne stanowisko badawcze do przeprowadzania badań wytrzymałościowych z użyciem odpowiedniej siły / masy**

**Cześć XIV - Waga laboratoryjna**

**Cześć XV - Łaźnia wodna z wytrząsaniem – 2 szt.**

**Cześć XVI- Zamrażarka laboratoryjna**

**Cześć XVII - Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej**

**Cześć XVIII - Łaźnia wodna z wytrząsaniem**

- 3.9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
- 3.10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

#### **4. Termin i miejsce realizacji zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości w zakresie poszczególnych części w terminie:

Dla części I – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części II – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części III – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części IV – 2 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części V – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części VI – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części VII – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części VIII – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części IX – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części X – 2 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części XI – 2 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części XII – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy,  
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części XIII – 5 miesięcy od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Lublinie,  
ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin

Dla części XIV – 1 miesiąc od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Łodzi,  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro).

Dla części XV – 8 tygodni od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Łodzi,  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro).

Dla części XVI – 10 tygodni od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro).

Dla części XVII – 3 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz

Dla części XVIII – 2 miesiące od daty podpisania umowy dla Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro).

## **5. Podwykonawstwo**

- 5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
- 5.2. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 5.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
- 5.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
- 5.5. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia.
- 5.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## **6. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **7. Sposób komunikacji**

- 7.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: **Przemysław Karpiński i Katarzyna Szykaruk-Durlik**

- 7.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 7.3. **Komunikacja** między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się **wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej** za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą” lub „platformą zakupową”.
- 7.4. Zamawiający nie przewiduje użycia innych środków komunikacji elektronicznej ze względu na sytuacje, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
- 7.5. Pod pojęciem „**platforma zakupowa**” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 1) Zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus sp. z o.o.,
  - 2) adres strony internetowej platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik>
- 7.6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 7.7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
- 7.8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 7.9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - 4) włączona obsługa JavaScript,
  - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 7.10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący - <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>,
  - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 7.11. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający na skutek błędów po stronie Wykonawcy zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.
- 7.12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

## **8. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 8.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 8.2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z **Załącznikiem Nr 5 do SWZ**.
- 8.3. **Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników**, zgodnie z lit. F części II SWZ.
- 8.4. Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty na platformie, Wykonawca składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
- 8.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 8.6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem



podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm). W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej. W przypadku, gdy zostało ono wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument papierowy, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający zasoby lub podwykonawców.

8.7. Oferta powinna być:

- 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
- 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
- 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione.

8.8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi zawarte w “Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

8.9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

8.10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

8.11. Zgodnie z art. 18 ust. 3 w związku z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca **nie może zastrzec** informacji dotyczących nazwy albo imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców oraz cen i kosztów zawartych w ofertach.

8.12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

8.13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

- 8.14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
- 8.15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
- 8.16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
- 8.17. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne** z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
- 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
  - 2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
    - a. .zip
    - b. .7z
- 8.18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 8.19. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 8.20. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
- 8.21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- 8.22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
- 8.23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 8.24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 8.25. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 8.26. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
- 8.27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 8.28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

## 9. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

- 9.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
- 9.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 9.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.
- 9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **23.05.2022 r. do godziny 11:00**.
- 9.5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 9.6. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 9.7. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 9.8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 9.9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 9.10. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, **tj. 23.05.2022 r. godz. 11:15**.
- 9.11. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 9.12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 9.13. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 9.14. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- 9.15. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .
- 9.16. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

## **10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ**

- 10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- 10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10.2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 10.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 10.3., nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 10.5. Zmiany SWZ mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
- 10.6. Jeżeli zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 10.7. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SWZ, a także odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, staną się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 10.8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca zadawania pytań oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

## **11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**

- 11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20.08.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 11.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- 11.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

## CZĘŚĆ II

### Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

#### A. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w lit. B Części II SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 2.1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 2.2. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 2.3. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 2.4. **zdolności technicznej lub zawodowej:**  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

#### w zakresie Część I:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** chromatografu gazowego z detektorem FID odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **200 000 zł brutto** (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

#### w zakresie Część II:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** chromatografu gazowego z detektorem MS odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **350 000 zł brutto** (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

#### w zakresie Część III:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** chromatografu gazowego z detektorem FID odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **120 000 zł brutto** (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100).

w zakresie Część IV:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** generatora czystego powietrza z kompresorem sprężonego powietrza oraz generatorem wodoru odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **60 000 zł brutto** (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy/100).

w zakresie Część V:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** chromatografu gazowego z detektorem MS odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **400 000 zł brutto** (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).

w zakresie Część VI:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** wagi analitycznej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **40 000 zł brutto** (słownie złotych: czterdzieści tysięcy/100).

w zakresie Część VII:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** pompy próżniowej membranowej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **10 000 zł brutto** (słownie złotych: dziesięć tysięcy/100).

w zakresie Część VIII:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** komory chłodniczej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **10 000 zł brutto** (słownie złotych: dziesięć tysięcy/100).

w zakresie Część IX:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** komory chłodniczej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **6 000 zł brutto** (słownie złotych: sześć tysięcy/100).

w zakresie Część X:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** wytrząsarki laboratoryjnej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi

zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **4 000 zł brutto** (słownie złotych: cztery tysiące/100).

w zakresie Część XI:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** myjki ultradźwiękowej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **4 000 zł brutto** (słownie złotych: cztery tysiące/100).

w zakresie Część XII:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** łaźni wodnej laboratoryjnej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **4 000 zł brutto** (słownie złotych: cztery tysiące/100).

w zakresie Część XIII:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** urządzeń służących do badań mechanicznych o wartości każda co najmniej **30 000 zł brutto** (słownie złotych: trzydzieści tysięcy /100).

w zakresie Część XIV:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** wagi analitycznej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **35 000 zł brutto** (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy/100).

w zakresie Część XV:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** łaźni wodnej z wytrząsaniem odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **15 000 zł brutto** (słownie złotych: piętnaście tysięcy/100).

w zakresie Część XVI:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** zamrażarki laboratoryjnej odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **10 000 zł brutto** (słownie złotych: dziesięć tysięcy/100).

w zakresie Część XVII:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej **dwie dostawy** aparatu do oznaczania stabilności oksydacyjnej odpowiadające swoim

rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **140 000 zł brutto** (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100).

w zakresie Część XVIII:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwie dostawy łaźni wodnej z wytrząsaniem odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określono w SWZ o wartości każda co najmniej **15 000 zł brutto** (słownie złotych: piętnaście tysięcy/100).

- 2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się Wykonawcy.
- 2.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

## **B. Podstawy wykluczenia z postępowania**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.),
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,



- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1745),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
  - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 7) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- 8) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 9) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

**C. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw wykluczenia.**

**1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty:**

- 1.1 Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie składa się na formularzu **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający udostępni Wykonawcom formularz JEDZ na stronie internetowej platformy zakupowej: **[platformazakupowa.pl/pn/uokik](https://platformazakupowa.pl/pn/uokik)**.

Instrukcję wypełniania JEDZ można znaleźć pod adresem:

[https://www.uzp.gov.pl/\\_data/assets/pdf\\_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf](https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej (JEDZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte zamówienia pozostają prawidłowe.

**2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:**

**- w zakresie wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 1 lit. B Części II SWZ:**

- 2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt. 4 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
  - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
  - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- 2.5. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

- 2.6. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ**).

**- w zakresie spełnienia warunków udziału, określonych w pkt 2.4 lit. A Części II SWZ:**

- 2.7. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi **Załącznik nr 7 do SWZ**).

Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/Odbiorcę zamówienia.

**3. Wykonawcy zagraniczni**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. B Części II SWZ:

- 3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt. 4 ustawy – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa powyżej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
- 3.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.2. i 2.3. lit. C części II SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 2.1., 2.2., 2.3. lit. C części II SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób prawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
  - a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  - b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składa się w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Forma dokumentów i oświadczeń o których mowa w lit. C Części II SWZ:
  - 1) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  - 2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
  - 3) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) pełnomocnictwa – mocodawca.
- 4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.
- 5) W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

#### **D. Poleganie na zasobach innych podmiotów**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie musi zawierać informacje zawarte w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ**).
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1.1. lit. B Części II SWZ, dotyczące tego podmiotu. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyższej oceniona, taki Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 – 2.5 lit. C Części II SWZ.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

**E. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne /konsorcja).**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. lit. C części II SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

**F. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta**

1. Formularz oferty – **Załącznik nr 5 do SWZ** – odrębnie dla każdej części zamówienia,
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
3. Opis oferowanego urządzenia pod kątem spełniania wymogów postawionych Załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca wypełnia **Załącznik Nr 1 do SWZ** opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego urządzenia, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia oraz warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ. W opisie oferowanego sprzętu należy podać markę, model i rok produkcji urządzenia. **Do oferty należy dołączyć karty katalogowe dla każdego urządzenia.** W przypadku dokumentu innym niż w języku polskim należy dołączyć tłumaczenie zgodne z pkt. 8.15 Cz. I SWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 3 lit D Część II SWZ (jeżeli dotyczy – wypełniony i podpisany **Załącznik nr 6 do SWZ**),
5. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez

mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

6. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.

Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

### **CZĘŚĆ III**

#### **Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej**

##### **1. Opis sposobu obliczenia ceny**

- 1.1. Przez pojęcie „cena” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
- 1.2. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 1.3. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 1.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
- 1.5. Wykonawca poda w formularzu ofertowym – **Załącznik Nr 5 do SWZ** cenę oferty dla danej części zamówienia.
- 1.6. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.
- 1.7. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.
- 1.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,



oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.

1.9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

**2. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

2.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

**CZĘŚĆ I**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 12% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) - 8% (waga kryterium).**

**Funkcjonalność (F) - 20% (waga kryterium).**

**Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

**Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczany będzie 1 punkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy

Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 12 punktów.

#### **Warunki serwisu (H)**

Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 48h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za reakcję w ciągu 36h doliczone będą 4 punkty,
- b) za reakcję w ciągu 24h doliczone będzie 8 punktów.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 48h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 48h) i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia o dodatkowych możliwościach:

- a) możliwość rozbudowy o co najmniej jeden detektor (TCD, ECD, FID, MS) – 8 punktów
- b) możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu a ścianą poniżej 20cm – 12 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

## **CZĘŚĆ II**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 12% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) -10% (waga kryterium).**

## **Funkcjonalność (F) - 18% (waga kryterium).**

### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczany będzie 1 punkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 12 punktów.

### **Warunki serwisu (H)**

Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 48h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za reakcję w ciągu 36h doliczone będzie 5 punktów,
- b) za reakcję w ciągu 24h doliczone będzie 10 punktów.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 48h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu

ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 48h) i przyzna 0 pkt.

### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia o dodatkowych możliwościach:

- a) za zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem w celu usunięcia zanieczyszczeń w analizatorze mas – 9 punktów
- b) za możliwość wygrzewania kwadrupolowego w celu usunięcia zanieczyszczeń analizatora mas – 9 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 18 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

### **CZĘŚĆ III**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 12% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) - 8% (waga kryterium).**

**Funkcjonalność (F) - 20% (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczany będzie 1 punkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 12 punktów.

#### **Warunki serwisu (H)**

Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 48h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za reakcję w ciągu 36h doliczone będą 4 punkty,
- b) za reakcję w ciągu 24h doliczone będzie 8 punktów.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 48h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 48h) i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia o dodatkowych możliwościach:

- a) możliwość rozbudowy o co najmniej jeden detektor (TCD, ECD, FID, MS) – 8 punktów
- b) możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu a ścianą poniżej 20 cm – 12 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

#### **CZĘŚĆ IV**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 12% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) -16% (waga kryterium).**

**Funkcjonalność (F) - 12% (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 12 miesięcy doliczany będzie 1 punkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 12 miesięcy) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 12 punktów.

#### **Warunki serwisu (H)**

Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 48h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za reakcję w ciągu 36h doliczone będzie 8 punktów,
- b) za reakcję w ciągu 24h doliczone będzie 16 punktów.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 16 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 48h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 48h) i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za każdy 1 kg wagi generatora wodoru wraz z wodą poniżej 30kg – 3 punkty (maksymalnie można otrzymać 6 punktów)
- b) za każdy 1cm głębokości zestawu poniżej 55 cm – 3 punkty (maksymalnie można otrzymać 6 punktów)

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 12 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

#### **CZĘŚĆ V**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 12% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) -10% (waga kryterium).**

**Funkcjonalność (F) - 18% (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

Cn

$$C = \frac{\text{-----}}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczany będzie 1 punkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 12 punktów.

#### **Warunki serwisu (H)**

Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 48h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za reakcję w ciągu 36h doliczone będzie 5 punktów
- b) za reakcję w ciągu 24h doliczone będzie 10 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 48h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 48h) i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia o dodatkowych możliwościach:

- a) za zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem pozwalającego na usunięcie zanieczyszczeń w analizatorze mas – 9 punktów
- b) za możliwość wygrzewania kwadrupolowego analizatora mas w temperaturze od 110°C do



190°C pozwalające na usunięcie w nim zanieczyszczeń – 9 punktów  
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 18 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

## **CZĘŚĆ VI**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 18% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) - 10% (waga kryterium).**

**Funkcjonalność (F) - 12% (waga kryterium).**

### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie *kryterium cena oferty* zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Każde dodatkowe 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 12 miesięcy doliczane będą 3 punkty.. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 12 miesięcy) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 24 miesiące Wykonawca otrzyma 18 punktów.

#### **Warunki serwisu (H)**

Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 48h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za reakcją w ciągu 32h doliczone będzie 5 punktów,
- b) za reakcją w ciągu 16h doliczone będzie 10 punktów.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 48h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 48h) i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie urządzenia o dodatkowej możliwości ważenia poza pomostem wagowym (ważenie podsalkowe) – 12 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 12 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

### **CZĘŚĆ VII**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) – 18 % (waga kryterium),**

**Jakość (J) – 14% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) – 8 % (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Każde dodatkowe 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 12 miesięcy doliczane będą 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 12 miesięcy) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 24 miesiące Wykonawca otrzyma 18 punktów.

### **Kryterium jakości (J)**

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) Poziom natężenia dźwięku poniżej 46dB, za każdy 1dB poniżej wymaganego poziomu hałasu Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalny punktowany poziom hałasu wynosi 43dB. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę poziomu hałasu równego lub niższego niż 43dB wykonawca otrzyma 6 punktów.
- b) Moc silnika powyżej 60W, za każde 5W powyżej wymaganej mocy silnika Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna punktowana moc silnika wynosi 80W. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę silnika o mocy równej lub wyższej niż 80W Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 14 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiającego przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) Za każde 10 mm szerokości pompy poniżej 250 mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty),
- b) Za każde 10 mm głębokości pompy poniżej 160 mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty),

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiającego przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

#### **CZĘŚĆ VIII**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiającego będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) – 18 % (waga kryterium),**

**Jakość (J) – 10% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) – 12 % (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Każde dodatkowe 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 12 miesięcy doliczane będą 3 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 18 punktów.

#### **Kryterium jakości (J)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:  
Wskazania temperatury:

- za możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,1<sup>o</sup>C – 4 punkty,
  - za możliwość regulacji temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym co 0,05<sup>o</sup>C – 6 punktów,
- Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiający przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za każde 5mm szerokości wnętrza komory powyżej 450mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty),
- b) za każde 5mm wysokości wnętrza komory powyżej 540mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty),
- c) za każde 5mm głębokości wnętrza komory powyżej 450mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty).

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 12 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

## **CZĘŚĆ IX**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**
- Okres gwarancji (G) – 18 % (waga kryterium),**
- Jakość (J) – 14% (waga kryterium),**
- Funkcjonalność (F) – 8 % (waga kryterium).**

### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będą 3 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 18 punktów.

### **Kryterium jakości (J)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) Wskazania temperatury:

- za możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 1°C – 4 punkty,
  - za możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,1°C – 6 punktów,
  - b) za poziom szumu poniżej 48dB – 4 punkty
- Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 14 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiającego przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za każde 5mm szerokości wnętrza komory powyżej 590mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty),
- b) za każde 5mm głębokości wnętrza komory powyżej 550mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty).

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

#### **CZĘŚĆ X**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**
- Okres gwarancji (G) – 18 % (waga kryterium),**
- Jakość (J) – 14% (waga kryterium),**
- Funkcjonalność (F) – 8 % (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będą 3 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 18 punktów.

#### **Kryterium jakości (J)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za możliwość sterowania wytrząsarką i wyświetlenie danych na komputerze – 10 punktów,
- b) za możliwość programowania pracy w sekwencjach powyżej 8 godzin – 4 punkty.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 14 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiający przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za 10mm szerokości urządzenia poniżej 380 mm – 4 punkty,
- b) za 10mm głębokości urządzenia poniżej 430 mm – 4 punkty.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.



W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

## **CZĘŚĆ XI**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) – 18 % (waga kryterium),**

**Jakość (J) – 14% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) – 8 % (waga kryterium).**

### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie *kryterium cena oferty* zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będą 3 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 18 punktów.

### **Kryterium jakości (J)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za możliwość wyboru trybu podziału pola w kąpielii ultradźwiękowej – 6 punktów,
- b) za możliwość programowania czasu pracy myjki – 4 punkty,
- c) za możliwość programowania czasu opóźnienia uruchomienia myjki – 4 punkty.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 14 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiający przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za 5mm szerokości wnętrza komory powyżej 270 mm – 4 punkty,
- b) za 5mm głębokości wnętrza komory powyżej 120 mm – 4 punkty.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

## **CZĘŚĆ XII**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) – 18 % (waga kryterium),**

**Jakość (J) – 14% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) – 8 % (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

Cn

C = ----- x 60 (waga kryterium)

Cb

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każdy dodatkowy 2 miesiące gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będą 3 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 18 punktów.

#### **Kryterium jakości (J)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,1<sup>o</sup>C – 6 punktów,
- b) za możliwość programowania czasu pracy łaźni – 4 punkty,
- c) za możliwość programowania czasu opóźnienia uruchomienia łaźni – 4 punkty.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 14 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiający przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w następujący sposób:

- a) za każde 5 mm szerokości wnętrza komory powyżej 280mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty),
- b) za każde 5 mm głębokości wnętrza komory powyżej 215mm – 2 punkty (maksymalnie można otrzymać 4 punkty).

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 8 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

### **CZĘŚĆ XIII**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 20% (waga kryterium),**

**Jakość (J) - 20% (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będzie 5 punktów. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów.

#### **Kryterium jakości (J)**

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za poszerzony zakres pomiaru siły / masy 1 siłownika do co najmniej (50 – 3000 N) / (5 - 300) kg oraz 4 pozostałych siłowników do co najmniej (10 – 1000) N / (1,0 - 100) kg, przy zachowaniu ww. wymagań opisanych w charakterystyce urządzenia - 20 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 20 punktów

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada dodatkową jakość punktowaną przez Zamawiającego przyjmie, że urządzenie nie posiada określonej jakości i przyzna 0 pkt.

#### **CZĘŚĆ XIV**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 16% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) - 24% (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 3 miesiące gwarancji ponad wymagane 12 miesięcy doliczane będą 2 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 16. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 12 miesięcy) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 16 punktów.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- c) waga o jednym zakresie – 4 pkt., waga o kilku zakresach – 0 pkt.
- d) osłona komory wagowej otwierana automatycznie – 4 pkt.
- e) urządzenie do usuwania ładunków elektrostatycznych wbudowane w wagę – 16 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 24 punkty.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

#### **CZĘŚĆ XV**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**
- Okres gwarancji (G) - 20% (waga kryterium),**
- Funkcjonalność (F) - 20% (waga kryterium).**

#### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 3 miesiące gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będzie 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów.

### **Kryterium funkcjonalności (F)**

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za dołączone dedykowane statywy pozwalające na używanie w łaźni z wytrząsaniem co najmniej 15 probówek o średnicy 18 mm – 8 punktów
- b) za dołączone dedykowane statywy pozwalające na używanie w łaźni z wytrząsaniem co najmniej 10 probówek o średnicy 30 mm – 8 punktów
- c) możliwość recalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – 4 punkty

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, że urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

## **CZEŚĆ XVI**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 18% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) - 22% (waga kryterium).**

### **Cena oferty**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane 24 miesiące doliczane będą 3 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 18. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 18 punktów.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za zakres temperatury pracy komory co najmniej od -50°C do 0°C z dokładnością nastawienia nie gorszą niż 0,1°C – 12 punktów
- b) możliwość recalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – 4 punkty
- c) możliwość zmiany przez użytkownika kierunku otwierania drzwi – 6 punktów

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 22 punkty.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

### **CZĘŚĆ XVII**

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 12% (waga kryterium),**

**Funkcjonalność (F) - 18% (waga kryterium),**



## **Przegląd (P) – 10% (waga kryterium).**

### **Kryterium „Cena oferty” (C)**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał 1 punkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 12 miesięcy. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 12. Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 12 punktów. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 12 miesięcy) i przyzna 0 pkt.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 24 miesiące Wykonawca otrzyma 12 punktów.

### **Kryterium „funkcjonalność” (F)**

W ramach **kryterium funkcjonalność** Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania urządzenia spełniającego dodatkowe funkcjonalności. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) za możliwość podglądu temperatury bloku grzewczego po zakończonym badaniu – 3 punkty;
- b) za możliwość monitorowania temperatury bloku grzewczego na stałym poziomie  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  w trakcie prowadzenia badania – 10 punktów;
- c) za możliwość skrócenia 60 minutowego czasu nagrzewania bloków przed rozpoczęciem badania w zakresie temperatur  $(0-110)^{\circ}\text{C}$ 
  - do 5 min – 2 punkty,
  - (5 – 10) min – 3 punkty;

- powyżej 10 min – 5 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 18 punktów.

#### **Kryterium „przeгляд” (P)**

Za wykonanie w okresie gwarancji (ponad wymagany minimum 1 przeгляд) dodatkowego przeгляdu urządzenia polegającego na sprawdzeniu poprawności wskazań w zakresie jak w 1 przeглядzie, Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ dodatkowego przeгляdu Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zadeklarował dodatkowego przeгляdu i przyzna 0 pkt.

### **CZĘŚĆ XVIII**

**Cena oferty (C) - 60% (waga kryterium),**

**Okres gwarancji (G) - 16% (waga kryterium),**

**Warunki serwisu (H) -10% (waga kryterium)**

**Funkcjonalność (F) - 14% (waga kryterium).**

#### **Kryterium „cena oferty” (C)**

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie **kryterium cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

C<sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty ocenianej

#### **Kryterium „okres gwarancji” (G)**

W ramach tego kryterium za każde dodatkowe 3 miesiące gwarancji ponad wymagane 24 miesiące Zamawiający będzie przyznawał 4 punkty. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 16. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma - 16 punktów

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres od wymaganego w SWZ (24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ okresu gwarancji Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres gwarancji (tj. 24 miesiące) i przyzna 0 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 16 punktów.

#### **Kryterium „Warunki serwisu” (H)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie czasu reakcji serwisu. Wymagana reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu 72h.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- b) za reakcją w ciągu 48h doliczone będzie 5 punktów,
- c) za reakcją w ciągu 24h doliczone będzie 10 punktów.

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy czas reakcji serwisu od wymaganego w SWZ (tj. 72h) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czasu reakcji serwisu Zamawiający przyjmie wymagany w SWZ okres (tj. 72h) i przyzna 0 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 10 punktów.

#### **Kryterium funkcjonalności (F)**

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie dodatkowej możliwości recalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – 14 punktów

Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ czy urządzenie posiada daną funkcjonalność Zamawiający przyjmie, iż urządzenie nie posiada danej funkcjonalności i przyzna 0 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca otrzyma 14 punktów.

## **CZĘŚĆ IV**

### **Postanowienia końcowe**

#### **1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **2. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 255 pkt 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **3. Udzielenie zamówienia**

3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, mających zastosowanie, w niniejszej SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.

3.2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

3.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie zawierać co najmniej:

a) nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę.

3.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

#### **4. Projektowane postanowienia umowy**

Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Projektowane postanowienia umowy stanowiące **Załącznik nr 2 do SWZ**.

## 5. **Obowiązujące przepisy**

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej SWZ zastosowanie mają odpowiednio stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

## 6. **Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany**

- 6.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 2 do SWZ**.
- 6.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 6.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 2 do SWZ**.
- 6.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

## 7. **Ochrona danych osobowych**

- 7.1. Zgodnie z **art. 13 ust. 1 i 2** Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej **RODO**), uprzejmie informujemy że:

1. **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** z siedzibą przy **pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa**;
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych**, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: [iod@uokik.gov.pl](mailto:iod@uokik.gov.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp**;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 ustawy Pzp**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;

8. posiada Pani/Pan:
- a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. **20 RODO**;
  - c. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;
- 7.2. Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciężącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.

## CZĘŚĆ V

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. **Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.**
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
  - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## **CZĘŚĆ VI**

### **Załączniki**

1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

2. Załącznik Nr 2 – Projektowane postanowienia umowy,
3. Załącznik Nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
5. Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy,
6. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o zamiarze polegania na zasobach podmiotu trzeciego,
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz dostaw.



### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymogi minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej. Wykonawca wypełnia Załącznik Nr 1 do SWZ **opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego urządzenia**, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia oraz warunki realizacji zamówienia. **Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ.** W opisie oferowanego sprzętu należy podać markę, model i rok produkcji urządzenia oraz jednostki setrującej (jeżeli dotyczy).

#### Część I. Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS – 1 zestaw

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b> Chromatograf gazowy z detektorem FID do destylacji symulowanej produktów naftowych HT SIMDIS wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia metody w laboratorium.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość oznaczania rozkładu wrzenia w zakresie od 174°C do 700°C zgodnie z normą ASTM D6352-19 oraz przeprowadzenia korelacji do destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym wg ASTM D86-20 i destylacji próżniowej ASTM D1160</li> <li>• możliwość wyboru pracy wg norm ASTM D2887, ASTM D3710, ASTM D5307 (Internal Standard), ASTM D7169, ASTM D7096, ASTM D7500</li> <li>• gotowy do pracy z kolumną metalową HT SIMDIS zapewniającą prawidłową separację, kolejność elucji i identyfikację z wypełnieniem spełniającym wymagania normy ASTM D6352-19, o wymiarach: (5 m x 0,53 mm x 0,15 µm)</li> <li>• Piec: <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura pracy max. 450°C (z przyrostem max. 0,1°C),</li> <li>- z kominkiem kierującym wydmuch gorącego powietrza do góry,</li> <li>- szybkość grzania pieca minimum 120 °C/min.,</li> <li>- czas schładzania w zakresie od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający dostrajanie ciśnienia na czole kolumny celem odtwarzania czasów retencji niezależnie od długości kolumny oraz ilości powtórzeń nstrzyków</li> <li>• Dozownik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielofunkcyjny typu PTV lub OCI,</li> <li>- umożliwiający pracę z programowaną temperaturą odparowania rozpuszczalników; w następujących trybach: hot split/splitless, cold split/splitless, pulsed split/splitless, solvent vent, direct,</li> <li>- z układem elektronicznej kontroli pneumatyki w zakresie 0-100 psi z dokładnością min. 0,001 psi,</li> <li>- umożliwiający programowanie temperatury w minimum 10 krokach,</li> <li>- zapewniający liniowy współczynnik odpowiedzi dla węglowodorów nC<sub>40</sub> równy 1,00,</li> <li>- temperatura pracy dozownika max. 450 °C,</li> <li>- współczynnik podziału min. 9000:1,</li> <li>- elektroniczna kontrola przepływu przedmuchiwania membrany,</li> <li>- wymagany system uszczelniania dozownika z odkręcaną górną jego częścią w celu szybkiej i łatwej wymiany liner'a.</li> </ul> </li> <li>• Detektor FID: <ul style="list-style-type: none"> <li>- detekcja min. 10 g C/s.</li> <li>- dynamiczny zakres liniowy detektora min. 10<sup>6</sup></li> <li>- częstotliwość próbkowania min. 1000 Hz</li> <li>- temperatura pracy detektora max. 450°C</li> </ul> </li> <li>• Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek o poj. 2 ml, <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,</li> <li>- umożliwiający sporządzanie wzorców,</li> <li>- posiadający szybkość dozowania min. 0,1 s,</li> <li>- kompatybilny ze strzykawkami 5µL, 10µL, 50µL, 100µL</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o pojemności 10µL do autosamplera (1szt.), zakręcane fiołki z septą z PTFE 2ml do autosamplera (100szt.), septy (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), kolumna kapilarna 30m – (1szt.)</li> <li>• uniwersalne filtry doczyszczające linie gazowe z helem i wodorem, pojemności O<sub>2</sub> 3l zamontowane na tylnej obudowie chromatografu</li> <li>• reduktor do butli z helem z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi</li> <li>• Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>, dysk twardy o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny w języku polskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu</li> <li>• dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz symulowanej destylacji dla wgranej przez producenta metody analitycznej wg. ASTM D6352. Możliwość ustawiania własnych punktów destylacji przy korelacji do destylacji atmosferycznej wg ASTM D86. Analiza i</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p>nakładanie chromatogramów. Eksport wyników analizy do MS Excel. Obliczanie średniej i odchylenia standardowego przy porównywaniu wyników. Obliczanie indeksu cetanowego i temperatury zapłonu z danych rozkładu wrzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość zintegrowania z systemem LIMS</li> <li>• zasilanie 230V, 50 Hz</li> <li>• Materiały odniesienia do sprawdzenia poprawności działania aparatu i odbioru na miejscu w laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mieszanina kalibracyjna n-parafin: Boiling Point Calibration Sample No.1, 1 op. (6x1ml) wraz z certyfikatem</li> <li>- mieszanina kalibracyjna n-parafin: Low Boiling Calibration Sample No.2, 1 op. (6x1ml) wraz z certyfikatem</li> <li>- materiał referencyjny 5010: Reference Gas Oil Sample No.1, 1x1ml wraz z certyfikatem</li> <li>- Polywax 655, 1 op. (1g) wraz z certyfikatem</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strzykawki o pojemności 5µL do autosamplera (2 szt.)</li> <li>• fiołki do autosamplera 2ml z zakrętkami i septami z PTFE (500szt.)</li> <li>• septy do dozownika (20 szt.)</li> <li>• wkładki szklane do dozowników (5szt.)</li> <li>• kolumna chromatograficzna metalowa HT SIMDIS zapewniająca prawidłowy rozdział i identyfikację z wypełnieniem spełniającym wymagania normy ASTM D6352 o wymiarach (30m x 0,32mm x 0,25µm).</li> </ul>	
<p><b>Ilość – 1 zestaw</b></p>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <p>1. Odbiór przyrzędu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem materiałów odniesienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mieszanina kalibracyjna n-parafin: Boiling Point Calibration Sample No.1, wraz z certyfikatem</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mieszanina kalibracyjna n-parafin: Low Boiling Calibration Sample No.2,</li> <li>- materiał referencyjny 5010: Reference Gas Oil Sample No.1,</li> <li>- Polywax 655</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny</li> <li>3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów</li> <li>4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy</li> <li>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej</li> <li>6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu</li> <li>7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 2 dni robocze (min. 16h)</li> <li>8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE</li> </ol>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania <u>w dwudziestym czwartym miesiącu</u> licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania i identyfikacji jakościowo-ilościowej z użyciem materiałów odniesienia: mieszaniny kalibracyjnej n-parafin: Boiling Point Calibration Sample No.1, mieszaniny kalibracyjnej n-parafin: Low Boiling Calibration Sample No.2, materiału referencyjnego 5010: Reference Gas Oil Sample No.1 oraz Polywax 655. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia i komputera</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.</p>	

**Część II. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw**

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b>  Chromatograf gazowy dwukanałowy z dozownikiem split/splitless typu PTV oraz detektorem mas, z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w laboratorium metody identyfikacji typów węglowodorów w średnich destylatach wg normy ASTM D2425-21.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość wyznaczania składu jakościowego z widma mas średnich destylatów paliw ciekłych w zakresie od 160°C do 343°C</li> <li>• gotowy do pracy z kolumną dedykowaną do normy ASTM D2425-21 zapewniającą odpowiednią identyfikację o wymiarach: (30m x 0,25mm x 0,25µm)</li> <li>• Piec: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiadający minimum 20 ramp temperaturowych,</li> <li>- temperatura pracy max. 450°C z przyrostem max. 0,1°C,</li> <li>- szybkość grzania min. 120 °C/min,</li> <li>- czas schładzania w zakresie od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,</li> </ul> </li> <li>• zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający pełną elektroniczną możliwość sterowania ciśnieniem i przepływami, kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym,</li> <li>• układ elektronicznej kontroli pneumatyki dozownika i detektorów w zakresie 0-100 psi z dokładnością min. 0,001 psi z możliwością programowania do min. 3 narostów przepływu i ciśnienia,</li> <li>• Dozownik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielofunkcyjny typu PTV</li> <li>- umożliwiający pracę z programowaną temperaturą w następujących trybach: split mode, splitless mode, pulsed split mode, pulsed splitless mode</li> <li>- umożliwiający programowanie do min. 7 zmian temperatury dozownika,</li> <li>- temperatura pracy dozownika max. 450 °C,</li> <li>- stosunek podziału min. 9000:1,</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokładność ustawienia ciśnienia dozownika min. 0,001psi</li> <li>• Detektor mas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwadropolowy analizator mas z jonizacją elektronową EI z limitem detekcji max. 10 fg OFN dla nastrzyku 1µL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 100 fg/µL potwierdzoną pisemnym raportem w trakcie instalacji,</li> <li>- regulacja temperatury źródła jonów do max. 300 °C</li> <li>- pompa turbo z przepływem min. 250 L/s,</li> <li>- szybkość skanowania co najmniej 20 000 amu/s,</li> <li>- zakres masowy detektora do min. 1000 u,</li> </ul> </li> <li>• Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek, o poj. 2 ml: <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,</li> <li>- szybkość dozowania minimum 0,1 s</li> <li>- umożliwiający programowanie głębokości próbkowania</li> </ul> </li> <li>• zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o pojemności 10µL do autosamplera (2szt.), zakręcane fiołki 2 ml z septą z PTFE do autosamplera (100szt.), septa do dozownika (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), kolumna kapilarna 30m (1szt.)</li> <li>• uniwersalne filtry doczyszczające linie gazowe o pojemności O<sub>2</sub> 3l zamontowane na tylnej obudowie chromatografu</li> <li>• reduktor do butli z helem, z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi</li> <li>• Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p>http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, dysk twardy o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny w języku polskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny</li> <li>• moduł oprogramowania do dekonwolucji pików chromatograficznych</li> <li>• najnowsza, dostępna biblioteka widm NIST, co najmniej z 2020 roku</li> <li>• możliwość zintegrowania z systemem LIMS</li> <li>• miernik próżni zapewniający dostęp do informacji o prawidłowym ciśnieniu w module MS</li> <li>• zasilanie 230V, 50 Hz</li> </ul> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strzykawki o pojemności 10µL do autosamplera (2 szt.)</li> <li>• fiołki do autosamplera 2ml z zakrętkami i septami z PTFE (500szt.)</li> <li>• septy do dozownika (20 szt.)</li> <li>• wkładki szklane do dozowników (5szt.)</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 zestaw</b>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej próbki rzeczywistej oleju napędowego</li> </ol>	



Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny</li> <li>3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów</li> <li>4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy</li> <li>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej</li> <li>6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu,</li> <li>7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 2 dni robocze (nie mniej niż 16h),</li> <li>8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.</li> </ol>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania <u>w dwudziestym czwartym miesiącu</u> licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania chromatografu (m.in. przepływ gazów, ustawienia ciśnienia i temperatury, zużycie kolumny, kalibracja autosamplera) i poprawności identyfikacji na próbce rzeczywistej oleju napędowego. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia i komputera</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.</p>	

### Część III. Chromatograf gazowy z detektorem FID - 1 zestaw

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b></p>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p>Chromatograf gazowy dwukanałowy z dozownikiem typu PTV oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia metody identyfikacji ilościowej związków organicznych obecnych w próbkach produktów naftowych według ASTM D3524-14 (2020) i ASTM D3525-20.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie gotowe do pracy z zestawem kolumn spełniających wymagania norm w zakresie odpowiedniego rozdziału w kolejności rosnących temperatur wrzenia, zapewniające odpowiednią rozdzielczość i gwarantujące stabilność linii bazowej, kolumny o wymiarach: (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm) i (15 m, 0,25 mm, 0,25 μm).</li> <li>• Piec: <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy,</li> <li>- zakres temperatur pracy od +4°C do 450°C (z przyrostem max. 0,1 °C),</li> <li>- szybkość grzania min. 120 °C/min,</li> <li>- czas schładzania w zakresie od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,</li> </ul> </li> <li>• zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający pełną elektroniczną możliwość sterowania ciśnieniem i przepływami, kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym</li> <li>• układ elektronicznej kontroli pneumatyki dozownika i detektorów w zakresie 0-100 psi z dokładnością min. 0,001 psi z możliwością programowania do min. 3 narostów przepływu i ciśnienia</li> <li>• Dozownik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielofunkcyjny typu PTV</li> <li>- umożliwiający pracę z programowaną temperaturą w następujących trybach: split mode, splitless mode, pulsed split mode, pulsed splitless mode</li> <li>- umożliwiający programowanie do 10 zmian temperatury dozownika,</li> <li>- zapewniający pracę dozownika w temperaturze poniżej 0°C,</li> <li>- temperatura pracy dozownika max. 450 °C</li> <li>- stosunek podziału min. 9000:1</li> <li>- dokładność ustawienia ciśnienia dozownika max. 0,001psi</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detektor płomieniowo-jonizacyjny: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewniający czułość wystarczająca do wykrycia 1,0% dekanu z wysokością pików co najmniej 10% pełnej skali chromatogramu,</li> <li>- dynamiczny zakres liniowy detektora min. <math>10^6</math></li> <li>- częstotliwość próbkowania min. 1000 Hz</li> <li>- maksymalna temperatura pracy detektora 450°C</li> </ul> </li> <li>• Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek, o poj. 2 ml, <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,</li> <li>- szybkość dozowania min. 0,1 s</li> <li>- możliwość programowania głębokości próbkowania,</li> <li>- kompatybilny ze strzykawkami 5 <math>\mu</math>L, 10 <math>\mu</math>L, 50 <math>\mu</math>L, 100 <math>\mu</math>L,</li> </ul> </li> <li>• zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o pojemności 10<math>\mu</math>L do autosamplera (1szt.), zakręcane fiołki z septą 2 ml do autosamplera (100szt), septy do dozownika (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), kolumna kapilarna 30m (1szt.)</li> <li>• uniwersalne filtry doczyszczające linie gazowe z helem x 2szt i wodorem, pojemności O<sub>2</sub> 3l zamontowane na tylnej obudowie chromatografu</li> <li>• reduktor do butli z helem z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi</li> <li>• Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>, dysk twardy o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p>możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny w języku polskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dedykowane oprogramowanie do sterowania przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera i do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz</li> <li>• możliwość zintegrowania z systemem LIMS</li> <li>• Materiały odniesienia do sprawdzenia poprawności działania przyrządu i odbioru na miejscu w laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>- standardowy olej silnikowy/napędowy - Diesel motor oil,1op.(1ml),</li> <li>- czysty bazowy olej mineralny, 2 ppm, w oleju mineralnym 75 cSt, 1op. (500ml)</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Ilość – 1 zestaw</b>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej materiałów odniesienia: - standardowy olej silnikowy/napędowy - Diesel motor oil - czysty bazowy olej mineralny, 2 ppm, w oleju mineralnym 75 cSt,</li> <li>2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny</li> <li>3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów</li> <li>4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy</li> <li>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej</li> <li>6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu,</li> </ol>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu - 2 dni robocze (nie mniej niż 16h), 8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania <u>w dwudziestym czwartym miesiącu</u> licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania, w tym poprawności wskazań przepływów gazów i dokładności nastrzyków oraz sprawdzenia standardowego oleju silnikowego/napędowego- Diesel motor oil – uzyskany wynik musi mieścić się w granicach odtwarzalności. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia i komputera</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

#### Część IV. Generator czystego powietrza z kompresorem sprężonego powietrza oraz generatorem wodoru - 2 zestawy

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> <b>Generator czystego powietrza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umożliwiający obsługę trzech chromatografów gazowych (2 szt. GC FID, 1 szt. GC MS)</li> <li>• Przepływ minimalny 3000ml/min,</li> <li>• Natężenie przepływu powietrza min. 8 l/min,</li> <li>• Ciśnienie powietrza min. 8 bar,</li> <li>• Czystość powietrza wejściowego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawartość cząstek stałych 0,01µm,</li> <li>- opary oleju ≤0,01 mg/m<sup>3</sup>,</li> <li>- zawartość wilgoci ≤ 3°C punkt rosy,</li> </ul> </li> <li>• Wbudowany reaktor katalityczny Pt/Pd,</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czystość powietrza wyjściowego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 99,99%,</li> <li>- zawartość C<sub>n</sub>H<sub>m</sub> &lt;0,1ppm</li> <li>- pozostałość po reaktorze katalitycznym &lt;0,1ppm,</li> <li>- zawartość wilgoci -50 °C punkt rosy,</li> </ul> </li> <li>• Ciśnienie powietrza wyjściowego min. 6bar,</li> <li>• Warunki środowiskowe pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- wilgotność ≤ 80%,</li> <li>- temperatura od 5°C do 40°C</li> </ul> </li> <li>• Zasilanie 230 V, 50 Hz,</li> <li>• Waga max 30kg</li> <li>• Wymiary; <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość max 47cm,</li> <li>- szerokość max 38cm,</li> <li>- głębokość max 55cm</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Kompresor powietrza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatybilny z generatorem czystego powietrza,</li> <li>• Bezolejowy, tłokowy,</li> <li>• Natężenie przepływu min. 20 l/min sprężonego powietrza,</li> <li>• Ciśnienie powietrza wyjściowego min. 8bar,</li> <li>• Czystość powietrza wyjściowego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawartość cząstek stałych ≤ 0,01µm,</li> <li>- opary oleju ≤0,01 mg/m<sup>3</sup> ,</li> <li>- zawartość wilgoci ≤ 3°C punkt rosy,</li> </ul> </li> <li>• Poziom hałasu max 55 dB</li> <li>• Warunki środowiskowe pracy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wilgotność ≤ 80%,</li> <li>- temperatura od 5°C do 40°C</li> </ul> </li> <li>• Waga max 25kg</li> <li>• Wymiary; <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość max 47cm,</li> <li>- szerokość max 38cm,</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p>- głębokość max 55cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie 230 V, 50 Hz.</li> </ul> <p><b>Generator wodoru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umożliwiający obsługę trzech detektorów FID jednocześnie,</li> <li>• Wydajność min. 350 ml/min wodoru,</li> <li>• Czystość wytwarzanego gazu min. 99,999%,</li> <li>• Ciśnienie wyjściowe gazu min. 1 bar,</li> <li>• Ciśnienie wyjściowe gazu max 8 bar,</li> <li>• Dokładność odczytu ciśnienia 0,1bar,</li> <li>• Zużycie wody dejonizowanej max 3L/tydzień (przy założeniu ciągłej pracy),</li> <li>• Wymiary max: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość 47cm</li> <li>- szerokość 38cm,</li> <li>- głębokość 55cm,</li> </ul> </li> <li>• Port połączeniowy 1/8cal,</li> <li>• Alarm niskiego poziomu wody dejonizowanej,</li> <li>• Max waga wraz z wodą 30kg,</li> <li>• Zasilanie 230 V, 50/60Hz,</li> <li>• Zgodny z wymaganiami CE.</li> </ul> <p><b><u>Dodatkowe wyposażenie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osuszacz wodoru - 2 szt.</li> <li>• Wkład dejonizacyjny do wody – 2 szt.</li> </ul> <p><b>Zestaw powinien:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umożliwiać podłączenie równoległe wszystkich modułów zestawu w wieżę ustawioną na posadzce</li> <li>• Posiadać podstawę do ustawienia zestawu urządzeń na posadzce umożliwiającą przesuwanie urządzenia</li> <li>• Posiadać wyświetlacz monitorujący aktualny stan przyrządu, poziom produkowanych gazów oraz raportowanie alarmów,</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posiadać możliwość podłączenia LAN.</li> </ul>	
<p><b>Ilość – 2 zestawy</b></p>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbiór przyrzędu nastąpi po przedstawieniu przez dostawcę dokumentów potwierdzających jakość wytworzonego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powietrza dla generatora i kompresora w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawartości CnHm &lt;0,1ppm</li> <li>- pozostałości po reaktorze katalitycznym &lt;0,1ppm</li> <li>- zawartości wilgoci - 50° C punkt rosy, ≤ 3° C punkt rosy,</li> <li>- oparów oleju ≤0,01 mg/m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>• wodoru w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- czystości wytwarzanego gazu min. 99,999%</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. Zestaw urządzeń fabrycznie nowy, kompletny.</li> <li>3. Termin dostawy – nie później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy.</li> <li>4. Instrukcja obsługi w języku polskim.</li> <li>5. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania urządzenia.</li> <li>6. Wymagany certyfikat sprawdzenia zestawu urządzeń przez producenta,</li> <li>7. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.</li> <li>8. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi zestawu urządzeń 1 dzień roboczy.</li> </ol>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania <u>w dwunastym miesiącu</u> licząc od daty odbioru zestawu urządzeń bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- generatora powietrza wraz z wymianą niezbędnych elementów (filtrów, wkładów, osuszaczy),</li> <li>- kompresora bezolejowego,</li> <li>- generatora wodoru ( poprawności wskazań ciśnienia i przepływu, wymiana osuszacza i wkładu dejonizacyjnego)</li> </ul> </li> </ul>	



Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Gwarancja:</b> minimum 12 miesięcy	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia i komputera</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

#### Część V. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b> Chromatograf gazowy z dozownikiem split/splitless oraz detektorem mas, z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w laboratorium metody identyfikacji eteru butylowo - fenylowego (BPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gotowy do pracy z zestawem kolumn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB-17HT o wymiarach: 15m x 0.25mm, 0.15µm;</li> <li>- VF-WAXms o wymiarach: 30m x 0.25mm, 1.0µm)</li> <li>- kolumna restrykcyjna z wypełnieniem krzemionkowym o wymiarach 0.64m x 0.1mm</li> </ul> </li> <li>• Piec: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiadający minimum 20 ramp temperaturowych,</li> <li>- temperatura pracy max. 450°C z przyrostem max. 0,1°C,</li> <li>- szybkość grzania min. 120 °C/min,</li> <li>- czas schładzania pieca od 450 °C do 50 °C max. 4 minuty,</li> </ul> </li> <li>• zintegrowany układ kontroli pneumatyki umożliwiający pełną elektroniczną możliwość sterowania ciśnieniem i przepływami, kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatury otoczenia w czasie rzeczywistym,</li> <li>• Dozownik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- typu split/splitless z elektroniczną kontrolą pneumatyki,</li> <li>- umożliwiający pracę z programowaną temperaturą w trybie pulsed splitless</li> <li>- temperatura pracy dozownika max. 400 °C,</li> <li>- stosunek podziału min. 10000:1,</li> <li>- dokładność ustawienia ciśnienia dozownika min. 0,001psi</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detektor mas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwadrupolowy analizator mas z jonizacją elektronową EI z ekstraktorem i kontrolerem pneumatyki,</li> <li>- czułość detekcji max. 10fg IDL potwierdzona pisemnym raportem w trakcie instalacji,</li> <li>- zawierający 2 filamenty w źródle jonów,</li> <li>- regulacja temperatury źródła jonów w zakresie 150 - 300 °C</li> <li>- pompa wstępna i pompa turbomolekularna o wydajności min. 255 L/s dla gazu nośnego,</li> <li>- szybkość skanowania co najmniej 20 000 amu/s,</li> <li>- zakres dynamiczny detektora min.10<sup>6</sup>,</li> <li>- zakres masowy detektora od 1,6u do 1050u,</li> <li>- regulowana energia jonizacji w zakresie od 5 do 241 eV</li> </ul> </li> <li>• Detektor FID <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiający elektroniczne sterowanie pneumatyką dla trzech gazów: powietrze, wodór i gaz nośny,</li> <li>- temperatura pracy detektora max. 450°C,</li> <li>- limit detekcji max. 1,2 pg C/s dla tridekanu,</li> <li>- automatyczny zapłon palnika,</li> <li>- częstotliwość zbierania danych min. 1000Hz,</li> <li>- liniowy zakres dynamiczny min. 10<sup>7</sup></li> </ul> </li> <li>• Autosampler z tacą na minimum 150 fiolek, o poj. 2 ml: <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiający rozbudowę o czytnik kodów kreskowych,</li> <li>- umożliwiający programowanie tempa dozowania, pobierania i nastrzyku próbki,</li> <li>- umożliwiający rozbudowę tacy o moduł chłodzenia i mieszania próbek,</li> <li>- kompatybilny się strzykawkami o pojemności: 1, 2, 5, 10, 25µL</li> </ul> </li> <li>• Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy: strzykawka o poj. 5µl (1szt.) i 10µl (1szt.) do autosamplera, zakręcane fiołki z septą z PTFE 2ml do autosamplera (100szt.), septa do dozownika (10szt.), wkładki szklane do dozowników (2szt.), ferrule (10szt.), kolumna kapilarna 30m (1szt.),</li> <li>• uniwersalne filtry doczyszczające linie gazowe o pojemności O<sub>2</sub> 3l zamontowane na tylnej obudowie chromatografu</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• reduktor do butli z helem, z przyłączem W21,80x1/14 wg DIN 477 nr 6 oraz z manometrem w zakresie od 0 do 250psi</li> <li>• Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych o parametrach wystarczających do pełnej obsługi chromatografu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>, dysk twardy o pojemności minimum 1 TB, co najmniej 16 GB RAM, monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 27 cali, monochromatyczna drukarka laserowa: z możliwością druku dwustronnego A4, z prędkością wydruku nie mniejszą niż 10 stron/min., karta sieciowa LAN, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, klawiatura, myszka. Komputer do sterowania urządzeniem i analizy danych powinien być wyposażony w system operacyjny w języku polskim odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu</li> <li>• dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki</li> <li>• moduł oprogramowania do dekonwolucji pików chromatograficznych</li> <li>• najnowsza, dostępna biblioteka widm i struktur związków NIST, co najmniej z 2020 roku</li> <li>• możliwość zintegrowania z systemem LIMS</li> <li>• miernik próżni zapewniający dostęp do informacji o prawidłowym ciśnieniu w module MS</li> <li>• zasilanie 230V, 50Hz</li> <li>• <b>Wyposażenie dodatkowe:</b> - strzykawki o pojemności 5µL i 10µL do autosamplera (2szt.)</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fiołki do autosamplera 2ml z zakrętkami i septami z PTFE (500szt.)</li> <li>- septy do dozownika (20 szt.)</li> <li>- wkładki szklane do dozowników (5szt.)</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 zestaw</b>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej próbki odniesienia przygotowanej w laboratorium.</li> <li>2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny</li> <li>3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów</li> <li>4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy</li> <li>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej</li> <li>6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu,</li> <li>7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 3 dni robocze (nie mniej niż 24h),</li> <li>8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.</li> </ol>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę przyrządu po okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania <u>w dwudziestym czwartym miesiącu</u> licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania chromatografu (m.in. przepływ gazów, ustawienia ciśnienia i temperatury, zużycie kolumny, kalibracja autosamplera) i poprawności identyfikacji na próbce rzeczywistej oleju napędowego. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządu powinny zapewnić spójność pomiarową.</p>	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia i komputera</b>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

#### Część VI. Waga nieautomatyczna – 1 sztuka

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> Waga analityczna wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres ważenia 81g/220g,</li> <li>• dokładność odczytu przyrządu 0,01mg; 0,1mg,</li> <li>• powtarzalność przy całkowitym obciążeniu max <math>\pm 0,2</math>mg,</li> <li>• liniowość <math>\pm 0,2</math>mg,</li> <li>• czas stabilizacji max 3s,</li> <li>• temperatura pracy +10 do +40°C,</li> <li>• zakres tary od 0 do 220g ,</li> <li>• automatyczna adjustacja wewnętrzna z możliwością programowania jej uruchomienia,</li> <li>• wbudowane odważniki wewnętrzne referencyjne – 2 szt.,</li> <li>• automatyczna kontrola wypoziomowania wagi,</li> <li>• wyświetlacz LCD z podświetleniem,</li> <li>• szalka o konstrukcji kratki- grilla podwieszana na ścianie komory wagowej,</li> <li>• uchwyty umożliwiające odważanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do kolb pomiarowych o max poj. 10ml, 50ml, 100ml oraz probówek,</li> <li>- sączków,</li> <li>- strzykawek o max poj. 10ml,</li> </ul> </li> <li>• wymagana legalizacja pierwotna wagi wraz ze świadectwem legalizacji,</li> <li>• wzorcowanie wagi w siedzibie laboratorium przez usługodawcę akredytowanego wg PN-EN ISO 17025 lub GUM, w następujących punktach:</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100mg, 200mg, 1g, 5g z błędem dopuszczalnym wraz z niepewnością jego wyznaczenia w całym zakresie +/- 0,5mg;</li> <li>-20g, 50g, 100g, 200g z błędem dopuszczalnym wraz z niepewnością jego wyznaczenia w całym zakresie +/- 1,0mg;</li> <li>• zasilanie 230 V, 50 Hz,</li> <li>• oprogramowanie w polskiej wersji językowej.</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbiór przyrządu nastąpi po przestawieniu dowodów na : legalizację, wzorcowanie wagi w punktach 100mg, 200mg, 1g, 5g, 20g, 50g, 100g, 200g</li> <li>2. Przyrząd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., kompletny, gotowy do pracy</li> <li>3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów,</li> <li>4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.</li> <li>5. Instrukcja obsługi w języku polskim,</li> <li>6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu,</li> <li>7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 4 godziny,</li> <li>8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.</li> </ol>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p>	
<b>Gwarancja:</b> minimum 12 miesięcy	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.</p>	

## Część VII. Membranowa pompa próżniowa - 1 sztuka

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b> Membranowa pompa próżniowa wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w laboratorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• umożliwiająca filtrację przy ciśnieniu absolutnym w zakresie (2-5 kPa),</li><li>• minimum czterogłowicowa z min. trójstopniową regulacją,</li><li>• próżnia końcowa min. 0,2kPa,</li><li>• manualny regulator próżni,</li><li>• cyfrowy manometr o dokładności wskazań 0,1kPa, wzorcowany przez GUM lub laboratorium akredytowane w punktach: 2kPa, 3,5kPa, 5kPa. Błąd pomiaru wraz z niepewnością max <math>\pm 0,4</math>kPa dla wszystkich punktów wzorcowanych,</li><li>• odporna chemicznie,</li><li>• membrany wykonane z eleastomeru z warstwą PTFE,</li><li>• zawory wykonane z PEEK,</li><li>• połączenie do pompy – wlot – króciec na wąż N8,</li><li>• połączenie wylot – króciec na wąż DN8,</li><li>• max poziom natężenia dźwięku 46 dB,</li><li>• zasilanie 230 V, 50/60 Hz,</li><li>• moc silnika min. 60W,</li><li>• wymiary max:<ul style="list-style-type: none"><li>- szerokość 250mm</li><li>- głębokość 160mm,</li></ul></li><li>• zgodna z wymaganiami CE.</li></ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<p><b>Warunki realizacji zamówienia:</b></p> <p>1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu w laboratorium: - prawidłowej filtracji rzeczywistej próbki oleju napędowego przy ustawieniu wymaganego ciśnienia absolutnego od 2 kPa do 5 kPa,</p>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny, 3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta, 4. Termin dostawy – <u>nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.</u> 5. Instrukcja obsługi w języku polskim, 6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, 7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 1 godz., 8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 12 miesięcy	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz	

#### Część VIII. Komora chłodnicza – 1 sztuka

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z wymuszonym obiegiem powietrza,</li> <li>• zakres temperaturowy od max -8°C do +40°C,</li> <li>• pojemność użytkowa: min. 110L,</li> <li>• wymiary zewnętrzne max:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 640 mm,</li> <li>- głębokość 700 mm,</li> </ul> </li> </ul>	



Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość 1250 mm,</li> <li>• Wymiary wewnętrzne komory min: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 450 mm,</li> <li>- głębokość 450 mm,</li> <li>- wysokość 540 mm,</li> </ul> </li> <li>• Wskaźnik temperatury zewnętrzny, dotykowy, cyfrowy,</li> <li>• Regulacja temperatury min co 0,1°C,</li> <li>• Drzwi podwójne – wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne ze stali malowanej proszkowo,</li> <li>• Wnętrze komory wykonane ze stali kwasoodpornej,</li> <li>• Półki regulowane wykonane ze szkła wzmocnionego,</li> <li>• Rozstaw pomiędzy półkami min.180 mm,</li> <li>• Obciążenie półek nie mniej niż 45kg,</li> <li>• Drzwi prawostronne z możliwością przestawnego mocowania,</li> <li>• Sygnalizacja otwartych drzwi,</li> <li>• Funkcja automatycznego odszraniania,</li> <li>• Max waga do 95kg,</li> <li>• Zasilanie 230 V, 50-60M Hz,</li> <li>• Zgodna z wymaganiami CE,</li> <li>• Moc urządzenia max do 500W</li> </ul>	
<p><b>Ilość – 1 sztuka</b></p>	
<p><b>Warunki realizacji zamówienia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,</li> <li>- termin dostawy – nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

#### Część IX. Komora chłodnicza – 2 sztuki

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z wnętrzem antyiskrowym,</li> <li>• Zakres temperaturowy od +1°C do +15°C,</li> <li>• Pojemność całkowita min. 550L,</li> <li>• Pojemność użytkowa: min. 520L,</li> <li>• Wymiary zewnętrzne max: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 750mm,</li> <li>- głębokość 750mm,</li> <li>- wysokość 1650mm,</li> </ul> </li> <li>• Wymiary wewnętrzne min: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 590mm,</li> <li>- głębokość 550mm,</li> <li>- wysokość 1430mm,</li> </ul> </li> <li>• Dynamiczny układ chłodzenia,</li> <li>• Wskaźnik temperatury zewnętrzny, cyfrowy,</li> </ul>	

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczne odszranianie,</li> <li>• Obudowa i drzwi wykonane ze stali malowanej,</li> <li>• Wnętrze chłodziarki wykonane z tworzywa sztucznego koloru białego,</li> <li>• Półki regulowane wykonane ze szkła wzmocnionego,</li> <li>• Obciążenie półek nie mniej niż 40kg,</li> <li>• Uchwyt drążkowy, dwustopniowy przy drzwiach umożliwiający rozszczelnienie komory,</li> <li>• Drzwi prawostronne z możliwością przestawnego mocowania,</li> <li>• Max waga do 85kg,</li> <li>• Max poziom szumu do 48dB,</li> <li>• Zasilanie 230 V, 50 Hz,</li> <li>• Zgodna z wymaganiami CE,</li> <li>• Max zużycie energii w ciągu 24 godz. do 1kWh</li> </ul>	
<b>Ilość – 2 sztuki</b>	
<b>Warunki realizacji zamówienia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,</li> <li>- termin dostawy – nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul>	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

**Część X. Wytrząsarka laboratoryjna – 1 sztuka**

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<b>Charakterystyka:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minimalne obciążenie 6 kg,</li><li>• Wytrząsanie w ruchu orbitalnym,</li><li>• Regulowana prędkość w zakresie 100 – 500 obr/min.</li><li>• Średnica wytrząsania min.10 mm</li><li>• Cyfrowe sterowanie prędkością i czasem pracy,</li><li>• Możliwość pracy ciągłej lub w sekwencjach od 1min. do 8 godzin,</li><li>• Wymiary max:<ul style="list-style-type: none"><li>- głębokość 430mm,</li><li>- szerokość 380mm,</li><li>- wysokość 150mm,</li></ul></li><li>• Uniwersalna platforma do mocowania z rolkami napinającymi regulowanymi dociskiem w pionie (4 szt.) oraz matą antypoślizgową</li><li>• Platforma dopasowana do typu wytrząsarki o wymiarach min.<ul style="list-style-type: none"><li>-szerokość 320mm</li><li>-głębokość 320mm,</li></ul></li><li>• Dodatkowe rolki napinające do mocowania naczyń na platformie dedykowane do oferowanej wytrząsarki i platformy mocującej naczynia,</li><li>• Waga urządzenia max. 14kg</li><li>• Złącze RS232,</li><li>• Zasilanie 230 V, 50 Hz,</li><li>• Zgodna z wymaganiami CE</li></ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<b>Warunki realizacji zamówienia:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Odbiór przyrzędu nastąpi po prawidłowym uruchomieniu i sprawdzeniu działania urządzenia w laboratorium.</li><li>2. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne.</li></ol>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
3. Termin dostawy – nie później niż 2 miesiące po podpisaniu umowy. 4. Instrukcja obsługi w języku polskim.	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

#### Część XI. Myjka ultradźwiękowa – 1 sztuka

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres temperaturowy od +25°C do +80°C,</li> <li>• Pojemność całkowita min. 4,0L,</li> <li>• Częstotliwość ultradźwiękowa min. 37kHz z możliwością regulacji,</li> <li>• Możliwość monitorowania na cyfrowym wyświetlaczu temperatury w wannie</li> <li>• Programowanie czasu pracy przyrządu w zakresie od 1min do 6h,</li> <li>• Możliwość zapisania i szybkiego wybrania do 4 programów mycia,</li> <li>• Powiadomienie optyczne i akustyczne o zakończeniu pracy,</li> <li>• Automatyczne wyłączenie po 8h pracy,</li> <li>• Wanna czyszcząca wykonana ze stali nierdzewnej,</li> <li>• Pokrywa z tworzywa,</li> <li>• Kosz ze stali nierdzewnej dopasowany do wnętrza wanny,</li> <li>• Zawór zamykający z boku do opróżnienia komory wanny przez odpływ z tyłu urządzenia,</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wąż spustowy do opróżniania urządzenia o długości min. 1m,</li> <li>• Wymiary zewnętrzne max: <ul style="list-style-type: none"> <li>- głębokość 250mm,</li> <li>- szerokość 400mm,</li> <li>- wysokość z pokrywą 300mm,</li> </ul> </li> <li>• Wymiary wewnętrzne komory min: <ul style="list-style-type: none"> <li>- głębokość 120mm,</li> <li>- szerokość 270mm,</li> <li>- wysokość 140mm,</li> </ul> </li> <li>• Max waga do 6kg,</li> <li>• Zasilanie 230 V, 50 Hz,</li> <li>• Zgodna z wymaganiami CE</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<p><b>Warunki realizacji zamówienia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odbiór przyrządu nastąpi po prawidłowym uruchomieniu i sprawdzeniu działania urządzenia w laboratorium.</li> <li>2. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne.</li> <li>3. Termin dostawy – nie później niż 2 miesiące po podpisaniu umowy.</li> <li>4. Instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ol>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.</p>	

**Część XII. Łąznia wodna – 1 sztuka**

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres temperaturowy od +10°C do +95°C,</li> <li>• Cyfrowy regulator temperatury o dokładności nastawy <math>\pm 0,1^{\circ}\text{C}</math>,</li> <li>• Możliwość monitorowania na wyświetlaczu, na bieżąco temperatury w łaźni,</li> <li>• Programowanie czasu pracy przyrządu w zakresie od 1min do 99,59 min.,</li> <li>• Mechaniczny ogranicznik temperatury uruchamiający się w sytuacjach awaryjnych oraz po przekroczeniu o min. <math>10^{\circ}\text{C}</math> zadanej temperatury,</li> <li>• Czujnik poziomu wody w łaźni z automatycznym wyłącznikiem w przypadku zbyt niskiego poziomu wody,</li> <li>• Elementy grzewcze równomiernie rozłożone na całym obwodzie komory łaźni</li> <li>• Obudowa i wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej</li> <li>• Pokrywa wypukła ze stali nierdzewnej,</li> <li>• Pojemność całkowita min. 20L,</li> <li>• Wymiary zewnętrzne max: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość 590mm,</li> <li>- szerokość 460mm,</li> <li>- wysokość z pokrywą 410mm,</li> </ul> </li> <li>• Wymiary wewnętrzne komory min: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość 350mm,</li> <li>- szerokość 280mm,</li> <li>- głębokość 215mm,</li> </ul> </li> <li>• Półka perforowana ze stali do wypłycenia łaźni o wysokości 30mm i 60 mm,</li> <li>• Uchwyty na kolby o poj. 500ml – 10szt.,</li> <li>• Zawór spustowy umożliwiający opróżnienie komory łaźni,</li> <li>• Max waga do 20kg,</li> <li>• Zasilanie 230 V, 50 Hz,</li> <li>• Zgodna z wymaganiami CE,</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wzorcowanie łaźni w siedzibie laboratorium przez usługodawcę akredytowanego wg PN-EN ISO 17025 lub GUM, w 6 punktach komory, w temperaturze 40°C z błędem dopuszczalnym wraz z niepewnością jego wyznaczenia +/- 1°C.</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<b>Warunki realizacji zamówienia:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odbiór przyrządu nastąpi po przedstawieniu dowodów na: wzorcowanie komory łaźni w 6 punktach , w temperaturze 40°C.</li> <li>Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne.</li> <li>Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy.</li> <li>Instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ol>	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.	

### Część XIII - Uniwersalne stanowisko badawcze do przeprowadzania badań wytrzymałościowych z użyciem odpowiedniej siły / masy – 1 zestaw

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> uniwersalne stanowisko badawcze do przeprowadzania badań wytrzymałościowych z użyciem odpowiedniej siły / masy: <ul style="list-style-type: none"> <li>urządzenie zdolne do wykonania badań co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pkt. 5.5.3, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.1, 5.9.2, 5.11.2 <u>PN-EN 716-2:2017-07</u></li> <li>- pkt. 8.7.2.3, 8.11.3.2, 8.11.4.2, 8.5.4.2, 8.6 <u>PN-EN 1130:2020-04</u></li> </ul> </li> </ul>	



Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p>- pkt. 8.1.3.2.2, 8.1.3.2.3, 8.1.3.2.5, 8.3.5.1.2.4, 8.4.2, 8.5.2.2, 8.10.5.2 <u>PN-EN 1888-1:2019-02</u></p> <p>- pkt. 8.4.2.1, 8.4.2.2, 8.4.2.3, 8.4.2.4, 8.4.2.7, 8.8, 8.27, 8.38, 8.40 <u>PN-EN 71-1+A1:2018-08</u></p> <p>- pkt. 6.4.3, 6.16 <u>PN-EN 12790:2011</u></p> <p>- pkt. 8.1.2.3, 8.2.2 <u>PN-EN 13209-2:2016-04</u></p> <p>- pkt. 6.2.2, 6.2.4.1 (w przypadku występowania w zabawce jednego punktu zawieszenia), 6.3.3.1 i 6.3.3.2 oraz 6.9.3.2 (w przypadku występowania w zabawce jednej powierzchni do stania / siedzenia), 6.10 <u>PN-EN 71-8:2018-04</u></p> <p>- pkt. 5.5 <u>PN-EN 14619:2019-11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obciążenie wywierane poprzez 5 szt. siłowników z napędem elektrycznym sprzężonych z czujnikami siły / masy gwarantującymi poprawne zadanie i utrzymanie obciążeń badawczych wg ww. punktów norm. Możliwość pracy jednocześnie min. 4 szt. siłowników</li> <li>• zakres pomiaru siły / masy 1 siłownika w zakresie co najmniej (100 – 2500 N) / (10 - 250) kg, pozostałych 4 siłowników co najmniej (25 – 500) N / (2,5 - 50) kg; zakres pomiaru czasu / kąta przyłożenia siły / masy wg wymagań ww. punktów norm</li> <li>• dokładność pomiaru siły / masy / czasu wg wymagań ww. punktów norm; w przypadku, gdy wymagania ww. punktów norm nie określają dokładności pomiaru, należy przyjąć dokładność pomiaru siły <math>\pm 5\%</math>, masy <math>\pm 0,5</math> kg, czasu <math>\pm 1</math> s, kąta <math>\pm 0,5^\circ</math>; dokładność pomiaru określa się jako różnicę pomiędzy wskazaniem przyrządu a wartością prawdziwą (wzorcowanie / pomiary) powiększoną lub pomniejszoną o niepewność rozszerzoną wzorcowania / pomiarów (poziom ufności min. 95 %)</li> <li>• siłowniki zamontowane (po 1 szt.) na płaszczyznach bocznych i płaszczyźnie górnej urządzenia umożliwiające zadawanie sił ściskających i rozciągających z możliwością przemieszczania i grupowania na jednej płaszczyźnie</li> </ul>	

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mocowanie siłowników zapewniające możliwość regulacji położenia poziomego, pionowego i kąтового.</li> <li>• automatyczne zadawanie parametrów siły, czasu przebiegu badania oraz możliwość ich rejestracji (w zależności od wymagań normy)</li> <li>• uniwersalne uchwyty do mocowania badanych elementów</li> <li>• maksymalne wymiary stanowiska badawczego (dł. x szer. x wys.) ok. : 3000 x 3000 x 2500 mm</li> <li>• wszystkie akcesoria / podzespoły niezbędne do wykonania ww. badań w zakresie przyłożenia odpowiedniej siły / masy np. ograniczniki, płyty podłogowe (zgodnie z wymaganiami normy)</li> <li>• obsługa z dotykowego panelu, język menu: polski</li> <li>• możliwość rozbudowy urządzenia o kolejne moduły umożliwiające przeprowadzenie badań różnorodnych wyrobów (możliwość zadania w programie dowolnej wartości mierzonej siły / masy w zakresie zgodnym z niniejszą specyfikacją oraz w przedziale czasu co najmniej 2 godziny)</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 zestaw</b>	
<p><b>Warunki realizacji zamówienia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyrząd fabrycznie nowy</li> <li>- termin dostawy – nie później niż 5 miesięcy po podpisaniu umowy</li> <li>- potwierdzenie zgodności z zamówieniem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostarczenie świadectwa wzorcowania / pomiaru; akredytowane wzorcowanie / pomiary parametrów badania w zależności od wymagań normy (siła / masa / czas, kąt) przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentu PCA DA-06 wydanie 8 z dnia 18.06.2021 r.;</li> <li>- punkty wzorcowania dla siły i masy: minimum oraz maksimum zakresu określonego w specyfikacji oraz we wszystkich punktach pomiarowych wynikających z ww. badań</li> <li>- punkty wzorcowania dla czasu / kąta przyłożenia (o ile występuje) we wszystkich punktach pomiarowych wynikających z ww. badań</li> </ul> </li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• instalacja urządzenia we wskazanym miejscu w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie, przeszkolenie personelu laboratorium z prawidłowej obsługi urządzenia, potwierdzenie możliwości prawidłowego wykonania badania w warunkach laboratoryjnych (próbki demonstracyjne do badań dostarcza dostawca urządzenia)</li> <li>• dostarczenie wraz z wyposażeniem instrukcji jego obsługi w języku polskim z uwzględnieniem zasad BHP</li> <li>• deklaracja zgodności dostarczonego wyposażenia z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi maszyn i urządzeń</li> </ul>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> dostawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i ewentualną naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące.</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Lublinie ul. Ceramiczna 8A 20-150 Lublin</p>	

**Część XIV. Waga laboratoryjna – 1 szt.**

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<p><b>Charakterystyka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klasa dokładności I,</li> <li>• zakres ważenia: nie mniejszy niż od 0,001 g do 210 g,</li> <li>• waga jednozakresowa lub wielozakresowa o maksymalnie trzech zakresach</li> <li>• działka elementarna w zakresie od 0 do 60 g nie większa niż <math>d = 0,01</math> mg, powyżej 60 g nie większa niż <math>d = 0,05</math> mg,</li> <li>• działka legalizacyjna <math>e = 1</math> mg,</li> <li>• wyświetlacz ciekłokrystaliczny podający co najmniej wynik ważenia, informacje o stabilizacji i wypoziomowaniu,</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• adjustacja wewnętrzna,</li> <li>• szalka wykonana ze stali nierdzewnej: okrągła o średnicy min. 85 mm max. 91 mm lub kwadratowa o wymiarach min. 85 mm x 85 mm max. 91 mm x 91 mm,</li> <li>• czas stabilizacji nie dłuższy niż 2 s,</li> <li>• powtarzalność maksymalna przy obciążeniu 5% nie gorsza niż 0,015 mg,</li> <li>• powtarzalność maksymalna przy obciążeniu maksymalnym nie gorsza niż 0,04 mg,</li> <li>• liniowość (odchylenie liniowości) nie gorsza niż <math>\pm 0,2</math> mg,</li> <li>• maksymalny błąd niecentryczności nie większy niż 0,2 mg</li> <li>• komora wagi otwierana z góry, lewej oraz prawej strony,</li> <li>• wnętrze komory wagi nie mniejsze niż 155 mm x 155 mm x 200 mm (szerokość x głębokość x wysokość),</li> <li>• maksymalna głębokość wagi łącznie z panelem sterowania: 45 cm,</li> <li>• maksymalna szerokość wagi łącznie z panelem sterowania: 30 cm,</li> <li>• temperatura pracy co najmniej w zakresie +15°C do +30°C,</li> <li>• poziomowanie całkowicie automatyczne,</li> <li>• praca przyrządu przy wilgotności co najmniej w zakresie od 15% do 75%,</li> <li>• możliwość tarowania wagi w całym zakresie ważenia,</li> <li>• automatyczna adjustacja wagi (np. w wyniku zmiany temperatury lub upływu czasu) włączająca się tylko gdy na szalce wagi nie ma obciążenia,</li> <li>• masa własna wagi nie większa niż 13 kg,</li> <li>• świadectwo wzorcowania wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025,</li> <li>• na świadectwie wzorcowania dla każdego zakresu wagi powinny być ujęte co najmniej: wyniki poszczególnych pomiarów, wyniki pomiaru powtarzalności (co najmniej dla pojedynczego wzorca masy o masie</li> </ul>	

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<p>zbliżonej do maksymalnego obciążenia danego zakresu wagi), wyniki pomiaru obciążenia niecentrycznego, wyznaczona na podstawie co najmniej 10 punktów pomiarowych zależność niepewności pomiaru wskazania wagi od ważonej masy (wartość poprawki powinna być zawarta w niepewności) wraz z matematycznym równaniem opisującym tę zależność,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzorcowanie wagi powinno się odbyć w miejscu instalacji wagi,</li> <li>• wyniki przedstawione na świadectwie wzorcowania bez uwzględniania niepewności powinny potwierdzać wymagane parametry urządzenia (zgodnie z zasadą prostej akceptacji),</li> <li>• wymagane potwierdzenie oceny zgodności,</li> <li>• wbudowane w wagę lub zewnętrzne urządzenie do neutralizowania ładunków elektrostatycznych,</li> <li>• oprogramowanie wagi w języku polskim.</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<p><b>Warunki realizacji zamówienia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów,</li> <li>- termin dostawy i instalacji – nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona najpóźniej dzień przed szkoleniem z obsługi urządzenia,</li> <li>- szkolenie z obsługi urządzenia.</li> </ul>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 12 miesięcy.</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro)</p>	

**Część XV. Łaznia wodna z wytrząsaniem – 2 szt.**

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<p><b>Charakterystyka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• łaźnia wodna z wytrząsaniem i kontrolą temperatury;</li><li>• całkowita pojemność zbiornika od 19 l do 26 l;</li><li>• obudowa zewnętrzna wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w wyniku działania wody;</li><li>• obudowa zbiornika wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w wyniku działania wody;</li><li>• wyświetlacz elektroniczny odporny na zachlapania wodą, umożliwiający odczyt aktualnej i zadanej temperatury oraz ustawionej częstotliwości wytrząsania, znajdujący się na dłuższym boku urządzenia;</li><li>• maksymalne wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość): 400 x 700 x 500 mm;</li><li>• minimalne wymiary platformy roboczej łaźni (szerokość x głębokość): 220 x 230 mm;</li><li>• wytrząsane naczynia powinny być zanurzone na głębokość w zakresie nie mniejszym niż 25 – 150 mm;</li><li>• zakres nastaw temperatury nie mniejszy niż 20°C – 99,9°C;</li><li>• praca urządzenia co najmniej w zakresie od 5°C powyżej temperatury otoczenia do temperatury 99,9°C;</li><li>• zabezpieczenie przed przegrzaniem;</li><li>• zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody;</li><li>• dokładność nastawianej temperatury nie gorsza niż 0,1°C;</li><li>• stabilność temperatury nie gorsza niż: <math>\pm 0,2^{\circ}\text{C}</math>;</li><li>• różnica między nastawioną temperaturą a temperaturą wody w różnych częściach łaźni w całym zakresie nie powinna być większa niż 1,5°C;</li><li>• temperatura wody w różnych częściach łaźni nie powinna się różnić o więcej niż 1,0°C;</li><li>• wytrząsanie ruchem posuwisto-zwrotnym z możliwością regulacji minimum w zakresie od 35 do 160rpm;</li></ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• regulacja nastawienia wytrząsania z dokładnością co najmniej 2 rpm;</li> <li>• zakres nastawienia czasu pracy łaźni w zakresie co najmniej od 1 min do 480 min;</li> <li>• możliwość użycia łaźni bez wytrząsania;</li> <li>• możliwość używania wytrząsarki bez włączania grzania łaźni;</li> <li>• napięcie zasilania: 230V;</li> <li>• zawór i spust wody z łaźni pozwalający na opróżnienie jej bez konieczności podnoszenia urządzenia;</li> <li>• zawór łaźni powinien być otwierany bez użycia dodatkowych narzędzi;</li> <li>• wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– stelaż sprężynowy ze sprężynami ułożonymi prostopadle do siebie do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 50ml, 100ml, 250ml oraz 500ml,</li> <li>– platforma do mocowania wszystkich uchwytów sprężynowych,</li> <li>– zestaw uchwytów sprężynowych do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 50ml – 12 sztuk,</li> <li>– zestaw uchwytów sprężynowych do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 100ml – 9 sztuk,</li> <li>– zestaw uchwytów sprężynowych do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 250ml – 6 sztuki,</li> <li>– pokrywa wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w wyniku działania wody, montowana na zawiasach umożliwiająca zamknięcie komory roboczej również w przypadku pracy z uruchomioną wytrząsarką; konstrukcja zamykania łaźni zabezpieczająca wyływowi skroplin;</li> </ul> </li> <li>• świadectwo wzorcowania wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025,</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>wzorcowanie łaźni w środku geometrycznym w temperaturach 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 65°C, 80°C, 90°C i 95°C oraz w pięciu punktach łaźni (na rogach i w środku geometrycznym) dla temperatury 50°C,</li> </ul>	
<b>Ilość – 2 sztuki</b>	
<b>Warunki realizacji zamówienia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów;</li> <li>termin dostawy i instalacji – nie później niż 8 tygodni po podpisaniu umowy;</li> <li>sprawdzenie urządzenia w zakresie parametrów wymaganych w specyfikacji przedmiotu dostawy;</li> <li>przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi;</li> <li>dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim, opisującej obsługę w wersji papierowej i elektronicznej;</li> </ul>	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro)	

#### Część XVI. Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>laboratoryjna zamrażarka jednokomorowa;</li> <li>zakres temperatury pracy komory co najmniej w zakresie -40°C - 0°C z dokładnością nastawiania nie gorszą niż 0,1°C;</li> <li>pojemność komory nie mniejsza niż 120 l;</li> </ul>	



Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż 100 l;</li> <li>• stabilność temperatury w komorze (mierzona w temperaturze -20°C) – nie gorsza niż <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>• jednorodność temperatury w komorze (mierzona w temperaturze -20°C) – nie gorsza niż <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>• co najmniej 3 półki o nośności minimum 10 kg każda;</li> <li>• wnętrze komory wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej zgodnie z DIN 1.4301;</li> <li>• nośność urządzenia minimum 40 kg;</li> <li>• wbudowane oświetlenie wewnętrzne;</li> <li>• elektroniczny system ustawiania i kontroli temperatury;</li> <li>• wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze;</li> <li>• otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury z możliwością uszczelnienia go gdy zewnętrzny czujnik temperatury na kablu jest wprowadzony do urządzenia oraz gdy otwór ten nie jest używany;</li> <li>• sygnalizacja otwartych drzwi;</li> <li>• naturalny obieg powietrza w komorze;</li> <li>• kontrola zaniku napięcia;</li> <li>• sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury;</li> <li>• sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury;</li> <li>• pełne drzwi;</li> <li>• obudowa malowana proszkowo;</li> <li>• kółka jezdne;</li> <li>• wymiary podstawy nie większe niż 730 mm x 820 mm;</li> <li>• świadectwo wzorcowania urządzenia w co najmniej 9 punktach dla temperatury -20°C i -30°C, wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025;</li> <li>• instrukcja obsługi w języku polskim</li> </ul>	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
Ilość – 1 sztuka	
<b>Warunki realizacji zamówienia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów;</li> <li>• termin dostawy i instalacji – nie później niż 10 tygodni po podpisaniu umowy;</li> <li>• sprawdzenie urządzenia w zakresie parametrów wymaganych w specyfikacji przedmiotu dostawy;</li> <li>• przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi;</li> <li>• przekazanie personelowi laboratorium wszelkich informacji, niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania urządzenia.</li> </ul>	
<b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
<b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące	
<b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia</b>	
<b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (Budynek B – I piętro)	

#### Część XVII. Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej – 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
<b>Charakterystyka:</b> Automatyczny aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej paliw do silników z zapłonem samoczynnym, za pomocą pomiaru okresu indukcyjnego paliwa zgodny z normą PN-EN 15751:2014 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres pomiarowy od 2h do 48h,</li> </ul>	

- Posiadający membranową pompę gazu umożliwiającą ustawienie natężenia przepływu gazu na poziomie  $10 \pm 1,0$  l/h,
- Umożliwiający wykonanie badania min. 8 analiz jednocześnie,
- Posiadający 8 elektrod do pomiaru przewodności właściwej w zakresie pomiarowym od  $0\mu\text{S}/\text{cm}$  do  $300\mu\text{S}/\text{cm}$  dostosowane wymiarami do naczynia pomiarowego,
- Umożliwiający wzmocnienie oraz zapis wielkości sygnału każdej z elektrod pomiarowych,
- Posiadający 8 zamykanych naczyń pomiarowych o pojemności około 150ml, z rurkami wlotu gazu sięgającymi dna naczynia oraz z otworami wentylacyjnymi w górnej części każdego naczynia,
- Posiadający 8 naczyń reakcyjnych ze szkła borokrzemowego z nasadką uszczelniającą. Długość naczynia reakcyjnego powinna wystawać ponad blok grzewczy, co najmniej 130mm,
- Posiadający filtr powietrza wypełniony sitami molekularnymi połączony z końcówką ssącą pompy,
- Umożliwiający regulowanie temperatury do  $(150 \pm 0,1^\circ\text{C})$  w aluminiowym bloku grzewczym,
- Posiadający tyrystorowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury bloku z dokładnością  $\pm 0,1^\circ\text{C}$  (w zakresie pomiarowym  $(0 - 150^\circ\text{C})$ ),
- Dedykowane oprogramowanie w polskiej wersji językowej pozwalające na:
  - sterowanie pracą przyrządu,
  - możliwość podglądu przepływu powietrza,
  - możliwość obserwacji temperatury w trakcie badania z dokładnością  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ,
  - możliwość wyznaczenia korekcji na temperaturę ( $\Delta T$ ),
  - zakończenie pomiaru gdy sygnał osiągnie 100% na skali rejestratora lub gdy krzywa wyrówna się po osiągnięciu punktu przegięcia, lub po 48 godzinach czasu badania,
  - zbieranie i archiwizacje danych,
  - monitorowanie wyników,
  - ponowne oszacowanie uzyskanych rezultatów,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dożywotnia licencja na całe dostarczone oprogramowanie, na co najmniej jedno stanowisko;</li> <li>• Możliwość zintegrowania z systemem LIMS,</li> <li>• Materiał odniesienia o przewodności właściwej 100μS/cm (1op./250ml) do sprawdzenia poprawności działania aparatu i odbioru na miejscu w laboratorium,</li> <li>• Olej termostabilny (1op./50ml) do wyznaczenia poprawki między temperaturą próbki a temperaturą bloku grzewczego (<math>\Delta T</math>),</li> <li>• Zasilanie 230V, 50 Hz,</li> <li>• Posiadający złącze USB,</li> <li>• Jednostka sterująca przyrządem, zbierająca dane i służąca do ich opracowywania; fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej w roku 2021. Minimalne parametry: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt . w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a>, pamięć RAM min. 2GB, monitor min. 21 LED lub LCD – 1 szt., klawiatura i mysz optyczna, 2szt. USB min. 2.0 z przodu obudowy, system operacyjny w języku polskim min. Windows 10, odpowiedni do zainstalowanego oprogramowania sterującego pracą przyrządu.</li> </ul> <p><b><u>Wyposażenie dodatkowe:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 elektrod do pomiaru przewodności właściwej w zakresie pomiarowym od 0μS/cm do 300μS/cm dostosowane wymiarami do naczynia pomiarowego</li> </ul>	
<p><b>Ilość – 1 zestaw</b></p>	
<p>Warunki realizacji zamówienia:</p> <p>1. odbiór przyrządu nastąpi po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzeniu w laboratorium poprawności wskazań; temperatury bloków grzewczych, temperatury maksymalnej dla obu bloków, temperatury każdego otworu w obu blokach grzewczych, przewodności właściwej dla każdego kanału w obu blokach grzewczych, przepływu gazu (powietrza) oraz wartości oporności wejścia zewnętrznego czujnika temperatury,</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzeniu w laboratorium ustawienia aplikacji dla oleju napędowego wg metody PN-EN 15751:2014,</li> <li>- sprawdzeniu w laboratorium precyzji pomiaru z użyciem próbek rzeczywistych (oleju napędowego), wynik sprawdzenia mieszczący się w <u>granicach odtwarzalności metody</u>. Porównanie zostanie dokonane z wynikami uzyskanymi na przyrządach stosowanych obecnie w laboratorium do bieżących badań paliw ciekłych,</li> <li>2. przyrząd fabrycznie nowy, kompletny,</li> <li>3. certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę w zakresie dokładności i precyzji pomiarów,</li> <li>4. termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy,</li> <li>5. instrukcja obsługi w języku polskim,</li> <li>6. należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu,</li> <li>7. szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 1 dzień roboczy,</li> <li>8. wymagane oznaczenie i certyfikat CE.</li> </ul>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do wykonania <u>w dwunastym miesiącu</u> licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania wskazań: temperatury bloków grzewczych, temperatury maksymalnej dla obu bloków, temperatury każdego otworu w obu blokach grzewczych, przewodności właściwej dla każdego kanału w obu blokach grzewczych, przepływu gazu (powietrza) oraz wartości oporności wejścia zewnętrznego czujnika temperatury. Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 12 miesięcy</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji urządzenia i jednostki sterujące</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b></p>	

Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.

**Część XVIII. łaźnia wodna z wytrząsaniem – 1 szt.**

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<p><b>Charakterystyka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• łaźnia wodna z kontrolą temperatury;</li><li>• całkowita pojemność zbiornika od 19 l do 26 l;</li><li>• obudowa zewnętrzna wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w wyniku działania wody;</li><li>• obudowa zbiornika wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w wyniku działania wody;</li><li>• wyświetlacz elektroniczny odporny na zachlapania wodą, umożliwiający odczyt aktualnej i zadanej temperatury, znajdujący się na dłuższym boku urządzenia;</li><li>• maksymalne wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość): 400 x 700 x 500 mm;</li><li>• minimalne wymiary platformy roboczej łaźni (szerokość x głębokość): 220 x 230 mm;</li><li>• wytrząsane naczynia powinny być zanurzone na głębokość w zakresie nie mniejszym niż 25 – 150 mm;</li><li>• zakres nastaw temperatury nie mniejszy niż 20°C – 99,9°C;</li><li>• praca urządzenia co najmniej w zakresie od 5°C powyżej temperatury otoczenia do temperatury 99,9°C;</li><li>• zabezpieczenie przed przegrzaniem;</li><li>• zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody;</li><li>• dokładność nastawianej temperatury nie gorsza niż 0,1°C;</li><li>• stabilność temperatury nie gorsza niż: <math>\pm 0,2^\circ\text{C}</math>;</li><li>• różnica między nastawioną temperaturą a temperaturą wody w różnych częściach łaźni w całym zakresie nie powinna być większa niż 1,5°C;</li><li>• temperatura wody w różnych częściach łaźni nie powinna się różnić o więcej niż 1,0°C;</li><li>• wytrząsanie ruchem posuwisto-zwrotnym z możliwością regulacji minimum w zakresie od 35 do 160rpm;</li><li>• zakres nastawienia czasu pracy łaźni w zakresie co najmniej od 1 min do 480 min;</li></ul>	

<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość użycia łaźni bez wytrząsania;</li> <li>• możliwość używania wytrząsarki bez włączania grzania łaźni;</li> <li>• napięcie zasilania: 230V;</li> <li>• zawór i spust wody z łaźni pozwalający na opróżnienie jej bez konieczności podnoszenia urządzenia;</li> <li>• zawór łaźni powinien być otwierany bez użycia dodatkowych narzędzi;</li> <li>• wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– stelaż sprężynowy ze sprężynami ułożonymi prostopadle do siebie do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 50ml, 100ml, 250ml oraz 500ml,</li> <li>– platforma do mocowania wszystkich uchwytów sprężynowych,</li> <li>– zestaw uchwytów sprężynowych do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 50ml – 12 sztuk,</li> <li>– zestaw uchwytów sprężynowych do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 100ml – 9 sztuk,</li> <li>– zestaw uchwytów sprężynowych do stabilnego umieszczania w łaźni kolb stożkowych o pojemności 250ml – 6 sztuk,</li> <li>– pokrywa wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w wyniku działania wody, montowana na zawiasach umożliwiającą zamknięcie komory roboczej również w przypadku pracy z uruchomioną wytrząsarką; konstrukcja zamykania łaźni zabezpieczająca wypływowi skroplin;</li> </ul> </li> <li>• świadectwo wzorcowania łaźni w środku geometrycznym w temperaturach 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 65°C, 80°C, 90°C i 95°C oraz w pięciu punktach łaźni (na rogach i w środku geometrycznym) dla temperatury 50°C wydane przez GUM lub akredytowane laboratorium.</li> </ul>	
<b>Ilość – 1 sztuka</b>	
<b>Warunki realizacji zamówienia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów;</li> <li>• termin dostawy i instalacji – nie później niż 2 miesiące po podpisaniu umowy;</li> </ul>	



<b>Minimalne wymagania Zamawiającego</b>	<b>Dane techniczne oferowanego sprzętu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzenie urządzenia w zakresie parametrów wymaganych w specyfikacji przedmiotu dostawy;</li> <li>• przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi;</li> <li>• dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim, opisującej obsługę w wersji papierowej i elektronicznej;</li> </ul>	
<p><b>Serwis po sprzedaży:</b> wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.</p>	
<p><b>Gwarancja:</b> minimum 24 miesiące</p>	
<p><b>Producent/Marka/Rok produkcji</b></p>	
<p><b>Przeznaczenie i dostawa:</b> Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro)</p>	

## Projektowane postanowienia umowy

w dniu \_\_\_\_\_ 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, BDO 000153513

reprezentowanym przez:

..... – .....,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą \_\_\_\_\_ z siedzibą przy \_\_\_\_\_, wpisaną do \_\_\_\_\_, posiadającą NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, reprezentowaną przez :

\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., z 2021 r., poz. 1129 ze zm ), nr postępowania BF-2.262.17.2022, część .... została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie.....zwanego dalej sprzętem na potrzeby Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania sprzętu oraz przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego urządzenia.

### § 2

1. Dostawa sprzętu laboratoryjnego realizowana będzie do:
  - 1) *Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz;*
  - 2) *Laboratorium w Łodzi ul. M. Skłodowskiej- Curie 19/27, 90-570 Łódź, I piętro budynek B.;*
  - 3) *Laboratorium w Lublinie, ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin.*
 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, instalacji sprzętu w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim oraz przeszkolenia pracowników laboratorium.
2. Termin realizacji dostawy, o której mowa w ust. 1 wynosi ..... od dnia podpisania umowy. Fakt wykonania dostawy potwierdzany będzie pisemnie przez Wykonawcę poprzez wiadomość e-mail na adres laboratorium .....
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy, po potwierdzeniu spełnienia przez dostarczony sprzęt wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu przekazania dostawy zgodnie z ust. 2

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby laboratorium oraz wniesienia, umieszczenia i instalacji sprzętu laboratoryjnego w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika laboratorium oraz do przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia sprzętu wolnego od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku dostawa w zakresie wadliwego sprzętu będzie uważana za wykonaną w terminie dostarczenia sprzętu wolnego od wad a Zamawiający będzie miał prawo naliczenia za okres od upływu terminu ..... dni na dostawę do terminu dostawy niewadliwego sprzętu kar umownych za zwłokę w dostawie zgodnie z § 9 ust. 1.

### § 3

Wartość zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy, wynosi brutto ..... zł (słownie złotych: .....), netto: ..... zł (słownie złotych: .....), stawka podatku VAT .....%.

### § 4

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy bez zastrzeżeń.
3. W przypadku niezrealizowania płatności w terminie określonym umową, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

### § 5

1. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Należność z tytułu wystawianych przez Wykonawcę faktur będzie przez Zamawiającego regulowana w formie poleceń przelewu na konto wskazane na fakturze.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
4. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) jest/nie jest podatnikiem podatku VAT\* (niepotrzebne skreślić)
  - 2) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy .....
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
6. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

7. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
8. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.
9. Wykonawca oświadcza, że doręczy fakturę:
  - 1) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS) z dopiskiem „Departament Laboratoriów” lub
  - 2) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktury@uokik.gov.pl, z adresu .....
  - 3) w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: ..... \*

*\*strony przed zawarciem umowy ustala sposób dostarczenia faktur do zamawiającego*

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z PEF, wykonawca jest zobowiązany do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy

10. W przypadku zmiany formy doręczenia faktury w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie, faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 10 w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.

## § 6

1. Wykonawca udziela na sprzęt laboratoryjny ..... miesięcznej gwarancji, zgodnie ze złożoną przez niego ofertą.
2. Termin gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu laboratoryjnego niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz w przypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji sprzętu określonych w instrukcji obsługi.
3. W przypadku rozbieżności w postanowieniach dostarczonej karty gwarancyjnej z umową, zastosowanie mają postanowienia niniejszej umowy. Warunki z karty gwarancyjnej nie mogą ograniczać praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
4. *Jeżeli Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy dostarcza Oprogramowanie Standardowe wraz z dokumentacją Oprogramowania Standardowego, stworzone samodzielnie przez Wykonawcę lub stworzone przez podmiot trzeci, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy udziela bądź też zapewnia udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z takiego Oprogramowania Standardowego oraz dokumentacji, na zasadach i w zakresie określonym poniżej. Jakikolwiek odrębne opłaty za udzielenie licencji nie będą należne od Zamawiającego ani Wykonawcy ani podmiotom trzecim (\*o ile dotyczy).*

5. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) w odniesieniu do produktów niestanowiących programów komputerowych:
    - a) utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
    - b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Produktach,
    - c) publiczne udostępnianie Produktów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w celu korzystania z Systemu w sposób, do jakiego zostały one przeznaczone;
  - 2) w odniesieniu do Produktów stanowiących programy komputerowe:
    - a) utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
    - b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Produktach,
    - c) publiczne udostępnianie Produktów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w celu korzystania z Systemu w sposób do jakiego został on przeznaczony.
6. Licencja, o której mowa powyżej zapewnia Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania Standardowego oraz dokumentacji Oprogramowania Standardowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7. Udzielenie licencji, na zasadach określonych powyżej, do Produktów: wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji Usług Wsparcia Technicznego – z chwilą przekazania Zamawiającemu danego Produktu.
8. Licencje powinny uprawniać do korzystania z Oprogramowania Standardowego oraz dokumentacji Oprogramowania Standardowego bez ograniczeń terytorialnych przez:
  - 1) Zamawiającego;
  - 2) osoby wskazane przez Zamawiającego;
  - 3) Użytkowników;
  - 4) podmioty świadczące usługi informatyczne dla Zamawiającego w zakresie niezbędnym do dokonywania usług, bez prawa korzystania przez te podmioty z oprogramowania na potrzeby własne lub na potrzeby innych osób.
9. W przypadku licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego oraz dokumentacji Oprogramowania Standardowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innemu podmiotowi niż Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się, że podmiot udzielający licencji nie utraci praw niezbędnych do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z tego Oprogramowania przez okres obowiązywania umowy licencyjnej, a w wypadku gdyby takie zdarzenie miało miejsce, Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu niniejszej Umowy wynagrodzenia dostarczy i wdroży zamiennie Oprogramowanie.
10. Wykonawca zapewnia, że licencja na korzystanie z Oprogramowania Standardowego nie będzie zawierała ograniczeń polegających na tym, że dane oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane itp. wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów.
11. Warunki licencji dostarczanej Zamawiającemu nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, kiedy to on udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia

*umowy licencyjnej, ani prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 10 lat od zakończenia niniejszej Umowy.*

13. *Wykonawca gwarantuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca zapewnia dzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego, którą faktycznie udziela producent tego Oprogramowania niebędący Wykonawcą, producent Oprogramowania Standardowego przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia niniejszej Umowy nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia umowy licencyjnej z innych powodów niż naruszenie przez Zamawiającego warunków licencji, po wcześniejszym wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu (nie krótszego niż 30 dni) na usunięcie naruszeń i bezskutecznym upływie takiego terminu, ani prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.*
14. *Za każdy przypadek naruszenia zobowiązań określonych w ust. 12 i 13 powyżej, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną na zasadach opisanych w § 9 Umowy.*
15. *Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do licencjonowanego Oprogramowania Standardowego oraz dokumentacji Oprogramowania Standardowego nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.*
16. *Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania Standardowego nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich. Wykonawca zapewnia i gwarantuje również, że licencje dostarczone Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej nie będą obciążone prawami osób trzecich, uniemożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania Standardowego zgodnie z celem niniejszej Umowy.*
17. *Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający może ponieść lub za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny, lub do naprawienia której może zostać zobowiązany w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej pod warunkiem jednak, że Zamawiający:*
  - 1) *niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu;*
  - 2) *nie uzna swojej odpowiedzialności i nie zawrze ugody, bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy o planowanych działaniach i uzgodnienia przez Strony wspólnego stanowiska w tym przedmiocie;*
  - 3) *będzie przekazywać Wykonawcy informacje, pisma oraz inne dokumenty, związane z przedmiotowym roszczeniem, o ile nie będzie to naruszać przepisów prawa.*

## **§ 7**

1. *Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do usunięcia awarii, w ciągu ..... godzin od momentu zgłoszenia wad przez Zamawiającego (\* zgodnie z informacją zawartą w Formularzu Ofertowym dla danej części zamówienia).*
2. *Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu, jednak nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii, z zastrzeżeniem ust 3. lub dostarczenia sprzętu zastępczego.*
3. *W przypadku, gdy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu sprzętu lub też całego sprzętu, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego sprzętu jest niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 2, ze względów niezależnych od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany na nowy całego sprzętu w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia wad przez Zamawiającego.*

4. W przypadku niezasadnej odmowy przez Wykonawcę realizacji obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu służy prawo zlecenia dokonania napraw osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca świadczy usługi serwisowe w miejscu zainstalowania sprzętu w siedzibie Laboratorium Zamawiającego. W przypadku konieczności przewiezienia sprzętu w celu dokonania naprawy, serwisu koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.

#### § 8

1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane przez Wykonawcę pisemnie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej:  
Nr faksu .....  
Adres e-mail: .....
2. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu faxem lub pocztą elektroniczną fakt jego otrzymania.

#### § 9

1. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy, naliczana będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wartości brutto określonej w § 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy w sytuacji wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy, z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli zwłoka w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 10 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 niniejszej umowy.
4. Za zwłokę w dokonaniu naprawy urządzenia lub dostarczeniu urządzenia zastępczego albo podzespołu wolnego od wad w okresie gwarancyjnym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto za uszkodzony sprzęt za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% tej ceny.
5. Za zwłokę w reakcji serwisu określonej § 7 ust. 1 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto określonej w § 3 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
6. W przypadku niewniesienia przez Wykonawcę sprzętu laboratoryjnego w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
7. *Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień zawartych w § 6 ust. 12 i 13, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł. (\*o ile dotyczy).*
8. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Kary wskazane powyżej podlegają sumowaniu.
10. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 umowy.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.

12. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi stosowną notę obciążeniową oraz potrąci z Wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone Wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

#### **§ 10**

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: ..... - ..... lub....., tel. ....
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są: ..... lub ....., tel. ....
3. Zmiana osób lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 1-2 nie stanowi zmiany Umowy, jednakże dla swej skuteczności wymaga powiadomienia drugiej strony w formie pisemnej.
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować obowiązek informacyjny w imieniu Zamawiającego w stosunku do wskazanych powyżej osób do kontaktu, w zakresie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

#### **§ 11**

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy i po co najmniej jednym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### **§ 12**

1. Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2176).
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

#### **§ 13**

Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 14**

Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 oraz § 10 ust 3.

#### **§ 15**

1. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.



2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Protokół odbioru**

sporządzony ..... 2022 r. w .....

Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę, instalację i uruchomienie  
.....

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BF-2.022...2022 z ..... r. zawartą pomiędzy

**Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

a  
.....

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO – .....

WYKONAWCY – .....

Dokonano przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu: tak/nie\*

Dostarczono karty gwarancyjne i instrukcje obsługi: tak/nie\*

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze \*\*: .....  
.....  
.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

\* należy skreślić niepotrzebne

\*\*w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

**Zamawiający:**  
**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów**  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**” (nr. post. BF-2.262.17.2022), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:

- nie należą** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu\*),
- należą** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębną ofertę w tym postępowaniu\*):

.....

**W związku z powyższym do oświadczenia załączam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.**

*\*) przekreślić nieodpowiednie*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część I zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące)

**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....**h**. (maksimum 48h)

**Oświadczam/y**, że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS posiada następujące parametry:

- a) możliwość rozbudowy o co najmniej jeden detektor (TCD, ECD, FID, MS) – **TAK/NIE\***
- b) możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu a ścianą poniżej 20 cm – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....  
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....  
**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....  
Adres:

.....  
Telefon/Fax:

.....  
Adres e-mail:

.....  
„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)."**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część II zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Chromatograf gazowy GC-MS</b> ..... (marka) ..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....**h**. (maksimum 48h)



**Oświadczam/y**, że oferowany chromatograf gazowy GC-MS posiada następujące parametry:

- a) zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem w celu usunięcia zanieczyszczeń w analizatorze mas – **TAK/NIE\***
- b) możliwość wygrzewania kwadrupolowego w celu usunięcia zanieczyszczeń analizatora mas – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....  
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....  
**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....  
Adres:

.....  
Telefon/Fax:

.....  
Adres e-mail:

.....  
„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)."**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część III zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Chromatograf gazowy z detektorem FID</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....**h**. (maksimum 48h)

**Oświadczam/y**, że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID posiada następujące parametry:

- a) możliwość rozbudowy o co najmniej jeden detektor (TCD, ECD, FID, MS) – **TAK/NIE\***
- b) możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu a ścianą poniżej 20cm – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....  
.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
Fax. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część IV zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Generator czystego powietrza z kompresorem sprężonego powietrza oraz generatorem wodoru – 2 zestawy</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto (za 2 zestawy) - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenia na warunkach określonych w SWZ. (minimum 12 miesięcy).



**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....h. (maksimum 48h).

**Oświadczam/y**, że oferowany generatory czystego powietrza z kompresorem sprężonego powietrza oraz generatorem wodoru posiadają następujące parametry:

**Oświadczam/y**, że waga generatora wodoru wraz z wodą będzie wynosić ..... kg (maksimum 30kg).

**Oświadczam/y**, że głębokość zestawu będzie wynosić ..... cm (maksimum 55cm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....  
.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część V zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Chromatograf gazowy GC-MS</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....**h.** (maksimum 48h).

**Oświadczam/y**, że oferowany chromatograf gazowy GC-MS posiada następujące parametry:

- a) zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem pozwalającego na usunięcie zanieczyszczeń w analizatorze mas – **TAK/NIE\***
- b) za możliwość wygrzewania kwadropolowego analizatora mas w temperaturze od 110°C do 190°C pozwalające na usunięcie w nim zanieczyszczeń – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....  
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....  
**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....  
Adres:

.....  
Telefon/Fax:

.....  
Adres e-mail:

.....  
„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)."**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część VI zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Waga nieautomatyczna</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 12 miesięcy).

**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....**h.** (maksimum 48h).



**Oświadczam/y**, że oferowana waga nieautomatyczna posiada następujące parametry:

możliwość ważenia poza pomostem wagowym (ważenie podszalkowe) – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część VII zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Membranowa pompa próżniowa</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 12 miesięcy)

**Oświadczam/y**, że natężenie dźwięku dla oferowanego urządzenia wynosi ..... dB (maksimum 46 dB).

**Oświadczam/y**, że moc silnika dla oferowanego urządzenia wynosi ..... W (minimum 60 W).

**Oświadczam/y**, że szerokość pompy dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (maksimum 250 mm).

**Oświadczam/y**, że głębokość pompy dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (maksimum 160 mm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

*.....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

\* *niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część VIII zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Komora chłodnicza</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące)

**Oświadczam/y**, że oferowana komora chłodnicza posiada następujące parametry:



- a) możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,1<sup>0</sup>C – **TAK/NIE\***
- b) możliwość regulacji temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym co 0,05<sup>0</sup>C – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).*

**Oświadczam/y**, że szerokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 450 mm).

**Oświadczam/y**, że wysokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 540 mm).

**Oświadczam/y**, że głębokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 450 mm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)."**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....  
.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część IX zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Marka, model oferowanego urządzenia
<b>Komora chłodnicza - 2 szt.</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto (łącznie za 2 szt.) - .....** zł

**(słownie złotych: .....**)

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że oferowane komory chłodnicze posiadają następujące parametry:

- a) możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 1<sup>o</sup>C – **TAK/NIE\***
- b) możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,1<sup>o</sup>C – **TAK/NIE\***

c) poziom szumu wynosi poniżej 48dB – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).*

**Oświadczam/y**, że szerokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 590 mm).

**Oświadczam/y**, że głębokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 550 mm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: .....* zł

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....  
.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część X zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Wyrząsarka laboratoryjna</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące)

**Oświadczam/y**, że oferowana wyrząsarka laboratoryjna posiada następujące parametry:

- a) możliwość sterowania wyrząsarką i wyświetlenie danych na komputerze – **TAK/NIE\***



b) możliwość możliwość programowania pracy w sekwencjach powyżej 8 godzin – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

Oświadczam/y, że szerokość urządzenia wynosi ..... mm (maksimum 380 mm).

Oświadczam/y, że głębokość urządzenia wynosi ..... mm (maksimum 430 mm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XI zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Myjka ultradźwiękowa</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że oferowana myjka ultradźwiękowa posiada następujące parametry:

a) możliwość wyboru trybu podziału pola w kąpeli ultradźwiękowej – **TAK/NIE\***

- b) możliwość programowania czasu pracy myjki – TAK/NIE\*
- c) możliwość programowania czasu opóźnienia uruchomienia myjki – TAK/NIE\*

(\* *niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).*

Oświadczam/y, że szerokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 270 mm).

Oświadczam/y, że głębokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 120 mm).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XII zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Marka, model oferowanego urządzenia
Łąźnia wodna
..... (marka)
..... (model)

Cena brutto - ..... zł

(słownie złotych: .....)

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że oferowana łąźnia wodna posiada następujące parametry:

- a) możliwość odczytu temperatury na wyświetlaczu zewnętrznym z dokładnością do 0,1<sup>o</sup>C – **TAK/NIE\***



b) możliwość programowania czasu pracy łaźni – TAK/NIE\*

c) możliwość programowania czasu opóźnienia uruchomienia łaźni – TAK/NIE\*

(\* *niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).*

Oświadczam/y, że szerokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 280 mm).

Oświadczam/y, że głębokość wnętrza komory dla oferowanego urządzenia wynosi ..... mm (minimum 215 mm).

**Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XIII zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Uniwersalne stanowisko badawcze do przeprowadzania badań wytrzymałościowych z użyciem odpowiedniej siły / masy</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące)

**Oświadczam/y**, że oferowane uniwersalne stanowisko badawcze do przeprowadzania badań wytrzymałościowych z użyciem odpowiedniej siły / masy posiada następujące parametry:

poszerzenie zakres pomiaru siły / masy 1 siłownika do co najmniej (50 – 3000 N) / (5 - 300) kg oraz 4 pozostałych siłowników do co najmniej (10 – 1000) N / (1,0 - 100) kg, przy zachowaniu ww. wymagań opisanych w charakterystyce urządzenia– **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)."**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XIV zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Waga laboratoryjna</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 12 miesięcy)

**Oświadczam/y**, że oferowana waga laboratoryjna posiada następujące parametry:

a) waga o jednym zakresie – **TAK/NIE\***



- b) osłona komory wagowej otwierana automatycznie – **TAK/NIE\***
- c) urządzenie do usuwania ładunków elektrostatycznych wbudowane w wagę – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).*

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XV zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Łaźnia wodna z wytrząsaniem – 2 szt.</b>
..... (marka)
..... (model)

Cena brutto (za 2 szt.) - ..... zł

(słownie złotych: .....)

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że oferowane łaźnie wodne z wytrząsaniem posiadają następujące parametry:

- a) dołączone dedykowane statywy pozwalające na używanie w łaźni z wytrząsaniem co najmniej 15 probówek o średnicy 18 mm – **TAK/NIE\***
- b) dołączone dedykowane statywy pozwalające na używanie w łaźni z wytrząsaniem co najmniej 10 probówek o średnicy 30 mm – **TAK/NIE\***
- c) możliwość recalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ**.

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: .....* zł

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....  
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....  
**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....  
Adres:

.....  
Telefon/Fax:

.....  
Adres e-mail:

.....  
„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)."**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

Załącznik nr 5 do SWZ

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XVI zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Zamrażarka laboratoryjna</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że oferowana zamrażarka laboratoryjna posiada następujące parametry:



- a) zakres temperatury pracy komory co najmniej od -50°C do 0°C z dokładnością nastawienia nie gorszą niż 0,1 °C – **TAK/NIE\***
- b) możliwość recalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – **TAK/NIE\***
- c) możliwość zmiany przez użytkownika kierunku otwierania drzwi – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ**.

**Oświadczamy**, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .....*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....  
.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XVII zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy**, że udzielamy ..... miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 12 miesięcy)

**Oświadczam/y**, że oferowany aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej posiada następujące parametry:

- a) możliwość podglądu temperatury bloku grzewczego po zakończonym badaniu – **TAK/NIE\***
- b) możliwość monitorowania temperatury bloku grzewczego na stałym poziomie  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  w trakcie prowadzenia badania – **TAK/NIE\***
- c) możliwość skrócenia 60 minutowego czasu nagrzewania bloków przed rozpoczęciem badania w zakresie temperatur  $(0-110)^{\circ}\text{C}$  – **TAK/NIE\***

jeśli „TAK”:

**do 5 min./5-10 min./powyżej 10 min\*,**

**Oświadczamy, że gwarantujemy 1 dodatkowy przegląd w okresie gwarancji sprzętu – TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.**

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.**

**Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.**

**Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.**

**Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.**

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców\***

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
Tel. ....  
REGON .....  
NIP .....

**Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  
pl. Powstańców Warszawy 1  
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY  
BF-2.262.17.2022  
Część XVIII zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

<b>Marka, model oferowanego urządzenia</b>
<b>Łaźnia wodna z wytrząsaniem</b>
..... (marka)
..... (model)

**Cena brutto - ..... zł**

**(słownie złotych: .....)**

**Oświadczam/y**, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczam/y**, że udzielamy ..... **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y**, że reakcja serwisu od momentu zgłoszenia problemu wynosić będzie .....h. (maksimum 72h)

**Oświadczam/y**, że oferowana łaźnia wodna z wytrząsaniem posiada następujące parametry:



możliwość rekalkulacji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – **TAK/NIE\***

(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ)

**Zobowiązujemy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenie spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*  
.....

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ..... zł*

**UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**

**Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy, że** podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

\* *niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

**Dane kontaktowe:**

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.**

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.**

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”**

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- .....  
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....  
.....

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji  
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Oświadczam, że na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

.....

*(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**” (nr. post. BF-2.262.17.2022)

1. zdolność techniczna lub zawodowa \*

W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

.....  
.....  
.....

2. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na \*\*:

.....  
.....

3. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą, będzie polegał na:

.....  
.....

4. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

.....  
.....

5. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:

.....  
.....

\* niepotrzebne skreślić

\*\* np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

Kwestię udostępniania zasobów przez inne podmioty reguluje szczegółowo Oddział 3 w Dziale II Rozdział 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (podmiotu udostępniającego zasoby) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Wykonawca:**

.....  
 (pełna nazwa/firma, adres,  
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**Wykaz dostaw**  
**potwierdzający spełnianie wymagań określonych w pkt 2.4 lit. A Części II SWZ**  
 (nr post. BF-2.262.17.2022 część .....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Terminy wykonania (od-do)	Wartość dostawy brutto w zł	Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa, adres, telefon)	Sposób dysponowania zasobami
1.					własne / podmiotu trzeciego*
2.					własne / podmiotu trzeciego*
...					własne / podmiotu trzeciego*

**Uwaga:**

Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

**\* niepotrzebne skreślić**

Do wykazu załączono ..... egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym