



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: wszpila@pi.onet.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 06.09.2021 roku

FZP.III-241/44/21

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1.**

Prosimy o doszczegółowienie ilości wymaganego asortymentu w Zadaniu nr 9 poz. 7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 9 poz. 7 wymaga trzech produktów: introducer do tętnicy promieniowej, cewnik balonowy wysokociśnieniowy i inflator wysokociśnieniowy, natomiast w formularzu asortymentowo – cenowym Zamawiający nie doprecyzował ilości asortymentu dla cewnika balonowego oraz inflatora.

**Odpowiedź: W załączniku nr 2b do SWZ w zadaniu nr 9 poz. 7 Zamawiający omyłkowo zamieścił cewnik balonowy wysokociśnieniowy oraz inflator wysokociśnieniowy.**

**Prawidłowy opis poz. 7 w zadaniu nr 9:**

7. Introducer do tętnicy promieniowej 5-8F

Zawiera: introduktor, dylator, przewodnik 0,025" oraz 0,018" i igłą 20G i 21G x 4cm
Długość 7 cm i 11 cm
Średnica 5F – 8F
Długość przewodnika 50 cm
Przewodnik ze stali nierdzewnej
Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem
Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną
Ramię boczne zakończone kranikiem
Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego
Dylator z zatraskiem

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ – umowy depozytu poprzez dodanie do § 5 następującego zdania: „Własność artykułów przechodzi na Odbiorcę z chwilą pobrania artykułów z depozytu przez Odbiorcę.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.**

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 4 do SWZ – umowy depozytu poprzez nadanie § 6 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał w terminach uzgodnionych z Odbiorcą oraz na koniec umowy, Przedstawiciel Dostawcy wraz z osobami wyszczególnionymi w § 2, sporządza inwentaryzacje wymienionych w §1 towarów a w przypadku wykrytych niedoborów spowodowanych brakiem odpowiedniego nadzoru nad powierzonym przedmiotem umowy lub niestosowania się do warunków umowy, Dostawca obciąża na podstawie faktury Odbiorcę według cen podanych w załączniku nr 1 do umowy, za stwierdzone braki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.**

#### Pytanie nr 4.

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 4 do SWZ – umowy depozytu poprzez dodanie § 5a o następującej treści:  
„Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Odbiorcę. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w depozycie więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.**

#### Pytanie nr 5.

pakietu 1

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na cewniki angiograficzne. Dzięki temu zwiększy się ilość oferowanych produktów co przełoży się na korzyść ekonomiczną dla Szpitala. Posiadamy w ofercie cewniki zbrojone 16 włóknami, konstrukcja nylonowa, wytrzymałość do 1200psi. Duże światło wewnętrzne (5Fr- 1.19mm,6Fr-1.40mm). Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 6.

do pakietu 6

Ze względu na możliwość zaoferowania konkurencyjnego asortymentu znanego od wielu lat zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów o następujących parametrach:

Pozycja 6

- szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu.
- światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw
- ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej;
- wersja z drenem i kranikiem trójdrożnym
- brak wycieków nawet podczas długich zabiegów
- wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego

Poniżej zdjęcie proponowanego y konektora:




Pozycja 7

Koszulka promieniowa hydrofilna pokryta substancją ułatwiającą przejście z rdzeniem stalowym, oznaczenie kolorystyczne.

Koszulki stosowane są w wielu pracowniach w Polsce i cieszą się uznaniem.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:



Warunki SIWZ dla pozostałych pozycji spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 7.

do pakietu 6

Ze względu na możliwość zaoferowania konkurencyjnego asortymentu znanego od wielu lat zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów o następujących parametrach:

Pozycja 6

Y konektor typu push pull , screw lub push – click do wyboru Zamawiającego

Pozycja 7

Koszulki hydrofilne pokryte substancją ułatwiającą przejście z rdzeniem stalowym.

Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 8.

do pakietu 7

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na inflatory.

Posiadamy produkt znany w wielu pracowniach w Polsce w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu :



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 9.

do pakietu 7

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na inflatory dzięki czemu będziemy mogli zaproponować produkt wysokiej jakości w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 10.

do pakietu 8

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 i stworzenie osobnego zadania na koszulki promieniowe oraz dopuszczenie następujących parametrów:

- dostępne długości 7 i 11 cm
- przewodnik stalowy 0,021'' i 0,018''
- długość przewodnika 45 cm
- igła metalowa w zestawie
- wykonana z PTFE , pokryta śliską powłoką ułatwiającą przejście
- standardowa sztywność

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 11.

do pakietu 9

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 i stworzenie osobnego zadania na cewniki angiograficzne. Dzięki temu zwiększy się ilość oferowanych produktów co przełoży się na korzyść ekonomiczną dla Szpitala.

Posiadamy w ofercie cewniki zbrojone 16 włóknami, konstrukcja nylonowa, wytrzymałość do 1200psi. Duże światło wewnętrzne (5Fr- 1.19mm,6Fr-1.40mm). Dostępne 4 m 5 i 6 F. Krzywizna Pigtail z 6 otworami, szeroka

gama krzywizn.

Cewniki znane są w wielu szpitalach i cieszą się nienaganną opinią.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 12.

do pakietu 9

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 i dopuszczenie koszulek promieniowych o następujących parametrach:

- dostępne długości 7 i 11 cm
- przewodnik ze stali nierdzewnej 0,021'' i 0,018''
- długość przewodnika 45 cm
- igła metalowa w zestawie 20 i 21\* 3,8 G
- wykonana z PTFE
- gładkie przejście między koszulką a dylatatorem

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 13.

dot. Zadanie 4 poz.3 - Czy zamawiający dopuści Stent DES Kobaltowo - Chromowy z crossing profile 0.042mm dla średnicy 3.0mm, oraz ciśnieniem nominalnym 10ATM, spełniającym pozostałe warunki techniczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 2)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie zmienia zapisów umowy**

#### Pytanie nr 16.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty zawiadomienia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w projekcie umowy**

#### Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy depozytu)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w projekcie umowy**

#### Pytanie nr 18.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy poprzez wprowadzenie następujących zapisów w § 8 ust. 3:

*Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 3 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione w dostarczeniu dokumenty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione w dostarczeniu dokumenty*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w projekcie umowy**