



### Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na sukcesywne dostawy:

Część 1: Ciśnieniomierze, akcesoria.

Część 2: ochrona osobista, prześcieradła, koce, poszwy.

**Nr sprawy NT/Nr 05/PN/19**

#### **Pytanie 1**

Pakiet 2, pozycja 4, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koca w rozmiarze 210x110?

Odp.

**ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.**

#### **Pytanie 2**

Pakiet 2, pozycja 7, Czy Zamawiający dopuści spodnie z włókniny SMS?

Odp.

**ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.**

#### **Pytanie 3**

Pakiet 2, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"><li>• wygodna, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę</li><li>• maska wysokiego ryzyka opracowana dla obszaru medycznego, aby zapewnić najwyższą ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną i aerozolami biologicznymi</li><li>• możliwość stosowania przez personel medyczny oraz pacjentów</li><li>• warstwa zewnętrzna wykonana z odpornej na działanie płynów włókniny polipropylenowej</li><li>• wyposażona w elastyczną kształtkę na nos w kolorze białym</li><li>• mocowana na gumki</li><li>• możliwość użytkowania podczas kontaktu z cytostatykami</li><li>• poziom ochrony FFP3 NR wobec cząstek stałych w odniesieniu do normy EN 149: 2001 + A1:2009, do użytku medycznego</li><li>• spełnia wymagania maski chirurgicznej odpornej na rozpryski typu IIR zgodnie z EN 14683:2005</li><li>• kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC</li><li>• klasa I Dyrektywy Europejskiej dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC</li><li>• pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją</li><li>• graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym</li><li>• maska oraz gumki mocujące w kolorze białym</li><li>• nie zawiera lateksu</li><li>• jednorazowego użytku</li></ul>	
--------------	---	--

Odp.

**ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ.**

#### **Pytanie 4**

Pakiet 2, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozkładana trzyczęściowa konstrukcja
- wyposażona w piankę w części górnej
- dzięki zastosowanej konstrukcji maska szczelnie przylega do każdego kształtu twarzy
- wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos
- wyposażona w zawór wydechowy najnowszej generacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychanie
- mocowana na gumki
- duża powierzchnia filtra zapewnia doskonały rozkład cząsteczek, a tym samym oferuje najwyższy komfort noszenia nawet podczas długiego czasu użytkowania
- możliwość użytkowania podczas pracy z cytostatykami
- wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania najwyższego poziomu ochrony FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
- kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC
- pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym
- pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją
- graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym
- maska w kolorze żółtym, gumki mocujące w kolorze niebieskim
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku



[https://www.d.schutzmaske\\_n](https://www.d.schutzmaske_n)



Odp.

**ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.**

**/-/Robert Judek**