



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.06.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 5

1. Prosimy o informację czy Zamawiający pod pojęciem „sterylizator plazmowy” rozumie sterylizator, w którym plazma wytwarzana jest bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej ?

Uzasadnienie: Na rynku dostępne są różne rozwiązania wykorzystujące nadtlenuk wodoru, m.in. urządzenia sterylizujące gazowym nadtlenukiem wodoru, a wykorzystującym plazmę jedynie przy utylizacji usuwanego środka poza komorą sterylizacyjną

Odp.: Zamawiający rozumie sterylizator plazmowy wykorzystujący do przeprowadzenia procesu sterylizacji nadtlenuk wodoru o stężeniu min. 59% Zamawiający nie określa ani sposobu ani miejsca wytworzenia plazmy.

2. Prosimy o informację czy wymagany jest sterylizator dwudrzwiowy (tzw. przelotowy)?

Uzasadnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 595) w ścianie między strefą czystą i sterylną powinny być zainstalowane **sterylizatory przelotowe** w liczbie i o wielkości uzasadnionymi procesem technologicznym. W obecnej sytuacji zgodnie z powyższym nie ma możliwości prawnej zainstalowania innego sterylizatora niż przelotowy

Odp.: Zamawiający nie wymaga sterylizatora przelotowego.

3. Dot. pkt. 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści moc urządzenia nie przekraczającą 3400W?

Uzasadnienie: Nieznaczna różnica w stosunku do wymagań, nie powodująca zmian przewodów i zabezpieczeń.

Odp.: Zamawiający przez wzgląd na posiadaną infrastrukturę energetyczną dopuszcza moc maksymalną urządzenia do 3000W, zgodnie z SIWZ.

4. Dot. pkt. 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia (WxSxG) 1910x680x864 mm?

Uzasadnienie: Wymagane wymiary ograniczają możliwość zaoferowania do sterylizatorów nablutowych.

Odp.: Zamawiając informuje, iż nie posiada przestrzeni i warunków infrastrukturalnych na instalację sterylizatora z zaproponowaną wysokością. Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. pkt. 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie do 400 kg?

Uzasadnienie: Proponowana masa nie przekracza typowych obciążeń w standardowych pomieszczeniach szpitalnych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zostało zaproponowane urządzenie znacznie cięższe niż zakłada Zamawiający.

6. Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkową komory 110 litrów?

Uzasadnienie: Wymagana jest obecnie konkretna pojemność co sugeruje konkretny sterylizator.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Dot. pkt. 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system automatycznego usuwania wilgoci wspomagany pompą próżniową, przed rozpoczęciem cyklu sterylizacji?

Uzasadnienie: Standardowe rozwiązanie stosowane przez wiodących producentów sterylizatorów plazmowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

8. Dot. pkt. 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pojemnik z czynnikiem sterylizującym na min. 20 cykli bez konieczności wymiany, uzupełniania co cykl, przy pojemności komory wynoszącej 110 litrów?

Uzasadnienie: Mniejsza liczba cykli, ale większa pojemność komory.

Odp.: Zamawiający wymaga pojemnika na nadtlenek wodoru na min. 40 cykli aby ograniczyć częstość ingerencji w urządzenie podczas wymian oraz ze względów bezpieczeństwa operatora sprzętu nie zależnie od wielkości komory . Zgodnie z SIWZ .

9. Dot. pkt. 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści czas trwania najdłuższego procesu do 60 minut?

Uzasadnienie: Nieznaczna różnica w stosunku do wymagań.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

10. Dot. pkt. 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane automatycznie przy pomocy dedykowanego przycisku, z automatyczną blokadą (bezdotykowa)?

Uzasadnienie: Nieprecyzyjny zapis wymogu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

11. Dot. pkt. 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator wolnostojący wyposażony w kółka z blokadą, nie wymagający dodatkowego wózka?

Uzasadnienie: Wymagane wymiary ograniczają możliwość zaferowania do sterylizatorów nablutowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z zachowaniem wymaganych rozmiarów oraz odpowiedzi z pkt 4.

12. Dot. pkt. 38-41 tabeli: Prosimy o wykreślenie punktów 39-41 ze względu na brak uzasadnienia merytorycznego dla punktowanych parametrów ?

Uzasadnienie: W pkt. 39 Zamawiający nie określił jakich programów oczekuje więc ilość nie ma żadnego znaczenia. W pkt. 40 Zamawiający przyznaje punkty za moce nieznacznie od siebie różniące i nie powodujące ani korzyści w postaci zmiany przyłącza, ani odnośnie kosztów eksploatacyjnych. W pkt. 41 Zamawiający różnicuje przyznane punkty od 0 do 20 pkt. przy zmianie długości komory z 600 na 621mm (3,5%). Jednocześnie dla wszystkich powyższych punktów technicznych można otrzymać w sumie 60 pkt, a dwukrotnie wyższa gwarancja (48 zamiast 24 m-cy) jest punktowana na jedyne 10 pkt.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

13. Umowa – kary – par 5

Prosimy o obniżenie kar:

Pkt 1,3) do 0,3%

Pkt 1,4) do 0,5 %

Pkt 1,5) – za każdy niewykonany przegląd 300 zł

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

plik mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82