

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Nr sprawy: MED/263/2022

Dotyczy: postępowania klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów diagnostycznych oraz wyposażenia/wyrobów laboratoryjnych dla WOMP Wrocław.

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie 1

Do zadania nr 8 - Proszę o podanie przykładowego producenta oraz numer katalogowy lub dokładniejszy opis ewentualnie rysunek.

Pytanie 2

Dot. załącznika nr 2 Formularz cenowy pakiet nr 4 poz 1-4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia z każdą serią certyfikatów kontroli jakości a wyrazi zgodę, aby te dokumenty były dostępne na bezpłatnej stronie www wykonawcy? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Pytanie 3

§10 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto należnego za niewykonane lub nienależycie wykonane zadania lub danej pozycji z zadania”?

Pytanie 4

§10 ust. 1 pkt 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy? Uzasadnienie: Wskazane postanowienie jest sformułowane zbyt ogólnikowo w zw. z czym zwracamy się z prośbą o enumeratywne wyliczenie naruszeń skutkujących możliwością naliczenia ewentualnej kary. Obecne brzmienie postanowienia może zostać uznane za nieistniejące z uwagi na jego nieważność.

Pytanie 5

§10 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 3 - w wysokości 3 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia,?”

Pytanie 6

§10 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „gdy pomimo wezwania na piśmie Dostawca nie dostarczył wraz z towarem w ciągu 3 dni roboczych, wymaganej dokumentacji wymienionej w § 4 ust.1/ stosownie do przedmiotu zamówienia/ kara umowna w wysokości 5% wartości brutto danej pozycji, przy której stwierdzono brak wymaganej dokumentacji”?

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1

Mikrorozdzielacz szklany laboratoryjny wg. Normy PN-EN ISO 10301 – „Jakość wody oznaczanie chloroorganicznych, insektycydów, polichlorowanych bifenyli, chlorobenzenów. Metoda chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz”

Zamawiający załącza szkic wymaganego urządzenia z parametrami.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający w §4 ust. 1 lit. A wzoru umowy przewidział możliwość udostępnienia przedmiotowych danych na stronie internetowej Wykonawcy, po uprzednim podaniu przez Wykonawcę adresu strony internetowej w formularzu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający modyfikuje zapis §10 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy na: „za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za niewykonane lub nienależyte wykonane zadania lub danej pozycji z zadania.” – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SWZ.

Odpowiedź na pytanie 4

Patrz: Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania oznacza realizację dostawy przedmiotu umowy niezgodnie z jej warunkami opisanymi szczegółowo w §1, §3, §4 i §6 wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający modyfikuje zapis §10 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy na: „za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 3 - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto należnego za nieterminowe zrealizowanie zadania lub danej pozycji z zamówienia, za każdy dzień opóźnienia” – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SWZ.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający modyfikuje zapis §10 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy na: „gdy pomimo wezwania na piśmie Dostawca nie dostarczył wraz z towarem w ciągu **2 dni roboczych**, wymaganej dokumentacji wymienionej w § 4 ust.1/ stosownie do przedmiotu zamówienia/ kara umowna w wysokości 5% wartości brutto danej pozycji, przy której stwierdzono brak wymaganej dokumentacji.” – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SWZ.

W sytuacji podania w §4 ust. 1 lit. A wzoru umowy adresu strony internetowej pod którym będą dostępne wymagane dane, zapis §10 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy nie ma zastosowania.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza informację na stronie przedmiotowego postępowania wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem do SWZ.

Załączniki:

1. Szkic wymaganego urządzenia z parametrami
2. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy

Z poważaniem

KOMENDANT 2 WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2 WOG


Marta SZCZUREK