

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 02.03.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:  
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 14

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 6-10, 14 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie mankietów dla obwodów 18-26cm, 25-35cm, 34-47cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie czujnika dla noworodków o wadze 1-4 kg i dł. przewodu 0,9 m lub 3m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

prosimy o odstąpienie od wymogu dezynfekcji przez zanurzenie i dopuszczenie dezynfekcji powierzchniowej poprzez przecieranie środkami dezynfekcyjnym.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 5 prosimy o dopuszczenie przewodu o dł. 0,9m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

poz. 11 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

poz. 12 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

poz. 13 czy chodzi o zestaw 3 przewodów.

**Odp. TAK.**

Pakiet 30

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody o parametrach równoważnych, owalnej, dzielonej REM, o powierzchni czynnej 107 cm<sup>2</sup>, bez pierścienia ekwipotencjalnego.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozm. 5x5cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie końcówki 8x1 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Poz 4 Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Poz 6 Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Pakiet 35

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 4 prosimy o dopuszczenie dł. 3m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Pakiet 41

Poz. 1

prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo, przystosowanej do współpracy z 2 typami kompatybilnych ostrzy, z ładowarką kontaktową, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 2 i 3- prosimy o dopuszczenie szerokości ostrza tnącego 36 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Poz. 4- prosimy o dopuszczenie ostrza uniwersalnego o szerokości 36 mm, z możliwością zastosowania do miejsc delikatnych, dzięki funkcjonalności obrotu głowicy strzygarki o 45° w lewo i w prawo.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 43

Prosimy o wydzielenie poz. 9 i 10 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 54

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 1, 2

prosimy o dopuszczenie intensywności światła 130-180lm,

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

prosimy o dopuszczenie uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej, bez pokrycia santoprenem.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 55

Poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o czujniki w technologii Nellcor Oximax czy Nellcor.

**Odp. Chodzi o czujniki w technologii Nellcor Oximax.**

Poz. 5 i 6 prosimy o wydzielenie poz. 5 i 6 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 8 prosimy o dopuszczenie opaski bezklejowej - piankowej zapinanej na velcro.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 9 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 2,5m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 10, 11 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 0,9m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 61

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 3 m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o wydzielenie poz. 7,8, 9 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchbátalskiej  
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor  
ds zamówień publicznych  
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla