

Zamość, dnia 29 listopada 2021 r.



**32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ**

Nr 9260/21

Data..... 2021-11-29
22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści zapytania ofertowego (ZO) w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego pod nazwą: dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu) części. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający, działając zgodnie z Rozdziałem III pkt 5-7 Zapytania ofertowego (ZO) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 :

„Dotyczy część 1 – Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 30.12.2021 roku? Obecnie wymagany termin dostawy do 14 dni jest zbyt krótki do terminowej realizacji zamówienia.”

ODPOWIEDŹ AD. 1:

Zamawiający nie dokona modyfikacji terminu dostawy do 30.12.2021 roku.

PYTANIE NR 2 :

Dotyczy część 1 - pozycja nr 6 – opatrunek oczny
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 60 sztuk opatrunków ocznych czy 60 opakowań po 20 sztuk ?

ODPOWIEDŹ AD. 2:

Zamawiający wymaga zaoferowania 60 sztuk opatrunków ocznych.

PYTANIE NR 3 :

Dotyczy część 6 :
Czy w ramach zestawu dojścia doszpikowego , wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu doszpikowego o poniższych parametrach :

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zestaw automatycznego wklucia doszpikowego NIO, który umożliwia niezwykle szybki i łatwy dostęp naczyniowy w jedyne kilkanaście sekund, posiada nr NSN 6515-01-667-2884 i charakteryzuje się poniższymi parametrami?

- jednorazowy, do szybkiej infuzji doszpikowej,
- dostęp na czterech kończynach (kość piszczelowa, głowa kości ramienia), dzięki czemu, gdy założone jest wkłucie jest możliwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
- igła doszpikowa w wejściem typu LUER,
- w zestawie stabilizator igły i naklejka samoprzylepna do zabezpieczenia miejsca wkłucia,
- stabilizator igły infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części środkowej,
- niezwykle prosty i automatyczny mechanizm wbijający igłę na odpowiednią głębokość,
- urządzenie umożliwia łatwe wyciągnięcie igły infuzyjnej z kości, gdy dostęp jest już zbędny,
- minimum treningu z obsługi w związku z automatycznym działaniem,
- Podwójny mechanizm zabezpieczający, który zapobiega przypadkowemu użyciu,
- trwałe, małe i lekkie opakowanie (około 100g), odporne na wilgoć,
- Okres ważności: 5 lat od daty produkcji.

ODPOWIEDŹ AD. 3:

Zamawiający nie dopuści oferty na zestaw automatycznego wkłucia doszpikowego z powyższymi parametrami.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych, spełniających opis WET , pochodzących od innych producentów niż opisane w tabeli nazwy opatrunków?

ODPOWIEDŹ AD. 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych, spełniających opis WET , pochodzących od innych producentów niż opisane w tabeli nazwy opatrunków.

KOMENDANT

ppłk Jerzy MUZYKA