



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 13.01.2023 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-105/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2022/S 246-711943 z dnia 21.12.2022 r.**

Znak sprawy – PN-105/2022 – dostawę wyrobów medycznych (materiały opatrunkowe) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. wzoru umowy § 4- Termin ważności

Czy Zamawiający względem pakietu nr 12 (gąbki hemostatyczne) wyrazi zgodę na modyfikację minimalnego terminu ważności na 12 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2- Pakiet 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający w pozycji 1,2 pakiet 12 dopuści postępowania opatrunków hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3- Pakiet 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 - Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a'5 kg z podaniem ceny za 1kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 - Pakiet 5, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w blister papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 5, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 7

Pakiet 5, poz. 1-12

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 5, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 9

Pakiet 5, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 10

Pakiet 5, poz. 13

Czy zamawiający dopuści serwety pakowane indywidualnie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 11

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie, które zawiera 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym? Jeżeli nie, to prosimy o podanie w jaka ilość to 1 opakowanie- ile mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opakowania zawierającego rękaw o długości 10m nierozciągniętym.

Pytanie 12

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet 4, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 14

Pakiet 4, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 15

Pakiet 9 poz. 8 Opatrunki specjalistyczne B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Do SWZ wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Pakiet 5 poz. 1,2,3,4 Opatrunki różne, kompresy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylizacji tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 18

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrani operacyjnych o gramaturze min. 30 gr/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodni z trokami w pasie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy z trzema kieszeniami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet 14 plastry B, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 14 plastry B pozycję 1 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 22

Pakiet 14 plastry B, pozycja 2-4

Czy zamawiający dopuści paski samoprzylepne do zamykania ran z akrylowym klejem wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond struktura przepuszczająca powietrze?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 23

Pakiet 14 plastry B, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści opatrunek jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Pakiet 14, plastry B, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści opatrunek opakowanie a' 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet 14, plastry B, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści opatrunek opakowanie a' 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet 14, plastry B, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści opatrunek opakowanie a' 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 14, plastry B, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x 20 cm opakowanie a' 25 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 28

Pakiet 14, plastry B, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7x7.1cm a' 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie poz. 10 zostaje wydzielona do osobnego pakietu.

Pytanie 29

Pakiet 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na każdym opakowaniu jednostkowym było oznaczenie składu?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

Pytanie 30

Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a' 100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil) 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej(lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a' 5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 33

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a' 10szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy tracheostomijne włókninowe 40g i 4 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 37

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy tracheostomijne włókninowe 40g i 4 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 38

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy tracheostomijne włókninowe pakowane a'5szt x 20?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 39

Pakiet 6, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy tracheostomijne włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 40

Pakiet 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil) 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej(lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 41

Pakiet 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w równoważnym rozmiarze 4 pasującą na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'250szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści tufery 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 44

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Pakiet 14, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania ran wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 46

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 14, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 30szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 14, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 14, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cm x 7,1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie poz. 10 zostaje wydzielona do osobnego pakietu.

Pytanie 51

Pakiet 16, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy, który nie posiada w zestawie pokrowca włókninowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Pakiet 18, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z bluzą posiadającą 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne ze spodniami wiązanymi na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z rękawami i nogawkami ciętymi prosto bez podszycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne posiadające wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Zadanie 18- poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania chirurgicznego o gramaturze 40 gr?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Zadanie 18- poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania chirurgicznego w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60

Zadanie 18- poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania operacyjnego gdzie nogawki nie są obszyte?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61- Pakiet 1**Pozycja 4**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet dwuwarstwowych w zamian za serwety dwustronne, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62- Pakiet 1**Pozycja 5**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych pakowanych jałowo po 2 szt. x 25 opakowań z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63- Pakiet 2**Pozycja 3.**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach 6cm x 2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub o wymiarach 8cm x 3m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o wymiarach 6cm x 2m.

Pytanie 64

Pakiet 18, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m². Kolor niebieski. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Pakiet 18, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 40 g/m². Kolor niebieski, dostępne w rozmiarach S – XXL. Rozmiar w postaci wszywki widoczny przed wyjęciem ubrania z opakowania. Bluza: krótkie, niepodszyte rękawy. Dekolt V, obszyty białą lamówką z niedrażniącej włókniny. Na bluzie minimum 3 kieszenie. Spodnie: wiązane na trok. Nogawki podszyte, celem uniknięcia wysuwania się luźnych fragmentów i dodatkowego pylenia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 66

Pakiet 14 poz. 10 Plastry B

W związku z wycofaniem przez producenta z produkcji opatrunku z poz. 10 prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja dostępna na stronie

<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 67

Pakiet 18, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z miękkiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², antystatyczne, spodnie wiązane na troki, bluza dekol V z trzema kieszeniami, niebieskie, rozmiar S - XXXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Pakiet 18, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrań operacyjnych wykonanych z nieprzezroczystej, miękkiej, przepuszczającej powietrze włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/ m². Pozostałe parametry zgodne z wymogami SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 69

Wymogi SWZ – Pakiet 18, poz. 1 i 2

Zamawiający w Rozdz. V, pkt C, ppkt 2 żąda złożenia wraz z ofertą „certyfikatu”, prosimy o potwierdzenie, iż wymóg ten nie dotyczy pakietu 18 – kompletów chirurgicznych, które jako wyrób niejałowy nie podlegają obowiązkowi nadzoru jednostki notyfikowanej. Dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017r. potwierdzone deklaracją zgodności (wyrób medyczny klasy I).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70

Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie stosownej klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z wymogami przewidzianymi prawem. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający jest zobligowany do zawarcia w treści każdej umowy w sprawie zamówienia publicznego - której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy - postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zwraca uwagę, że jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez dodanie w projekcie Umowy, w § 10 pkt g):

- g) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów o 15 % w stosunku do daty zawarcia umowy, Umowa ulegnie zmianie nie więcej jednak niż o 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy. Podstawą do ustalenia zmiany cen będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku podpisania umowy, ogłoszony przez Prezesa GUS. Zmiana ceny nie może nastąpić częściej niż raz na 12 miesięcy.**