

Drezdenko, dnia 3 lutego 2023 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/2/2023, 2023/BZP 00067051/01 z dnia 2023-01-30

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

pakiet 8 poz.2

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 2 zgodzi się na druty Kirchnera w długościach 150mm zamiast 140mm?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 8 poz. 2 na druty o długości 150mm.

Pytanie 2

pakiet nr 13

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie nr 13 składu systemu do osteotomii piszczeli.

Wg techniki operacyjnej system winien zawierać:

1 płytę do osteotomii

8 śrub blokowanych

1 śrubę korową

2 szt śrubę – spacer.

Przy obecnych wymogach SWZ, gdzie w kolumnie sztuki widnieje w pozycji śruba blokowana 1 szt. nie jest możliwe przeliczenie i wycenienie systemu.

Odp. do pytania 2

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na system implantów w zakresie pakietu 13, który dla prawidłowej implantacji wymaga 8 śrub blokowanych.

Wykonawca w kolumnie „ilość wg j.m.” winien wprowadzić oferowaną ilość śrub korowych niezbędną do założenia kompletnego systemu implantów.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/719081> dnia 03.02.2023 r.