



Włocławek, dnia 10.07.2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania pn.
„dostawa drobnego sprzętu medycznego”
DZP/58/2020**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 555025-N -2020, data zamieszczenia 29.06.2020r.
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 540119786-N -2020, data zamieszczenia 06.07.2020r.
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 540122461 -N -2020, data zamieszczenia 08.07.2020r.
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ~~540124036~~ N -2020, data zamieszczenia 10.07.2020r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy części nr 19, poz.2

Czy Zamawiający w Pakiecie 19 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheotomijną w całości widoczną w Rtg, w rozmiarach 6.0 mm (wew.) do 10.0 mm (wew.); spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy części nr 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści do przetargu następujące produkty: osłonki przezprzełykowe wymiar: 25/11 x 1000 oraz rurką 15cm, reszta wytycznych wg przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy części nr 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści do przetargu następujące produkty: osłonki na sonde o długości 120cm, reszta wytycznych wg przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy części nr 23, poz.1

W zadaniu nr 23, pkt.1 Zamawiający wymaga, aby rękojeść laryngoskopowa była pokryta antypoślizgowym tworzywem pozbawionym lateksu i odpornym na proces sterylizacji. Czy Zamawiający dopuści rękojeść w całości metalową, dwumodułową z wyjmowanym modułem wewnętrznym (kartridżem z bateriami i źródłem światła) najbardziej odporną na proces sterylizacji, bez lateksu, antypoślizgową dzięki radełkowaniu jej powierzchni chwytnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 5

Dotyczy części nr 23, poz.2

W zadaniu nr 23, pkt.2 Zamawiający wymaga tyżek laryngoskopowych jednorazowego użytku światłowodowych typu Macintosh kompatybilnych z rękojeściami laryngoskopowymi spełniającymi normę ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard), a jednocześnie wymaga tyżek ze światłowodem i żarówką LED. W wymienionym standardzie źródło światła znajduje się w rękojeści laryngoskopowej (czego Zamawiający wymaga zapisami w pkt.1 tego zadania), co wyklucza obecność żarówki w kompatybilnej tyżce laryngoskopowej. Czy Zamawiający dopuści tyżkę laryngoskopową światłowodową typu Macintosh kompatybilną ze standardem dla rękojeści laryngoskopowych ISO 7376-3/EN 1819, bez znajdującego się w niej źródła światła lub ew. dokona zmiany powyższego zapisu o obecności w tyżce żarówki LED?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 23, poz. 2 poprzez usunięcie wymagania „i żarówką LED” Zamawiający wymaga aby źródło światła znajdowało się w rękojeści, tyżka wyposażona w światłowód, bez żarówki w tyżce.

Pytanie 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i nie prowadzone jest postępowanie dotyczące przekształcenia się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 7

Dotyczy części nr 26

Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy części nr 26

Czy komory materaca mają być wykonane z PCV (do opieki krótkoterminowej)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy części nr 26

Czy komory materaca mają być wykonane z PU?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy części nr 26

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy części nr 26

Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy części nr 26

Czy pokrowiec materaca ma być ognioodporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 13

Dotyczy części nr 26

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 195x85x10 cm (+/- 5%) dostosowany do standardowych łóżek szpitalnych?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 14

Dotyczy części nr 26

Jaka ma być ilość pneumatycznych komór?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 15

Dotyczy części nr 26

Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 16

Dotyczy części nr 26

Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 17

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniową (zakres ok. 50 – 100 mmHg)?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 18

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 19

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg) „parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 20

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy? Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 21

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 22



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwi Dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 23

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 24

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 25

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 26

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 27

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 28

Dotyczy części nr 26

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w pompę zasilającą trzy sekcje materaca (3:1)?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 29

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie 30

Dotyczy części nr 26

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtuszczywy zasysanego powietrza?

[Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.](#)



Pytanie 31

Dotyczy części nr 13 poz.1

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm , , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 32

Dotyczy części nr 13 poz.2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 33

Dotyczy części nr 13 poz.1-2

CZY zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 34

Dotyczy części nr 13 poz.1-2

czy zamawiający dopuści opaski mikrobiologicznie czyste?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 35

Dotyczy części nr 14 poz.1

Czy zamawiający wydzieli do osobnej części poz. 1?

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.](#)

Pytanie 36

Dotyczy części nr 14 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25 g/m²?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 37

Dotyczy części nr 14 poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozm. Uniwersalnym – L?

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 38

Dotyczy części nr 14 poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 10 lub 20 szt z przeliczeniem?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 39

Dotyczy części nr 16 poz.1

Czy zamawiający dopuści w poz. 1 podkład 60 cmx50 m, (perforacja co 50 cm), kolor niebieski, zielony, medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy z jednej warstwy folii i jednej warstwy celulozy?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 40

Dotyczy części nr 16 poz.2

Czy zamawiający dopuści w poz. 2 podkład 50 cmx40 m, (perforacja co 50 cm), kolor niebieski, zielony, medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy z jednej warstwy folii i jednej warstwy celulozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Dotyczy części nr 35

Czy zamawiający dopuści maseczki do tlenu z drenem w rozm. M?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Dotyczy części nr 6 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do podawania insuliny U40, z wtopioną igłą, j. u.. Rozmiar 1 ml U40, 30 G 0,33 x 12,7 mm.? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Dotyczy części nr 15

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 ust. 6 wzoru umowy na:

„W przypadku:

- a. zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, podanych w umowie, a także w przypadku zwłoki z wykonaniem obowiązku wskazanego w § 1 ust. 7 umowy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki;
- b. gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, według wyboru Zamawiającego, karę umowną w wysokości 2% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy albo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, którego dotyczą nieprawidłowości za każdy dzień zwłoki w naprawieniu lub wymiany na nowy towaru, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 45

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy lub odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy/odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy oraz skutków rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści par. 8 ust. 8 wzoru umowy poprzez dodanie do tego ustępu ppkt e) o następującej treści:

e) Przed rozwiązaniem umowy lub odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 46

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 8 ust. 8 wzoru umowy na:

„d) innych naruszeń istotnych postanowień umowy lub siwz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – c) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Niniejsza kara umowna może zostać naliczona, jeżeli to Wykonawca rozwiąże umowę z przyczyn leżących po jego stronie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 47

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu 9, § 8 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy poprzez nadanie par. 8 ust. 9 następującej treści: Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy

Pytanie 48

Dotyczy części nr 2, poz. 1,2

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do oddzielnej części dzięki czemu w postępowanie weźmie udział większa liczba wykonawców, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.2 poprzez wydzielenie poz. 1 i 2 do części nr 2A i utworzenie załącznika nr 2.2A.

Pytanie 49

Dotyczy części nr 4, poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do oddzielnej części dzięki czemu w postępowanie weźmie udział większa liczba wykonawców, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.4 poprzez wydzielenie poz. 2 do części nr 4A i utworzenie załącznika nr 2.4A.

Pytanie 50

Dotyczy części nr 34, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasów magnetycznych do unieruchomienia pacjenta typu salvafix na nadgarstki z zapięciem na rzepy + klucz magnetyczny, w rozmiarze uniwersalnym M/L (14 -25 cm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy części nr 34, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje opasek na nadgarstki z możliwością zamocowania bezpośrednio do ramy leża (z długimi pasami) czy z możliwością mocowania do pasa brzuszego (z krótkimi pasami)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opasek na nadgarstki z możliwością zamocowania bezpośrednio do ramy leża (z długimi pasami). W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.34 poz.1 w zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia o zapis: Opaski na nadgarstki z możliwością zamocowania bezpośrednio do ramy leża (z długimi pasami).

Pytanie 52

Dotyczy części nr 38, poz. 1-3



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy zamawiający dopuści do zaferowania kasetki z dwoma wewnętrznymi komorami zamiast jednej komory, co jest lepszym i ekonomiczniejszym rozwiązaniem, co jednorazowo daje możliwość przeprowadzenia dwóch wycinków zamiast jednego?

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 53

Dotyczy części nr 38, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści do zaferowania kasetki z pokrywką na zawiasie?

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 54

Dotyczy części nr 38, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści kasetki z otworami 1x5mm? Reszta parametrów bez zmian.

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 55

Dotyczy części nr 16, poz. 1

Zamawiający oczekuje podkładu w roli, w którym pojedynczy odcinek ma rozmiar 60 cm (szer.) x 50 cm (długość) czyli perforacja będzie co 50 cm a nie 38 cm . Prosimy o potwierdzenie.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 56

Dotyczy części nr 16, poz. 2

Zamawiający oczekuje podkładu w roli, w którym pojedynczy odcinek ma rozmiar 50 cm (szer.) x 40 cm (długość) czyli perforacja będzie co 40 cm a nie 38 . Prosimy o potwierdzenie.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 57

Dotyczy części nr 4, poz. 3

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 3: „Filtry powietrza pobieranego do inkubatora Dräger 8000 SC” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.4 poprzez wydzielenie poz. 3 do części nr 4B i utworzenie załącznika nr 2.4B.](#)

Pytanie 58

Dotyczy części nr 4, poz. 2

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta „filtry powietrza pobieranego do inkubatora CALEO” pakowane są po 20 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 20 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 59

Dotyczy części nr 13, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji pakowane w opakowaniu zbiorczym po 100szt z przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)





Pytanie 60

Dotyczy części nr 13, poz. 1-2

Czy Zamawiający usunie z opisu wymóg sterylności opasek? Obecnie nie ma na rynku dostępnych sterylnych opasek identyfikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Dotyczy części nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający usunie zapis o konieczności posiadania przez rurkę zaoblonę, samoblokującego się mandrynu i otworu na prowadnicę? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62

Dotyczy części nr 19

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki pakowane były w opakowania jednostkowe posiadające fabryczne zgrzewy zapewniające zachowanie anatomicznego kształtu rurki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 63

Dotyczy części nr 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoodleżynowy o wymiarach 196 x 86 x 12,7 cm bez dodatkowych wypustek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Dotyczy części nr 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoodleżynowy o wymiarach 198 x 86 x 20,3 cm bez dodatkowych wypustek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Dotyczy części nr 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoodleżynowy bez funkcji automatycznego dostosowania ciśnienia w zależności od wagi pacjenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Dotyczy części nr 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu materac powietrzny przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV). System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 135 kg włącznie, bez wagi minimalnej pacjenta. Materac monoblokowy, zbudowany z 16 anatomicznych komór rurowych, poprzecznych, przykrywany prześcieradłem. Materac czterostrefowy o wysokości komór od 8,9 cm do 12,7 cm. Materac o wymiarach 188cm x 89cm x 18cm, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka. Materac wyposażony w funkcję CPR. Zestaw składa się z: materaca - podkład piankowy o wysokości ok. 5 cm zabezpieczony w osobnym pokrowcu zintegrowanym z materacem, podwójny wąż powietrza, pokrowiec zapinany na suwak z okapnikiem oraz pompa zasilająca wyposażona w funkcję regulacji ciśnienia w materacu, płynna regulacja komfortu pacjenta, zaczepy/uchwyty do zawieszenia na ramie łóżka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 67

Dotyczy części nr 18, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 zmieni wskazaną ilość wkładów na 24 miesiące (120 szt.), tak aby była wielokrotnością 50 szt, np. na 150 szt.

Producent pakuje wymagane wkłady w opakowania zbiorcze po 50 szt. dlatego wnosimy o zmianę wymaganej ilości na 150 szt.

Odpowiedź: [Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 68

Dotyczy części nr 18

W związku z tym, że producent wkładów Flovac pakuje je zbiorczo po 50 szt. czy Zamawiający potwierdzi że minimalną zamawianą jednorazową ilością wkładów będzie po 50 szt. ?

Odpowiedź: [Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 69

Dotyczy części nr 18, poz. 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający zaakceptuje filtry antibakteryjne o kształcie prostokątnym, pasujące do ssaka Hospivac 350, które nie są wyrobem medycznym, które spełniają wymogi filtra bakteryjnego sugerowane przez Centrum Rozwiązań i Kierownictwo Rozwoju Zdrowia Radiologicznego dla Zasilania Pompy Ssącej 510 (k)s.?

Odpowiedź: [Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.](#)

Pytanie 70

Dotyczy formularza ofertowego, pkt 1

Prosimy o poprawienie terminu związania ofertą na 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

Odpowiedź: [Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego poprzez zmianę terminu związania ofertą z 60 dni na 30 dni.](#)

Pytanie 71

Dotyczy §8 ust. 6 pkt a)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto każdej części obciążonej opóźnieniem lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: [Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.](#)

Pytanie 72

Dotyczy części 13, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 73

Dotyczy części 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny w uniwersalnym rozmiarze L?

Odpowiedź: [Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 74

Dotyczy części 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny występujący w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: [Zamawiający nie dopuszcza.](#)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 75

Dotyczy części 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z folii o wymiarach 71x116cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76

Dotyczy części 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z folii o wymiarach 71x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 77

Dotyczy części 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 78

Dotyczy części 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym, z wycięciem „Y” pod szyją, zakładaną przez głowę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79

Dotyczy części 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 80

Dotyczy części 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie z niepodszitymi rękawkami i nogawkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81

Dotyczy części 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie występujące w rozmiarze od S do XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82

Dotyczy części 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę posiadającą 2 duże kieszenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Dotyczy części 14, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 84

Dotyczy części 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², w skład kompletu wchodzi prześcieradło 150x210cm, poszwa 160x210cm, poszewka 70x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 85

Dotyczy części 16, poz. 1- 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z pulpy laminowanej, nieprzemakalny?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 86

Dotyczy części 16, poz. 1- 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z papieru laminowanego termicznie, nieprzemakalny?

Odpowiedź: [Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 87

Dotyczy części 16, poz. 1- 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm, szerokością 50cm i długością 50m?

Odpowiedź: [Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 88

Dotyczy części 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm, szerokością 58cm i długością 50m?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 89

Dotyczy części 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm, szerokością 48cm i długością 50m?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 90

Dotyczy części 21, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kateter w rozmiarze 16-18 o długości 24cm, 20-40 o długości 37cm?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 91

Dotyczy części 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z wysokiej jakości celulozy o gramaturze materiału 50g/m²; miękkie i wytrzymałe; w rozmiarze 40 cm x 70 cm.; w opakowaniu foliowym po 50 sztuk?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 92

Dotyczy części 34, poz. 1- 2

Czy Zamawiający dopuści pasy w rozmiarze M-L, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 93

Dotyczy części 16, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład podfoliowany w rozmiarze 58 cm x 50 mb, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 94

Dotyczy części 16, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład podfoliowany w rozmiarze 50 cm x 50 mb, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95

Dotyczy części 23, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu o fakturze radełkowej (co zapewnia pewny uchwyt i zapobiega ślizganiu się), o strumieniu świetlnym - 80000 LUX, z 3 letnią gwarancją, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 96

Dotyczy części 23, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający opisując „gotowa do użytku” ma na myśli tyżkę, którą wyciąga się z opakowania i wpina do rękojeści, czy zestaw – tyżka złączona już z rękojeścią?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tyżkę, którą wyciąga się z opakowania i wpina do rękojeści.

Pytanie 97

Dotyczy części 23, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tyżek plastikowych, zgodnych z pozostałymi wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Dotyczy części 23, poz. 2

Czy zamawiający dopuści tyżki laryngoskopowe w rozmiarach różniących się o około +/-10 % od opisanych, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ? W przypadku odmowy prosimy o podanie procentowo lub jednostkowo dopuszczalnej różnicy rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99

Dotyczy części 40

Czy Zamawiający wymaga cewnika do dializy prostego, czy zakrzywionego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje cewnika zakrzywionego. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia w części nr 40. (Załącznik nr 2.40 do SIWZ)

Pytanie 100

Dotyczy części 40

Czy Zamawiający wymaga cewnika w rozmiarze 12F, czy 13,5F.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewnika w rozmiarze 13,5F. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia w części nr 40. (Załącznik nr 2.40 do SIWZ)

Pytanie 101

Dotyczy części 40

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długościach: 15cm, 20cm, 24cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 102

Dotyczy części 22

W nawiązaniu do przetargu - DZP/58/2020, zwracam się uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 22 pozycji 2 i 5 - tak aby stanowiły one jedną odrębną całość. Pozwoli nam to na zaoferowanie Państwu najlepszej oferty cenowej prosto od producenta .

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.22 poprzez wydzielenie poz. 2 i poz.5 do części nr 22A i utworzenie załącznika nr 2.22A.](#)

Pytanie 103

Dotyczy części 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku w Pakiecie nr 38 ?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj.np. kasetki, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści siwz.](#)

Pytanie 104

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych części na które Wykonawca składa ofertę.](#)

Pytanie 105

Dotyczy części 38, poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie kasetek na zawiasie. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.](#)

Pytanie 106

Dotyczy części 38, poz. 3,4,5

Prosimy o dopuszczenie kasetek z zespolonym wieczkiem, o otworach 1,6x1,6mm.

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 38, poz. 3 \(załącznik nr 2.38 do SIWZ\) poprzez usunięcie zapisu „ z zespolonym wieczkiem”. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.](#)

Pytanie 107

Dotyczy części 38, poz. 3,4,5

Prosimy o dopuszczenie kasetek w opakowaniu po 250 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 108

Czy Zamawiający może zadeklarować, iż minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto? Wykonawca wskazuje, iż określony w ten sposób próg minimalnej wartości zamówienia ma wpływ na właściwe dokonanie wyceny oferty z uwagi na ewentualne koszty dostaw, oraz uwzględnia czynniki ekologiczne, takie jak ograniczenie liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej.

[Odpowiedź: Zamawiający nie może zadeklarować.](#)

Pytanie 109

Dotyczy treści umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §8 ust. 6 i ust. 8 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest



odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 110

Dotyczy treści umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §8 ust. 8 pkt. b wzoru umowy w ten sposób, aby aktywacja uprawnienia do odstąpienia od umowy po stronie Zamawiającego następowała w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni roboczych. Powyższe będzie spójne z terminem dostawy oraz regułami naliczania kar umownych (w związku z zaistnieniem zwłoki), nadto uwzględni organizację pracy zakładów obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 111

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednorazowa kara umowna naliczona w oparciu o zapis §8 ust. 6 wzoru umowy nie przekroczyła poziomu 15% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia cząstkowego, a łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiają wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 112

Dotyczy treści umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą, aby naliczanie kary umownej wskazanej w §8 ust. 6 wzoru umowy następowało od niezrealizowanej części dostawy/wadliwej części dostawy, a nie od całości umowy bez względu na stopień zaawansowania wykonania umowy oraz wartość jednostkowej dostawy.

Wykonawca zwraca się z prośbą, aby naliczanie kary umownej wskazanej w §8 ust. 8 wzoru umowy następowało od niezrealizowanej części umowy, a nie od całości umowy bez względu na stopień zaawansowania wykonania umowy.

Wykonawca wskazuje, iż przejawem rażącej dysproporcji jest naliczanie kary od wartości zrealizowanej już części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 113

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonstrukcję, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy poprzez dodanie paragrafu 14 o następującej treści: Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.
6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pytanie 114

Dotyczy treści umowy

W nawiązaniu do zapisu §14 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zmiany umowy także w zakresie terminu wykonania cząstkowej dostawy także w przyczyn leżących po stronie producenta dostarczanego asortymentu. W takich sytuacjach istniałaby możliwość, po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, zastąpienia produktu deficytowego produktem równoważnym. Wykonawca wskazuje, iż umowa będzie wykonywana w dłuższym przedziale czasu, i ewentualne zmiany w zakresie dostępnego na rynku asortymentu są nieuniknione. Wprowadzenie odpowiednich klauzul adaptacyjnych umożliwi Stronom prawidłową realizację umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 115

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesiące z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 116

Dotyczy treści umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, jaką karą będzie obciążony z tytułu wadliwej dostawy - §8 ust. 6 lit. b wzoru umowy przewiduje bowiem dwie możliwości, nie wskazując jednocześnie przesłanek jakimi kierować się będzie Zamawiający przy wyborze jednej z alternatyw. Tak sformułowany zapis uniemożliwia Wykonawcy dokonanie właściwej oceny ryzyka związanego z realizacją umowy, co rzutuje na prawidłowość i rzetelność treści składanej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści par. 8 ust. 6 lit. b) umowy poprzez nadanie temu postanowieniu następującej treści:

b. gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w naprawie lub wymiany na nowy towar, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego

Pytanie 117

Dotyczy treści umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację przez Zamawiającego z zapisu §8 ust. 9 wzoru umowy. Wskazany zapis stanowi bowiem o nieuprawnionej kumulacji kar, natomiast zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z dnia 16 stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10) - obciążenie dwukrotną karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w nienależyтым wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 353¹ w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). W Wyroku SN z dnia 28 stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano: (...) *nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania*. Również zgodnie z wytycznymi komentatorów jeśli w umowie zastrzeżono karę umowną "na wypadek" odstąpienia, to kara taka sankcjonuje zwłokę, która doprowadziła - wskutek odstąpienia - do przekształcenia się stanu nienależytego wykonania zobowiązania w stan jego niewykonania. Nie jest możliwe „kumulowanie” kar, jako że każda z nich odnosi się do innego roszczenia (kara za zwłokę: do roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania; kara „na wypadek” odstąpienia: do roszczenia o jego niewykonanie), oba zaś te roszczenia nie mogą wystąpić równocześnie. Potwierdzeniem tego



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



są orzeczenia SN, w których stwierdzono, że skoro zobowiązania w ogóle nie wykonano, niemożliwe jest zarazem, by je wykonano, tyle że nienależycie. Nie może dochodzić do obu kar naraz, bo retroaktywność odstąpienia (natura stosunku prawnego odstąpienia) na to nie zezwala. Art. 494 k.c. ma charakter przepisu kogentywnego w części, w jakiej określa "naturę" stosunku prawnego odstąpienia; w związku z tym niedopuszczalne jest porozumienie stron, które tą naturę miałyby modyfikować. Potwierdzeniem powyższego jest również orzecznictwo. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2017 roku (I ACa 1259/16) wprost wskazano, że *roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy*. Podobnie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt: III CZP 39/12).

[Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści par. 8 ust. 9 umowy poprzez nadanie temu postanowieniu następującej treści: Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.](#)

Pytanie 118

Dotyczy części 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny laryngoskop bez funkcji ostrzegającej o wyczerpywaniu baterii, poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 119

Dotyczy części 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny laryngoskop ze źródłem światła: dioda LED, temperatura koloru 6500K, wskaźnik odwzorowania koloru CRI 75, natężenie światła 11500 Lux (mierzone na końcu tyżki) ?

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 120

Dotyczy części 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści metalową ergonomiczną rękojeść, radełkowaną (co zapewnia pewny uchwyt)?

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)

Pytanie 121

Dotyczy części 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny laryngoskop z możliwością sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu baterii i źródła światła)?

[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 122

Dotyczy części 23, poz.2

Czy Zamawiający dopuści tyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku pakowane pojedynczo, gotowe do użytku, opakowanie zbiorcze: torebka 20 szt. 1,2,3,4 o parametrach (długość całkowita) Rozm. 1 - 90mm, Rozm. 2 - 116 mm, Rozm. 3- 134 mm, Rozm. 4 - 155mm?


[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 123

Dotyczy części 35, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne jednorazowe maseczki pediatryczne z drenem do podawania tlenu w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym?

[Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.](#)





Pytanie 124

Dotyczy części 35, poz.1

Czy Zamawiający wymaga jednorazowych maseczek pediatrycznych pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga. W związku z tym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 35 poz. 1 o zapis: pozbawione szkodliwych ftalanów.*

Pytanie 125

Dotyczy części 42, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe, oznaczenia kolorystyczne według rozmiarów elektrod, czujnik wykonany ze srebra gwarantujący równomierny i miarodajny zapis, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej 1 op = 25sztuk?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 126

Dotyczy części 42, poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny kabel do elektrod igłowych kompatybilny z pozycją nr 1?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 127

Dotyczy części 23, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego (standardowa lub krótka do wyboru przez Zamawiającego), zasilana bateryjnie, zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 128

Dotyczy części 23, poz.2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek laryngoskopowych o parametrach dla: roz 2 (115 mm/14mm), dla roz 3 (133mm/14mm), dla roz 4 (163mm/14mm), opakowanie zbiorcze 20szt.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 129

Dotyczy części 23, poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie łyżki do laryngoskopu w rozmiarze 1 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 23 poz. 2 poprzez wyłączenie łyżki do laryngoskopu w rozmiarze „1” do oddzielnej części nr 23A (załącznik nr 2.23A)*

Pytanie 130

Dotyczy części 14, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o gramaturze 35g/m² w kolorze zielonym.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 131

Dotyczy części 14, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli jednorazowej z włókniny polipropylenowej 17g/m² w składzie:
-Prześcieradło 210x140 cm; Poszwa 200x140cm; Poszewka 80x80cm

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 132

Dotyczy części 27, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylneho zestawu do osłony sondy.

Skład zestawu:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm,
- 1 osłona sondy 244x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133

Dotyczy części 27, poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134

Dotyczy części 27, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylneho zestawu do osłony sondy.

Skład zestawu:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm,
- 1 osłona sondy 15x61 cm, wykonana z czystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 135

Dotyczy części 27, poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Dotyczy części 33

W opisie przedmiotu Zamawiający nie określił rozmiaru kocyka. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy wymagany asortyment do okrycia pacjenta ma posiadać wymiary 110x210 cm o gramaturze, 144 g/m², waga ok. 332g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 137

Dotyczy części 33

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje kocyka koloru białego, który posiada możliwość podgrzania do 60 stopni do 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 138

Dotyczy części 33

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kocyk ma być wykonany z włókniny polipropylenowej 28g/m² (warstwa zewnętrzna) i z poliestru 88g/m² (wypełnienie)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje. W związku z tym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia części nr 33 o zapis: wykonany z włókniny polipropylenowej 28g/m² (warstwa zewnętrzna) i z poliestru 88g/m² (wypełnienie)?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 139

Dotyczy części 5 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacja dodatkowa:

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania została dokonana modyfikacja SIWZ w dniu07.2020r. oraz ulegnie zmianie treść pierwotnego Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 555025-N-2020 w dniu 29.06.2020r. oraz zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 29.06.2020 r.

Zmiany do ogłoszenia zostały przekazane celem publikacji do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu ..10...07.2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż w z związku z modyfikacją SIWZ został przesunięty termin składania ofert i termin otwarcia ofert na dzień ..20...07.2020 r. (godziny pozostają bez zmian)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka

SPORZĄDZIŁA: Karina Kmiecik
Tel. 054 412 94 50, Fax: 054 412 94 35



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**KUJAWY
POMORZE**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego