



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22

Wrocław, dnia 07.03.2023r.

Dotyczy: **TP 13/23 dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ) Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1 Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie (zarówno spodnia jak i wierzchnia rękawica), o zawartości protein max 30µg/g, o grubości : rękawica spodnia grubość na palcu 0,18mm+/-0,03, na dłoni min. 0,10mm, na mankiecie min. 0,10mm, rękawica wierzchnia grubość na palcu 0,21mm+/-0,02, na dłoni 0,17mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

PYTANIE 2 Zadanie 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o informacje czy oczekuje zaoferowanie 1600 kompletów (po 2 pary) rękawic czy oczekuje zaoferowania 1600 par czyli 800 kompletów (po 2 pary rękawic)?

Odp.: Zamawiający oczekuje 1600 kompletów (po 2 pary) rękawic.

PYTANIE 3 Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 240mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

PYTANIE 4 Zadanie 4, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 50\mu\text{g/g}$?

Odp.: W zadaniu 4, pozycja 1 Zamawiający oczekuje rękawicy foliowej.

PYTANIE 5 Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, na mankiecie 0,07mm+/-0,02?

Odp.: W zadaniu 4, pozycja 1 Zamawiający oczekuje rękawicy foliowej - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl

PYTANIE 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie zadania 4 poz. 2 rękawic o grubości w strefie dłoni min. 0.10mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

PYTANIE 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie zadania 4 poz. 3 oczekuje rękawic tylko pojedynczo chlorowanych, bez dodatkowej warstwy polimerowej na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej.

Odp.: Zamawiający oczekuje rękawic pojedynczo chlorowanych nie polimeryzowanych – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.