



EZ.272.029.2024

Wrocław, dnia 18.10.2024r.

EZ/843/24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy pozostałych materiałów medycznych do badań diagnostycznych oraz odczynników i testów do badań diagnostycznych (sygnatura sprawy: **EZ/783/415/24**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ.

Pytanie nr 1

Dot. Zad.10 poz.1

"Prosimy informację czy Zamawiający wymaga elektrody z kablem czy samej elektrody bez kabla?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody z kablem lub bez kabla.

Pytanie nr 2

Dot. Zad.10 poz.1

" Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej z kablem o powierzchni aktywnej 104cm², pakowanych jednostkowo w opakowania zbiorcze po 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 360op., przedstawionych na grafice poniżej."



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl






Pytanie nr 3

Dot. Zad.10 poz.1

" Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej bez kabla o powierzchni aktywnej 104cm², pakowanych po 5 szt. w opakowanie zbiorcze po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 90op., przedstawionych na grafice poniżej."



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Zad.12

" Z uwagi na różnorodność produktów w Zadaniu 12 prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, iż zamawiający ma możliwość wydzielenia pozycji do osobnego Pakietu, gdyż nie jest to postępowanie powyżej progu unijnego oraz nie spełnia przesłanek do zastosowania art 25 ustęp 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz 2019)"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dot. Zad.12, poz.3

" Prosimy o wskazanie technologii w jakiej mają pracować czujniki."

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje technologię - OxiMax Technology. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 6

Dot. Zad.12, poz.3

" Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o czujniki jednorazowe."

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 7

Dot. Zad.12, poz.3

" Prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków/dorosłych, z przedziału wagowego <3kg oraz >30kg."

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników dla noworodków do 5 kg. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 8

Dot. Zad.17, poz.1

" Prosimy o dopuszczenie elektrod neutralnych, dzielonych, o powierzchni aktywnej 33cm², przedstawionych na grafice poniżej:"



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Zad.18, poz.1

" Prosimy o informację z jakim aparatem ma być kompatybilna elektroda, w celu dobrego dopasowania kabla."

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod kompatybilnych z aparatami: Valleylab, Erbe, Aesculap. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 10

Dot. Zad.18, poz.1

"Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej z kablem o powierzchni aktywnej 104cm², dla pacjentów powyżej 5kg, pakowanych jednostkowo w opakowania zbiorcze po 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 8op., przedstawionych na grafice poniżej:"

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2 Formularz cenowy Zadanie 18 poz. 1 i jej nie zmienia.

Pytanie nr 11

Dot. Zad.19

" Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 19 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w zintegrowane z tym testem narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 12

Dot. Zad.19

" Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 19 – Test ureazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 13

Dot. Zad.12, poz. 2

" Czy zamawiający dopuści czujnik SpO2, nie posiadający w zestawie naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron, ułatwiających aplikację. Nie posiadający miedzianej osłony Faraday'a. Pozostała część bez zmian. Zdjęcie czujnika w złączeniu."


Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 14

Dot. Zad.12, poz.3

" Proszę o podanie w jakiej technologii pracuje obecnie używany czujnik oraz numer REF."

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje technologię -OxiMax Technology, nr REF: SCNEO-1

Pytanie nr 15

Dot. Zad.14, poz.1

" Czy zamawiający dopuści, jednorazowe elektrody noworodkowe z przewodem 50 cm, 23x30 mm, wtyk DIN 1,5 mm, 3 sztuki w opakowaniu?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 16

Dot. Zad.15, poz.1

" Proszę o podanie w jakiej technologii pracuje obecnie używany czujnik oraz numer REF."

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje technologię czujnika: RD SET INF ADH oraz nr REF: 4002

Pytanie nr 17

Dot. Zad.9, poz.1

" Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu sterylności elektrody do defibrylacji. Elektrody są jednorazowego użytku, zatem nie widzimy zasadności aby były sterylne. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie elektrod mikrobiologicznie czystych, pakowanych parami z zachowaniem warunków czystości, jednorazowego użytku. Nie ma możliwości zaoferowania tego asortymentu w wersji sterylnej gdyż takie elektrody nie są produkowane."

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu sterylności. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu elektrody mikrobiologicznie czyste z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie nr 18

Dot. Zał. nr 3 do SWZ wzór umowy §9 pkt. 6

" Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę."

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w §9 pkt. 6 wzoru umowy każdorazowo będzie zwracał się do wykonawcy o zgodę na przedłużenie czasu trwania umowy.

Pytanie nr 19

Dot. Zad.9, poz.1

" Czy zamawiający dopuści elektrodę biologicznie czystą, pakowaną po 2 sztuki, opakowanie szczelnie zamknięte?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie nr 20

Dot. Zad.12, poz.1

" Czy Zamawiający dopuści czujnik niesterylny?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dot. Zad.12, poz.1

" Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta”?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Dot. Zad.12, poz.1

"Czy Zamawiający dopuści opaskę typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta dołączoną osobno?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opaskę pakowaną osobno pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów opisanych w Zał. nr 2 Formularz cenowy Zadanie 12 poz. 1

Pytanie nr 23

Dot. Zad.12, poz.2

"Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kólek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika”?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujnik bez naklejek do mocowania.

Pytanie nr 24

Dot. Zad.12, poz.3

"Czy Zamawiający oczekuje czujnika jedno czy wielorazowego?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika jednorazowego. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 25

Dot. Zad.14, poz.1

"Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 22mm, podłoże z pianki, kabel 60cm, nieradioprzeierne?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dot. Zad.15

"Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga czujników Masimo Set z końcówką RD (płaska wtyczka) czy LNCS (pinowe)?"

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników Masimo Set z końcówką RD (płaska wtyczka). Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 27

Dot. Zad.15

"Czy zamawiający oczekuje czujników saturacji wykonanych w technologii Masimo SET – eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnału z krwi żyłnej?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników saturacji wykonanych w technologii Masimo SET. Zamawiający dokonał modyfikacji Zał. nr 2 Formularz cenowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 28

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?"

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną."

Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2 do SWZ Formularz cenowy oraz w SWZ Rozdz. XXI pkt 3.

Pytanie nr 29

"Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie widzi takiej możliwości z uwagi, iż zamówienia składane są wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 30

"Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)"

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust. 11 wzoru umowy określił minimalny stopień realizacji umowy i go nie zmienia.

Pytanie nr 31

"Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w § 10 ust. 2 i 3 wzoru umowy i go nie zmienia.

Pytanie nr 32

”Prosimy o modyfikację zapisów § 11 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 25.10.2024r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 23.11.2025r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

1. Zał. nr 2 Formularz cenowy – po modyfikacji

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**