

Dreżdenko, dnia 25 listopada 2022 roku

Do
Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/25/2022

WYJAŚNIENIA DO ZŁOŻONYCH PYTAŃ

Pytanie 1

dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego, poz. 7

Czy zamawiający dopuści probówki z PP 5ml z zakrętką, sterylne, pakowane po 100szt? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. do pytania 1

Probówki z poz. 7 mogą być pakowane w opakowanie zbiorcze po 100szt., pod warunkiem, że każda probówka jest sterylna i pakowana pojedynczo oraz opatrzona jest datą ważności sterylizacji.

Z poważaniem

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 25.11.2022 r.