

Dreżdenko, dnia 11 grudnia 2024 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/22/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1. Śruba blokowana o średnicy 4,9mm z gwintem gwiazdkowym, dostęp do długości w zakresie 26-78mm z przeskokiem co 2mm oraz długości 80 i 85mm. Produkt niesterylny. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 1

Nie stawia się dodatkowych wymagań w zakresie rodzaju gniazda śruby blokującej wymaganej w pakiecie 1 poz. 1c.

Ww. proponowane długości śrub są tożsame z wymaganiami Zamawiającego. Między długością 78mm a 80mm jest odległość 2mm, dlatego między wymaganym zakresem długości (26-80mm z przeskokiem co 2mm oraz długość 85mm), a proponowanym zakresem długości (26-78mm z przeskokiem co 2mm oraz długości 80 i 85mm) nie ma różnicy.

Pytanie 2

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8: Śruba korowa samogwintująca o średnicy 3,5mm, średnica głowy śruby 6mm. Dostęp do długości 8-44mm z przeskokiem co 2mm, 45-75mm z przeskokiem co 5mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 8c na śrubę korową samogwintującą o średnicy 3,5mm, średnica głowy śruby 6mm, dostęp do długości 8-44mm z przeskokiem co 2mm, 45-75mm z przeskokiem co 5mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Z poważaniem

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.