



Warszawa, dnia 10 lipca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz elementów upostaciowanych moczu” – sprawa nr 27/PN/2020/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje następujących zmian w SIWZ:

Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 1 do formularza oferty – Parametry graniczne poz. 1

Czy Zamawiający dopuści hybrydowy analizator do badań fizykochemicznych i osadów moczu w postaci jednego analizatora?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja analizatorów pozwalała na opcjonalny dla użytkownika wybór pracy: oddzielnie analizator będący czytnikiem pasków i analizator elementów upostaciowanych lub razem (analizatory pracujące synchronicznie).

Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 1 do formularza oferty – Parametry graniczne poz. 11

Czy Zamawiający dopuści analizator z obsługą przez komputer zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga o ile przy spełnieniu warunku, że obsługa analizatorów będzie możliwa przez ekran dotykowy.

Pytanie nr 3 dotyczy zapisów SIWZ pkt 3.9

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie z obowiązującym prawem polskim „Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznik nr 1 do formularza oferty.

prosimy o potwierdzenie, że identyczne brzmienie punktów 37 i 38 parametrów granicznych jest wynikiem omyłki pisarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w punkcie 38 omyłkowo znalazł się zapis z punktu 37. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w punkcie 38.

BYŁO:

W czasie trwania umowy dostarczenie oraz zainstalowanie przez oferenta oprogramowania konwerter do połączeń typu serial aparatu z LSI), które pozwala zamawiającemu na przeprowadzanie oceny statystycznej wyników kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz umożliwia śledzenie wyników kontroli zastosowanej przez innych użytkowników (poprzez łącze internetowe)

JEST:

W czasie trwania umowy dostarczenie oraz zainstalowanie na koszt oferenta obiektywu 10 x oraz wyposażenia do posiadanego przez zamawiającego mikroskopu Olympus; wyposażenie

powinno umożliwiać ocenę morfologii elementów upostaciowanych w świetle spolaryzowanym i digitalizację ich obrazów

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ § 2 ust 8.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 72 godzin.”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, dokonuje modyfikacji zapisu.

BYŁO:

- 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze.

JEST:

- 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 72 godzin w dni robocze.

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu, a faktura wysyłana jest pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, dokonuje modyfikacji zapisu §3 ust. 1

BYŁO:

1. Wykonawca wraz z każdą dostawą częściową jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury wraz z jej kopią potwierdzający nazwę, ilość i cenę towaru.

JEST:

1. Wykonawca w dniu dostawy częściowej zobowiązany jest dostarczyć oryginał faktury w wersji papierowej lub przesłać w wersji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania Broker Infinite IT Solutions.

Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację: „Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w terminie do 48 godzin w dni robocze, od daty zgłoszenia uszkodzenia faxem na nr, telefonicznie na nr: lub pocztą elektroniczną na adres:”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, dokonuje modyfikacji zapisu.

BYŁO:

Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w terminie do **24 godzin**, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od daty zgłoszenia uszkodzenia faxem na nr, telefonicznie na nr: lub pocztą elektroniczną na adres:

JEST:

Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w terminie do **48 godzin**, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od daty zgłoszenia uszkodzenia faxem na nr, telefonicznie na nr: lub pocztą elektroniczną na adres:

Pytanie nr 8 dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ §11 ust.1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 250 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ §11 ust.1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego”? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90 %, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, dokonuje modyfikacji zapisu.

BYŁO:

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

JEST:

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ § 13 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 9 „Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, dokonuje modyfikacji zapisu.


W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający zmienia **termin składania ofert** z dnia 16 lipca 2020 roku godz. 10:00 na dzień **17 lipca 2020 roku** na godz. **10:00. Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **17 lipca 2020 roku** o godz. **10:30.**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządziła: Bogumiła Kalinowska

SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Bogumiła Kalinowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Adriana Pękacz

ZAŁĄCZNIK NR 3

ISTOTNE, DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **9/PN/2020/BK**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

DOSTAWA

§1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań, zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym **załącznik nr 1A i 1B** do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw odczynników przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Każdorazowo dostarczony Zamawiającemu odczynnik będzie miał termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu pod warunkiem nieprzekroczenia wartości zadania ogółem.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw częściowych odczynników w terminie do **4 dni roboczych**, a dostaw w trybie „pilnym” w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: _____ lub telefonicznie pod numerem _____ przez pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Centralnego Laboratorium Klinicznego w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ do 14⁰⁰, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia towaru w pomieszczeniach Centralnego Laboratorium Klinicznego, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki w formie papierowej lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www.....” wraz z pierwszą dostawą towaru, a następnie po każdej zmianie ww. dokumentów.
4. Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad, fabrycznie nowych i oryginalnie zapakowanych.
5. Każda partia danego towaru musi być zgodna asortymentowo ze złożonym zamówieniem.
6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.
7. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzone podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż w dniu następnym.
8. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru po dokonaniu odbioru:

- 1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: lub e-mailem na adres:
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 72 godzin w dni robocze.

§3.

1. Wykonawca w dniu dostawy częściowej zobowiązany jest dostarczyć oryginał faktury w wersji papierowej lub przesłać w wersji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania Broker Infinite IT Solutions.
2. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie **60 dni** od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania Broker Infinite IT Solutions.
3. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny u Zamawiającego, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
5. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy towaru.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

DZIERŻAWA ANALIZATORA

§4.

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu (nazwa) typ rok produkcji firmy i oddaje Zamawiającemu powyższe urządzenie wraz z jego komponentami do dokumentowania i wysyłania wyników badań) do używania i pobierania pożytków w Centralnym Laboratorium Klinicznym. Szczegółowe parametry aparatu i jego komponentów określa załącznik nr ___ do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi aparatu, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu oraz zapewni montaż, instalację, serwis i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu potwierdzone protokołem szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr _____ do niniejszej umowy.
3. Aparat, o którym mowa w ust. 1 wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Zamawiającemu do **7 dni** od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr ___ do niniejszej umowy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego przekazania sprzętu w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

§5.

1. Zamawiający będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzenia, wynikających z zaleceń producenta aparatu oraz dokonywania napraw wynikających z normalnej eksploatacji urządzenia, jak również do usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego.
3. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w terminie do **24 godzin**, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od daty zgłoszenia uszkodzenia faxem na nr, telefonicznie na nr: lub pocztą elektroniczną na adres:
4. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego aparatu musi zostać wykonana w innym miejscu niż miejsce zainstalowania u Zamawiającego lub gdy przewidywany czas naprawy aparatu będzie wynosił więcej niż **4-5 dni roboczych**, Wykonawca, w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań udostępni inne, urządzenie o podobnej generacji o parametrach nie gorszych niż aparatu będącego przedmiotem dzierżawy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2018.419), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.2018.412), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 5 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
7. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającego (na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§6.

1. Zamawiający przyjmuje aparat w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymać go w stanie nie pogorszonym przez czas trwania dzierżawy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zużycie wynikające na skutek normalnego używania aparatu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
3. W okresie dzierżawy, w ramach czynszu dzierżawnego, Wykonawca będzie zapewniał serwis, konserwację, walidację oraz naprawy wynikające z normalnego użycia przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu, który to koszty naprawy będzie pokrywał Zamawiający.

§7.

1. Zamawiający nie może oddać aparatu w całości lub częściowo osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed uszkodzeniem lub jego utratą spowodowaną jego niewłaściwą obsługą i działaniem osób trzecich.
3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy łącznie z poniesieniem ryzyka kradzieży, zniszczenia na skutek pożaru czy nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń.
4. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń do zwrotu kwoty brutto wartości aparatu pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§8.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, tj. od dnia 2020 roku do dnia.....2021 roku lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §2 ust. 2 i §7 ust. 1.
2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem2021 roku umowa wygasa z dniem wykorzystania wartościowego umowy.

§9.

1. Całkowita wartość umowy wynosi brutto:

..... zł

(słownie: złotych00/100).

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę odczynników według cen jednostkowych wymienionych w **załączniku nr 1A i 1B** do niniejszej umowy.
3. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień §14.
4. Czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie:
..... zł
(słownie: złotych groszy)
zgodnie z załącznikiem nr **1C** do umowy.
5. Miesięczna kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 4 obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
6. Wraz z pierwszą fakturą za czynsz dzierżawny Wykonawca dostarczy protokół odbioru, instalacji i protokół szkolenia, podpisany przez przedstawicieli stron umowy.
7. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą odczynników oraz dzierżawą analizatora w szczególności: transport, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty celne, czynsz dzierżawny.
8. W przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń wymienionych przez Zamawiającego w załączniku 1B - formularz asortymentowo-cenowym w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia do Zamawiającego. Całkowity koszt materiałów zużywalnych i dostawy ponosi Wykonawca.
9. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
11. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

§10.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w **załączniku nr 1A i 1B** do umowy w zakresie ilości i wartości nie więcej niż o 30% całkowitej wartości brutto umowy lub 30% asortymentu, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawę niezamówionego asortymentu lub dzierżawę analizatora.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

§11.

1. W celu zabezpieczenia wykonania umowy Strony ustalają następujące kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru ze stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub nieterminowego usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad) w wysokości 1% wartości brutto dostawy częściowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy aparatu – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w (załączniku nr ___ do Umowy) – w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, naliczenie kary umownej nie zwalania Wykonawcy od wykonania umowy zgodnie z zakresem obowiązków wynikających ze złożonej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wady w terminie wskazanych w ust 2, po upływie tego okresu kary zostaną naliczone ponownie.

- 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający przed naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – niekompletna dostawa i pkt 3) – nienależyte wykonania umowy każdorazowo wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy w terminie 2 dni roboczych. Brak kompletnej dostawy lub należytego wykonania obowiązków określonych w parametrach granicznych analizatora w powyższym terminie będzie skutkować naliczeniem kar umownych.
3. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§12.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niżej wymienionych sytuacjach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo jej niezrealizowanej części umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie, to jest w przypadkach, w których Wykonawca: nie wykonuje przedmiotu umowy, nienależyte wykonuje przedmiot umowy, w szczególności, w przypadku nieterminowej lub niekompletnej dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie oraz w innych przypadkach, w których Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z obowiązków umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części, w terminie 10 dni, jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.
5. W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§13.

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy,
 - 2) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia odczynników na listę cen urzędowych – zobowiązuje Wykonawcę w każdym momencie realizacji umowy do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen odczynników nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć odczynniki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 - 3) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta odczynników stwierdzające ten fakt,

- 4) zmiany wielkości opakowania, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 4, a Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej,
 - 5) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 z zastrzeżeniem nie wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 6) przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową,
 - b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji odczynników,
 - c) niższej ceny odpowiednika,zmiana, o której mowa w pkt 7) będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co odczynnik objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena odczynnika objętego umową,
 - 7) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr _____ do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt,
 - 8) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 9) Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie.
2. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie (np. poczta elektroniczna, fax).
 3. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
 5. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.
 6. Strony podają następujące adresy do doręczeń:
 - 1) Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
 - 2) Wykonawca:
 7. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§14.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
 - 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp),
 - 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 - 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 - 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 - 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 - 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§15.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PARAMETRY GRANICZNE

Urządzenie:.....

Producent / Firma

Oferowany model, typ rok produkcji

Lp.	Parametr wymagany	Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE	Opis parametru
1.	<p>Automatyczny analizator do odczytów pasków testowych przeznaczonych do analizy moczu (parametry fizykochemiczne) - wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2017 roku - oraz analizator do cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowanych moczu i płynów z jam ciała - wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2017 roku .</p> <p>Do analizatorów powinny być dołączone zewnętrzne komputery i drukarki czarno-białe oraz UPS-y w liczbie zapewniającej ich sprawne działanie.</p> <p>(producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji)</p>		
2.	<p>Konstrukcja analizatorów pozwalająca na opcjonalny dla użytkownika wybór pracy: oddzielnie do każdego z analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) lub razem (analizatory pracujące synchronicznie) pozwalające na wykonanie badań z tej samej próbki – bez konieczności przenoszenia jej.</p>		
3.	<p>System o wydajności pozwalającej na wykonanie pełnej analizy moczu minimum 40 oznaczeń / godzinę</p>		
4.	<p>Wymagane parametry fizykochemiczne moczu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barwa • Klarowność • pH • Glukoza • Bilirubina • Ciała ketonowe • Erytrocyty; Leukocyty • Białko • Urobilinogen • Azotyny • Kwas askorbinowy 		

	Ciężar właściwy moczu		
5.	Ciężar właściwy moczu oceniany refraktometrycznie		
6.	Analiza parametrów fizykochemicznych moczu z zastosowaniem minimum trzykrotnego pomiaru - z zastosowaniem trzech długości fal - każdego z pól testowych		
7.	Analizator elementów upostaciowanych umożliwiający analizę elementów upostaciowanych bez konieczności wirowania próbki badanej (ograniczenie możliwości uszkodzenia elementów upostaciowanych przez wirowanie)		
8.	Automatyczne, ilościowe oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu niewirowanym: <ul style="list-style-type: none"> • Erytrocyty; Leukocyty • Kryształy • Bakterie • Wałki szkliste • Wałki patologiczne • Drożdże • Plemniki • Nabłonki płaskie • Nabłonki okrągłe • Śluz • Zlepy leukocytów 		
9.	Automatyczne, ilościowe oznaczanie elementów upostaciowanych (erytrocytów; leukocytów; wałków) w moczu niewirowanym, wyrażanym w jednostce objętości, pozwalającym na obliczanie liczby Addisa		
10.	System pozwalający na wykonanie pełnej analizy moczu z objętości maksymalnie 5 ml moczu		
11.	Komunikacja i obsługa analizatorów przez ekran dotykowy		
12.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) pracujące w systemie swobodnego dostępu („random access”)		
13.	Liczba próbek ładowanych jednorazowo do podajnika automatycznego minimum 40		
14.	Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizatory		
15.	Liczba pasków ładowanych jednorazowo na pokład analizatora - minimum 200; możliwość uzupełniania ilości pasków bez		

	przerywania pracy analizatora		
16.	Analiza elementów upostaciowanych opartych na metodzie mikroskopowej z wizualizacją obrazu na podstawie minimum 50 zdjęć danej próbki; zdjęcie pojedynczego elementu upostaciowanego		
17.	Weryfikacja oraz klasyfikacja uzyskanych obrazów (zdjęć) przez użytkownika na ekranie monitora		
18.	Opcjonalny wybór przez użytkownika sposobu wyrażania wyników tj. ilości elementów upostaciowanych: <ul style="list-style-type: none"> • W jednostce objętości (ml) • W polu widzenia 		
19.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) posiadające pojemną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 wyników badań każdy oraz łatwe ich poszukiwanie w bazie danych		
20.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie codziennej kontroli jakości badań i analizę statystyczną systemu kontroli jakości (QC) – możliwość wizualizacji graficznej – wykresy Levey-Jenningsa		
21.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) pozwalający użytkownikowi na zdefiniowanie własnych zakresów wartości referencyjnych		
22.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) wyróżniające się przyjaznym oprogramowaniem pozwalającym na podłączenie do systemu informatycznego laboratorium		
23.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) dające możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym)		
24.	Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanych analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt oferenta		
25.	Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych		
26.	Dostarczenie i podłączenie na koszt oferenta zewnętrznej drukarki służącej do		

	<p>drukowania etykiet na próbówki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt oferenta) • termo transferowa technologia druku • wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi • automatyczna kalibracja nośników <p>- licznik przebiegu</p>		
27.	W czasie trwania umowy: serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) na koszt oferenta		
28.	Walidacja analizatora raz do roku i po każdej naprawie serwisowej potwierdzona pisemnie (analizator sprawny i gotowy do pracy) przez autoryzowany serwis producencki		
29.	Instalacja i szkolenie (potwierdzone certyfikatem) dotyczące obsługi analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) na koszt oferenta		
30.	W czasie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie możliwość szkoleń uzupełniających przeprowadzanych przez oferenta jego na koszt		
31.	Dostarczenie podczas instalacji systemu instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim		
32.	Dostarczenie odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni roboczych		
33.	W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt oferenta - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości Labqality; kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry oznaczane na dostarczonych analizatorach (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych)		
34.	Utylizacja zużytych odczynników w sposób nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych (możliwość wylewania bezpośrednio do kanalizacji); podłączenie do kanalizacji na koszt oferenta		
35.	Dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych		
36.	Jeżeli podczas awarii analizatora zaistnieje konieczności wykonania pilnych badań Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty ich wykonania oraz koszty transportu materiału;		

	miejsce (laboratorium) wykonania powyższych badań zostanie określone przez Wykonawcę		
37.	W czasie trwania umowy dostarczenie oraz zainstalowanie przez oferenta oprogramowania konwerter do połączeń typu serial aparatu z LSI), które pozwala zamawiającemu na przeprowadzanie oceny statystycznej wyników kontroli wewnątrz laboratoryjnej oraz umożliwia śledzenie wyników kontroli zastosowanej przez innych użytkowników (poprzez łącze internetowe)		
38.	W czasie trwania umowy dostarczenie oraz zainstalowanie na koszt oferenta obiektywu 10 x oraz wyposażenia do posiadanego przez zamawiającego mikroskopu Olympus; wyposażenie powinno umożliwiać ocenę morfologii elementów upostaciowanych w świetle spolaryzowanym i digitalizację ich obrazów		

W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem. W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy, opis oferowanego parametru” należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

