



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę artykułów do sterylizacji”, ZP-22-153BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 1 dopuści wskaźnik typu IV posiadający informację o typie i oznaczeniu zgodności z normą zawartych w informacjach produktowych dołączoną do każdego opakowania?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 2 i 3 wymaga inkubatorów wyświetlających czas inkubacji w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 2 i 3 oczekuje, by dostawca inkubatorów zapewniał autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 2 i 3 oczekuje, by wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku „+” lub „-”, oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 2 oczekuje, by odczyt ostateczny wskaźników był max. po 24minutach od początku inkubacji?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 6 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 3 oczekuje, by odczyt ostateczny wskaźników był max. po 4godzinach od początku inkubacji?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.