

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/64/20

Sucha Beskidzka, dnia 14.09.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (V)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 4 dopuści moduły świetlne składające się ze specjalnie zaprojektowanych soczewek dających równomierne, jednorodne pole świetlne, oraz doskonałe skupienie światła? Rozwiązanie to zapobiega przypadkowemu oślepieniu operatora przez boczne rozbłyski często spotykane w zwierciadłach odbijających padające na nie światło.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 5 dopuści niezależne moduły diodowe o tych samych właściwościach i wysokich parametrach świetlnych, emitujących jednorodne światło, przez opatentowaną konstrukcję soczewek? Rozwiązanie to oferuje lepsze efekty świetlne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 6 zgodzi się na dodatkową punktację możliwości samodzielnej wymiany modułu świetlnego za pomocą dedykowanego narzędzia bez otwierania czaszy lampy, i dopuści każdy moduł składający się z 15 diod LED? Mniej modułów świetlnych z większą ilością diod LED gwarantuje zawsze te same wysokie parametry świetlne bez ryzyka rozkalibrowania ustawień świetlnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkową punktację.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 7 dopuści średnicę kopuły o nieznacznie większych wymiarach 300 x 310 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 8 zgodzi się na dodatkową punktację natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy regulowaną elektronicznie do maksymalnej wartości 100 000 Lux?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkową punktację.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 9 dopuści lampę wyposażoną w 3 niezależne źródła światła LED dających wyższe parametry świetlne od wymaganych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt 12 dopuści regulację natężenia światła oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy membranowych przycisków wygodnie umieszczonych na boku czaszy lampy, łatwiejszych do utrzymania w czystości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 13 zgodzi się zmienić punktację temperatury barwowej dla lampy na 4300 K? Jest to wartość najlepiej oddająca temperaturę barwową zbliżoną do naturalnego światła słonecznego.

Odp. Nie.

Z poważaniem:


mgr Janusz Baczewski
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
ul. Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33 872 31 00
fax 33 872 31 01
sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
www.zozsuchabeskidzka.pl


 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ