



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 25.05.2021 roku

FZP.III – 241/21/21

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**SPROSTOWANIE**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI**”.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Piła dokonuje sprostowania w odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia 25.05.2021 r. w następujący sposób:

**Pytanie nr 19.**

Pytanie – do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 3)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane pojedynczo w sposób jałowy zabezpieczając tym samym test przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową.**