



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



Rzeczpospolita  
Polska



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 01.09.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: PN 72/23** Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego - III, w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

CZEŚĆ I - zadanie 1- stetoskop pediatryczny - dopuszczą Państwo możliwość złożenia oferty na produkt o zbliżonych parametrach ale z głowicą z chromowanego mosiądzu (która ma lepsze parametry akustyczne) oraz o nieznacznie wyższej wadze - 200 g i lejku o średnicy 30 mm ?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ i nie dopuszcza Stetoskopu pediatrycznego z głowicą z chromowanego mosiądzu i wadze przekraczającej 120 gramów oraz z średnicą lejka wyższą niż 22mm +/- 5 mm.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – **zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.**

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

UWAGA

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE  
WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY

Sporządziła: Agnieszka Bolewska