

Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

DZP-RJ-PN.004.2021

Załącznik 1.16 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 16 – Materac próżniowy

1.	Materac próżniowy 20 szt.
2.	Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych)
3.	Wymiary min 200cm x 90cm
4.	Waga max. 9,5kg
5.	8 uchwytów do przenoszenia, min 4 pasy spinające
6.	Materiał: a) Cechy materiału – odporny na przetarcia b) Przenikalny dla promieni X c) Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji środkami zawierającymi alkohol
7.	W komplecie pompka próżniowa umożliwiająca odsysanie i wtlaczanie powietrza do materaca
8.	Zestaw materaca próżniowego zawiera: a) materac próżniowy b) pompka automatyczna lub manualna, zestaw dedykowanych przewodów; c) torbę transportową
9.	Gwarancja 24 miesiące
10.	Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim)
11.	Norma PN EN 1865-1 (lub równoważne)