



Nr sprawy: 31/PNE/DOT/2022

Sosnowiec, 07.06.2022r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, instruktażem stanowiskowym i wsparciem serwisowym”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie aktualnych projektów pomieszczeń, w których Zamawiający planuje instalację Rezonansu Magnetycznego będącego przedmiotem postępowania. Jeśli to możliwe w formacie DWG.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że, dokumentacja projektowa udostępniona jest w postępowaniu nr 23 /TP/DOT/2022, Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – I ETAP.

Pytanie 2

Jeśli urządzenie, które chcemy zaoferować będzie wymagało innego układu lub rozmiaru pomieszczeń niż przewidywane w projekcie – prosimy o informację, czy jest możliwe wprowadzenie zmian do tego projektu tak by dostosować pomieszczenia Rezonansu Magnetycznego do wymagań oferowanego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że, wprowadzenie zmian będzie możliwe po akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w §3 punkt 7. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy oraz zmodyfikowany załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia znajdują się do pobrania na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5>

Z poważaniem

Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem
Łukasz Dolata