



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 2023.07.07

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **postępowania nr PN 50/2023 - zakup i dostawa łóżka regulowanego o zwiększonym udźwigu wraz z materacem przeciwodrożynowym – 14 szt. w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wyraża zgody na wykonanie zamówienia w terminie 8 tygodni od momentu podpisania umowy. Termin nie może zostać wydłużony ze względu na krótki czas realizacji projektu.

Pytanie nr 2

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnionego zdejmowanymi płytami HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację (segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo w celu zapewnienia stabilności leża)?

Odpowiedź nr 2

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl

Pytanie nr 3

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego obciążenia roboczego 220 kg dla pozycji leża z max. wagą pacjenta do 185 kg?

Odpowiedź nr 3

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 4

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka wyjmowanych od strony nóg i głowy umożliwiających łatwy dostęp do pacjenta, szczyty blokowane przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka) - odblokowywanie szczytów bez konieczności użycia narzędzi, możliwość szybkiego demontażu?

Odpowiedź nr 4

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 5

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującej bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odpowiedź nr 5

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 6

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie od 400 mm do 805 mm (+/- 10 mm) gwarantującej bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odpowiedź nr 6

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 7

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej części plecowej w zakresie 66° (+/- 5°)?

Odpowiedź nr 7

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 8

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 46° (+/- 2°)?

Odpowiedź nr 8

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 9

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej funkcji CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczenia leża do minimalnej wysokości) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oraz mechanicznej funkcji CRP dla segmentu oparcia pleców za pomocą dźwigni zwalniających dostępnych z obu stron łóżka?

Odpowiedź nr 9

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 10

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną pozycję wspomagającą pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, polegającą na skoordynowanych ruchach leża przekształcających pozycję łóżka do pozycji ułatwiającej pacjentowi wyjście z łóżka – realizowana przy pomocy jednego przycisku? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 10

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 11

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wbudowanych wizualnych wskaźników kąta nachylenia segmentu oparcia do 80° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 17°? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 12

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora widoczną w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych od strony zewnętrznej oraz na panelu sterowniczym?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający dopuszcza wskaźnik sygnalizujący proces ładowania akumulatora w postaci diody LED w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych od strony zewnętrznej oraz panelu sterowniczym.

Pytanie nr 13

Czy (w pkt. 24 i 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół pojedynczych?

Odpowiedź nr 13

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 14

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dźwigni hamulców i jazdy tylko przy 2 kołach od strony nóg?

Odpowiedź nr 14

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 15

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez konieczności stosowania 5 tego koła jako koła kierunkowego, ze względu na to, że w oferowanym łóżku jedno z czterech standardowych kół posiada możliwość zablokowania go do jazdy kierunkowej?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie, w którym jedno z czterech kół standardowych pełni funkcję koła kierunkowego, bez konieczności montażu dodatkowego piątego koła.

Pytanie nr 16

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca zbudowanego z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych, w tym 5 komór – specjalna sekcja na pięty z wizualnym kolorystycznym oznaczeniem miejsca stóp pacjenta?

Odpowiedź nr 16

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 17

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy zasilającej materac w cyklu: od 10 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut, np. 10, 15, 20, 25?

Odpowiedź nr 17

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 18

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o wymiarach 200 x 85 cm (+/- 5 cm), które będą dopasowane do wymiarów oferowanego leża łóżka?

Odpowiedź nr 18

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 19

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkozłączki, które nie wymagają zatyczek?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający dopuszcza szybkozłączki bez zatyczek, umożliwiające usunięcie pojedynczych komór spod leżącego pacjenta.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 27 opisu wyposażenia dodatkowego Zamawiający ma na myśli Certyfikat zgodnie z europejską normą PN-EN 60601-2-52, który dotyczy łóżek oraz PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0), który dotyczy materaców?

Odpowiedź nr 20

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 27 – Wymagany certyfikat zgodnie z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0).

