

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 19.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. (ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet nr 1, pozycja nr 39**

Czy zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV, z perforacją w postaci 3 lub 7 otworów ( do wyboru przez zamawiającego), o dł. 40 cm, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia, dostępny w rozmiarach 20F-36F, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza dren z 7 otworami.**

**Pakiet nr 1, pozycja nr 40**

Czy zamawiający dopuści ściereczkę zaimpregnowaną 20 ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianiu chlorheksydyny 2 % o formule bez spłukiwania bez mydła, w rozmiarze ok. 20 x 20 cm, wykonana z włókniny, pakowana po 4 sztuki, produkt na stawce VAT 23 %, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 1, pozycja nr 41**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm

- gramatura 100 g/m<sup>2</sup>
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 1, pozycja nr 41**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami (nie starszymi niż 2013 r.) na brak zawartości *Pseudomonas aeruginosa* (...) oraz *Escherichia coli*”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 5, pozycja nr 9**

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24 godzinnej toalety jamy ustnej ze szczoteczką o 2 otworach ssących, z ukośną zastawką do regulacji siły odsysania i gładką gąbką, z płynami do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w saszetkach z nacięciem o pojemności 10 ml, w zestawie gąbką do odsysania z ukośną zastawką do regulacji siły odsysania, opakowanie pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, zestaw bez uchwytu do yankuera, elementy zestawu podłączane do ssaka zarejestrowane w klasie II a, pozostałe parametry oraz zawartość poszczególnym opakowań (procedur) wg. opisu zamawiającego w SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 5, pozycja nr 11**

Czy zamawiający dopuści czepek do mycia głowy zawierający w składzie m.in.: dimetikon, wyciąg z aloesu, witamina B5, Witamina E, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój m.in. grzybów, pleśni, z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 20 s w 700 W, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 5, pozycje nr 9, 10, 11**

Czy zamawiający z uwagi na różnorodny asortyment w pakiecie wydzieli pozycje nr 9, 10 i 11 z pakietu nr 5 i utworzy z nich osobny pakiet?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 5, pozycja nr 12**

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 12 z pakietu nr 5 i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 10, pozycja nr 28**

Czy zamawiający z uwagi na różnorodny asortyment w pakiecie wydzieli pozycję nr 28z pakietu nr 10 i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopu zasilaną bateryjnie 2x R14, o strumieniu świetlnym 80000 lux, bez pokrycia (Santoprene) zamiast tego powierzchnia rękojeść o fakturze radełkowanej (antypoślizgowej, zapewniającej pewnych i stabilny chwyt), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopu zasilaną bateryjnie 2x AA o strumieniu świetlnym 80000 lux, bez pokrycia (Santoprene) zamiast tego powierzchnia rękojeść o fakturze radełkowanej (antypoślizgowej, zapewniającej pewnych i stabilny chwyt), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z osłoniętym w całości światłowodem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 4**

Czy zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu o pojemności 1650 ml, z workiem tlenowym 2000ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 4**

Czy zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozm. 5 zamiast 4, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 5**

Czy zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu o pojemności 1650 ml, z workiem tlenowym 2000ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 6**

Czy zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu o pojemności 600 ml, z workiem tlenowym 1600ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 6**

Czy zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozm. 2 zamiast 3, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycje nr 7 i 8**

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 54 pozycje nr 7 i 8?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet nr 54, pozycja nr 9**

Czy zamawiający dopuści prowadnicę Bougie dostępną tylko z zagiętym końcem, w rozmiarach: 2,0; 3,3; i 5,0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Sudzie Powiatowej  
mgr Janusz Bączewski



Kierownik  
Działu Opieki Zdrowotnej  
mgr Sabina Steczek