



WszSL.FZ.381.122/300/2024

Legnica 12.06.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH, LECZENIA WODOGŁOWIA, MARKERÓW DO NAWIGACJI OPTYCZNEJ ORAZ MATERIAŁÓW DO NEUROMONITORINGU ŚRÓDOOPERACYJNEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-22/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy: Część nr 1, poz. 17 – załącznik nr 2A do SWZ

Prosimy o zgodę na zaoferowanie jednorazowego litotryptora do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowany i gotowy do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 2

Dotyczy: §2 ust. 2 projektów umowy dla części nr 1,2,3,5 oraz części nr 4 – Rozdział XX SWZ

Prosimy o dokonanie następującej zmiany:

z:

*„W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem „PILNE” - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na następny dzień roboczy od złożenia zamówienia”*

na:

*„W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem „PILNE” - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia”*

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

Andrzej Urniaż