

COZL/DZP/AW/3412/TP-84/21

Lublin, dnia 20.07.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji i napraw w ramach pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatury medycznej dla COZL”
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP- 84/21)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SWZ – rozdział VIII, pkt. 1, ppkt. d)b)

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w zadaniu nr 1, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania. Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowaniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 3 – par. 1, pkt. 2, ppkt. 2) I

Prosimy o zmianę zapisu w par. 1, pkt. 2, ppkt. 2) I z „Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia, jeżeli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub nie później niż 48 godzin od chwili dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, jeżeli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy” na „Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 72 godziny od chwili zgłoszenia, jeżeli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub nie później niż 72 godziny od chwili dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, jeżeli naprawa odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 3 – par. 1, pkt. 2, ppkt. 2) o

Prosimy o dodanie zapisu w par. 1, pkt. 2, ppkt. 2) o „ W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w załącznik nr 3 – par. 1, pkt. 2, ppkt. 2) o

„W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.”

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
Maria Koziej
mgr Marięna Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
Agnieszka Wąstewicz
mgr Agnieszka Wąstewicz