



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pisz, dnia 26.04.2022 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy w Pisz

ul. Sienkiewicza 2

12-200 Pisz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dopuszczenie istniejących komórek organizacyjnych w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiające poprawę jakości specjalistycznych usług medycznych w ramach

Osi Priorytetowej: RPWM.09.00.00 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działania: RPWM.09.01.00 – Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałania: RPWM.09.01.01. – Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

pakiet nr 1: sterylizator parowy (autoklaw):

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: dostawa sterylizatora samochodem dostawczym o wysokości platformy minimum 130 cm (wysokość od gruntu do posadzki sterylizatorni). Droga transportowa prowadzi przez otwór drzwiowy od zewnątrz budynku (poziom parkingu) bezpośrednio do pomieszczenia strefy sterylnej sterylizatorni (parter budynku). Załadunek z zewnątrz budynku po uprzednim demontażu szyby drzwiowej fix, możliwy za pomocą wózka widłowego typu JCB przez otwór o wymiarach: wysokość 238 cm i szerokość 132 cm. Po posadowieniu sterylizatora w pomieszczeniu, ponowny montaż szyby drzwiowej fix.

Nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy.

Dot. załącznika nr 1 do SWZ formularz ofertowo - cenowy:

zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł netto

..... zł brutto

słowniezł brutto,

w tym należny podatek VAT %, tj. zł

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł netto

..... zł brutto

słowniezł brutto,

w tym należny podatek VAT:

stawka..... %, tj. zł

stawka..... %, tj. zł

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie tabeli z cenami urządzeń o stawkę podatku VAT 23%

Uzasadnienie: sterylizatory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%. Powyższy podział zachowany będzie również w dokumencie sprzedaży: fakturze VAT, która będzie rozliczała ew. kontrakt przez potencjalnego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni formularz ofertowo-cenowy o dodatkową stawkę VAT % (zmiana w kolorze czerwonym). Wykonawca wpisze różne Vat'y jeżeli takie obowiązują .

Dot. załącznika nr 2 do SWZ parametry wymagane:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wersji sterylizatora.

Zapis w parametrach wymaganych : "wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z prawej strony komory" wskazuje wersję prawostronną.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wersji prawostronnej sterylizatora.

Odpowiedź: Tak, wersja prawostronna

Dot. załącznika nr 2 do SWZ parametry wymagane:

system załadowniczy kompatybilny z posiadanymi urządzeniami: wózek wsadowy platformowy, wózek transportowy.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wózków:

czy to ma być 1 wózek platformowy wsadowy i 2 wózki transportowe?

Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: wózek transportowy szt. 1; wózek wsadowy szt. 1

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy § 9 punkt 1:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizacji przez Wykonawcę dostawy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, tj.:
 - a) dostarczenia asortymentu o jakości gorszej niż wymaga Zamawiający, lub
 - b) realizacji dostawy niezgodnej z umową, lub
 - c) niedotrzymania terminu realizacji dostawy z winy wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizacji przez Wykonawcę dostawy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, tj.:
 - a) dostarczenia asortymentu o jakości gorszej niż wymaga Zamawiający, lub
 - b) realizacji dostawy niezgodnej z umową

Uzasadnienie:

Zapis o wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania terminu realizacji dostawy z winy Wykonawcy jest zapisem zabezpieczającym jednostronnie interesy Zamawiającego.

Sterylicator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie w konfiguracji wg. wymogów Zamawiającego.

Z powodu dwuletniej pandemii załamały się łańcuchy dostaw w wielu branżach, co może mieć potencjalny wpływ na termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę, który jest uzależniony od swoich poddostawców / kooperantów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Dot. zadania nr 2 pkt. 2.1 videoprocessor obrazu HDTV - szt. 1
pkt.

- integracja z HIS
- wszelkie koszty integracji, uruchomienia i podłączenia oraz wykonania okablowania umożliwiającego

poprawną pracę sprzętu ponosi wykonawca (w tym utworzenie infrastruktury sieciowej pomiędzy serwerownią a miejscem funkcjonowania sprzętu)

Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych zapisów? Czy te zapisy zostały umieszczone przez pomyłkę (nie posiadają wartości "warunek")?

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zamieścił powyższe zapisy. W związku z tym zamawiający usuwa w załączniku nr 2 „parametry wymagane” taki zapis. (skreślenie kolor czerwony)

prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Załącznik nr 2 do SWZ

- Generator

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada rozwiązanie równoważne - zarówno tryb fluoroskopii ciągłej jak i pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pp/s? Rozwiązanie takie pozwala na szeroki wybór trybu pracy, dopasowany do wykonywanej procedury oraz specyfiki prześwietlanej anatomii.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez możliwości ustawienia kontroli czasu trwania pulsu? Oferowany aparat posiada oprogramowanie, które automatycznie kontroluje czas trwania pulsu tak aby jakość zdjęcia oraz dawka były możliwie najlepiej dopasowane do danej procedury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Lampa

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada totalną filtrację na poziomie 3.35 mm Al.? Filtracja ta nie ma znaczącego wpływu na jakość wykonywanych zdjęć, funkcjonalność pracy oraz generowanej dawki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę dwuogniskową o rozmiarach ognisk 0,6mm i 1,4mm? W oferowanym aparacie fluoroskopia jest wykonywana przy ognisku 0,6 mm, czyli takim, w jakim Zamawiający wymaga. Drugie ognisko ma zastosowanie przy radiografii cyfrowej i konwencjonalnej i wynosi 1,4 mm, ale aparat nie będzie do takich procedur wykorzystany, posiada jednak również i taką możliwość.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna anody wynosi 76 kHU, pojemność cieplna kołpaka 900 kHU oraz szybkość chłodzenia anody 37 kHU? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, niezauważalna podczas pracy i w pełni zabezpieczy pracę aparatu na wiele godzin, bez ryzyka przegrzania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Wózek z ramieniem C
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, w którym zakres ruchu poziomego ramienia C wynosi 20 cm? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest niewielka i nie wpływa na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej wynosi $\pm 205^\circ$ oraz zakres ruchu orbitalnego wynosi 120° ? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, a umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszczonego z obu stron aparatu. Oferowany aparat ma możliwość aretażu kół względem osi stołu z możliwością zahamowania, a rozwiązanie takie stosują czołowi producenci ramion C całym świecie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny pedał z 2 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania.

6. Proponowane jest stosowane i sprawdza się w wielu placówkach medycznych na całym świecie. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza wyzwalania promieniowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada kamerę CCD o rozdzielczości 1k x 1k oraz matrycy obrazu zapamiętanego 1k x 1k x 32 bit?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Monitor tor wizyjny

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wyjście DVI i BNC? Oferowane wyjście zapewnia wysoką przepustowość.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość archiwizacji obrazów w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada tablet dotykowy 10" z możliwością obrotu, o rozdzielczości 1280x800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcją podglądu skopii live?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada systemu automatycznej regulacji temperatury aparatu polegający na automatycznym obniżeniu częstotliwości skopii w przypadku przegrzania. Oferowany przez naszą firmę system dobiera dawkę promieniowania automatycznie w oparciu o prześwietlaną strukturę? Ułatwia to pracę użytkownika i jednocześnie dostosowuje możliwie najlepsze parametry bez konieczności ingerencji użytkownika. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że przy procedurach do których Zamawiający będzie używał aparat nie ma groźby przegrzania aparatu. Ryzyko takie istnieje wyłącznie w przypadku dużych kardiologicznych aparatów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym uszczelki wykonane są w sposób nie przewężający światła komory?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej min 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości $Ra < 0,8 \mu m$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o lekkiej i energooszczędnej konstrukcji komory o grubości ścian 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory nieznacznie odbiegających od wskazanych w parametrach wymaganych tj. 680x680x750 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach sterylizatora nieznacznie odbiegających od wskazanych w parametrach wymaganych tj. (szer.x wys.x gł.) 1200 x 1950 x 1050 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym proces odmulania/ czyszczenia odbywa się w sposób ręczny podczas realizowania przeglądów serwisowych, z naszego doświadczenia wynika że taki sposób czyszczenia jest całkowicie wystarczający?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

7. Czy Zamawiający zaakceptuje autoryzowany serwis producenta w odległości większej niż 140 km - zapewniając jednocześnie że nie będzie miało to wpływu na jakości i skuteczność obsługi serwisowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

-
- 1) Aparat RTG śródoperacyjny, tzw. ramię C – szt., funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu , Tak/Nie .

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując tak/nie. Chcąc otrzymać opisaną funkcjonalność Zamawiający powinien wpisać TAK; wpisując tak/nie Zamawiający pozbawia się pewności że otrzyma od jakiegokolwiek wykonawcy opisaną funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał Tak/Nie. Zamawiający usuwa w załączniku nr 2 parametry wymagane” słowo Nie (kolor czerwony)

- 2) Aparat RTG śródoperacyjny, tzw. ramię C – szt , wielofunkcyjny programowalny pedał z min. 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, **opisać rozwiązania zaoferowane.**

Czy Zamawiający wymaga aby opisany wielofunkcyjny programowalny pedał był bezprzewodowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pedał przewodowy jak i bezprzewodowy

- 3) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas reakcji serwisu do 48h. W związku z wydłużeniem zamawiający zmienia zapis w parametrach wymaganych w załączniku nr 2 (kolor czerwony) – Ramię C

- 4) Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

Odpowiedź:

- 5) Dotyczy OPZ, Warunki gwarancji i serwisu – możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „**tak, podać nr faxu i e-mail**”. Wyjaśniamy, iż zgłaszanie usterek całodobowo jest możliwe wyłącznie poprzez fax i e-mail. Telefonicznie wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający ma świadomość, że zgłoszenie usterki jeżeli nie będzie możliwe telefonicznie zgłosi e-mailem.

- 6) Dotyczy Umowy §7 ust 3

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ze względu na specyfikę działalności zamawiającego, Zamawiający nie może czekać tak długo na uwzględnienie reklamacji

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać przysługującej wierzytelności pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy, jak również należności ubocznych tejże wierzytelności na rzecz osoby trzeciej., zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, licząc od chwili przekazania informacji o reklamacji, w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jej treścią”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„...,w wysokości 7% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający wypowiedzie umowę w trybie natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., w przypadku braku możliwości dostarczenia sprzętu z winy Wykonawcy w wysokości 4% wartości brutto niedostarczonego sprzętu”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązania umowy wyłącza możliwość naliczania kar umownych”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizacji przez Wykonawcę dostawy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, tj.:

- a) dostarczenia asortymentu o jakości gorszej niż wymaga Zamawiający, lub
- b) realizacji dostawy niezgodnej z umową, lub
- c) niedotrzymania terminu realizacji dostawy z winy wykonawcy”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 2, warunki gwarancji, pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., pełna gwarancja zgodnie z kartą gwarancyjną na oferowane urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, liczona od dnia podpisania protokołu bez uwag, gwarancja min. 36 miesięcy”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 2, warunki gwarancji, pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty. Przeglądy rozumiane, jako usługa wykonania przez Wykonawcę, tj. dojazd, koszt robocizny z

wyłączeniem części zużywalnych. Te będą osobno kalkulowane po wykonaniu danego przeglądu – powiadomienie przynajmniej na 1 dzień przed przyjazdem serwisu”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 2, warunki gwarancji, pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy (w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max. 72 h”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 2, warunki gwarancji, pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] max. 10 dni od chwili zgłoszenia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 2, warunki gwarancji, pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] wymagający importu części z zagranicy max. 14 dni od chwili zgłoszenia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 2, warunki gwarancji, pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 8 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 14

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (2.1)

Prosimy o dopuszczenie parametru pamięci wewnętrznej 2GB.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (2.1)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania „mrożenie ekranu” w celu wykonania najdokładniejszego zdjęcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (2.1)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania dwu-diodowego o dużej skuteczności świetlnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.1)

Czy integracja ma się odbyć w wewnętrznej sieci szpitalnej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.2)

Prosimy o dopuszczenie gastrokopu o średnicy wziernika 9,8mm i średnicy kanału roboczego 3,2mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.2)

Prosimy o dopuszczenie średnicy zewnętrznej końcówki endoskopu-gastroskopu 10,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.2)

Prosimy o dopuszczenie głębi ostrości 3-100mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 21

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.2)

Prosimy o dopuszczenie długości roboczej 1050mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 22

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.2)

Prosimy o dopuszczenie kamery z matrycą CCD.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 23

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.2)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania niepotrzebującego zabezpieczania złącza podczas zanurzenia aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 24

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.3)

Prosimy o dopuszczenie głębi ostrości 3-100mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 25

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.3)

Prosimy o dopuszczenie kamery z matrycą CCD.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 26

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.3)

Prosimy o dopuszczenie opcji zmiany obrazowania min. na dziesięć sposobów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.3)

Prosimy o dopuszczenie lepszego rozwiązania w postaci jednego zintegrowanego konektora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 28

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.3)

Prosimy o dopuszczenie aparatu kompatybilnego tylko z oferowanym procesorem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 29

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w postaci obrotowego koła płuczącego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 30

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania bez możliwości manualnego zlewania płynu dezynfekcyjnego ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 31

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z jedną lampą UV.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 32

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania bez automatycznego wstrzymania cyklu w przypadku podniesienia pokrywy myjni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 33

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania tylko automatycznego zlewania płynów przez wybranie odpowiedniej funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 34

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania zapobiegającego zalaniu endoskopu lecz nie przerywającego mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 35

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie myjni z automatycznym testerem szczelności i sygnalizatorem dźwiękowym w przypadku wykrycia nieszczelności bez konieczności drukowania informacji na wydruku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 36

Dotyczy załącznika nr2 SWZ (2.6)

Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach:

Szer.445

Gł. 735

Wys.1005

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ze względu na ograniczoną przestrzeń do montażu urządzenia

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Dopuszcza nie wymaga

2. Dotyczy Umowy:

§1 Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem umowy jest jedynie dostawa urządzenia, bez jego montażu.

Odpowiedź: Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem

§1 Jeżeli przedmiotem umowy będzie również montaż urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

§1 Jeżeli przedmiotem umowy będzie jedynie dostawa urządzenia proszę o dopisanie § z którego jasno będzie wynikało, że gwarancja nie obejmuje napraw spowodowanych niewłaściwym zamontowaniem urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

§1 Jeżeli przedmiotem umowy będzie jedynie dostawa urządzenia proszę o dopisanie § z którego jasno będzie wynikało, że Wykonawca nie udziela gwarancji na urządzenie, jeżeli montaż urządzenia nastąpi przez podmiot nieposiadający autoryzacji producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

nie obejmuje napraw spowodowanych niewłaściwym zamontowaniem urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

§1 ust. 2 oraz §2 ust. 5 Prosimy o tygodniowe określenie dostarczenie przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

§1 ust. 2 oraz §2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji dostawy 20 tygodni od podpisania umowy? Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i geopolityczną w kraju i na świecie i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, wszystkie urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

§ 8 ust. 1 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

PARAMETRY WYMAGANE

1. Dot. punktu „autoryzowany serwis producenta w promieniu 140 km od siedziby zamawiającego” prosimy o wykreślenie tego punktu. Odległość siedziby punktu serwisowego nie ma znaczenia w przypadku jeżeli firma wykonawcy zapewnia swoich serwisantów na terenie całej Polski.

Odpowiedź: Jeśli wykonawca zapewnia swoich serwisantów na terenie całej Polski to posiada ich także w promieniu 140 km od siedziby Zamawiającego

2. Dot. punktu „czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy max. 7 dni od chwili zgłoszenia” oraz punktu „naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpienie zakłóceń w łańcuchu dostaw czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych spowoduje wydłużony czas, kiedy zamawiający nie będzie mógł korzystać ze sterylizatora, przez co poniesie dodatkowe koszty (np. wydłużona praca sterylizatorni)

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. 2. Dotyczy zadania części 1 Sterylizator parowy autoklaw:
- a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L wg AISI, z powierzchnią wewnętrzną gładką poddaną procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału? Uzasadnienie komory z wnętrzem komory elektro polerowalnym lub ręcznie polerowalnym ograniczają przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę
- b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o lekkiej i energooszczędnej konstrukcji komory o grubości ścian nie przekraczającej 5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
- c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o wymiarach komory nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 660x660x700?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
- d. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych niewiele odbiegających od wymaganych tj. 990x1970x1095?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę
- e. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylizatora fabrycznie wyposażonego we własną wytwornicę pary o mocy 30?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- f. Czy Zamawiający zamiast parametru „na panelu czołowym od strony załadowniczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary” dopuści urządzenie, w którym wartości ciśnienia wskazywane są na ekranie sterownika po stronie załadowniczej? Rozwiązanie takie pozwala na utrzymanie większej higieniczności panelu sterowania poprzez eliminację wystających elementów ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Manometry są drugim sposobem odczytu, a tym samym dodatkowym zabezpieczeniem
- g. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
- h. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu bez manometrów (wartości ciśnienia wskazane na ekranie sterownika po stronie załadowniczej)? Uzasadnienie: Rozwiązanie

takie pozwala na utrzymanie większej higieniczności panelu sterowania poprzez eliminację wystających elementów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Manometry są drugim sposobem odczytu, a tym samym dodatkowym zabezpieczeniem

- i. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowaną drukarką termiczną o trwałości wydruku ponad 10 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- j. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,95% cząstek nie większych od 0,30µm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę

- k. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na za pomiar poziomu wody za pomocą czujnika opartego na przewodności, jeżeli czujnik taki posiada szerokie spektrum pomiarowe? Uzasadnienie: Układ pomiaru poziomu wody z czujnikami przewodnościowymi jest rozwiązaniem stosowanym przez liderów branży sterylizacyjnej i jest niezależny od osadzającego kamienia wewnątrz wytwornicy co może mieć miejsce w przypadku zastosowania pomiaru pływakowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje sprzętu z podwójnym zabezpieczeniem – elektronicznym i wizualnym

- l. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z automatycznym odczytem odczytu wody w wytwornicy przez sterownik bez konieczności stosowania wskaźników zewnętrznych i odczytu przez personel co jest zgodne z PN EN 285? Uzasadnienie: W proponowanym urządzeniu wszystkie funkcje w urządzeniu są automatyczne i nie wymagają ingerencji użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje sprzętu z podwójnym zabezpieczeniem – elektronicznym i wizualnym

- m. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym

• Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy 1.4404 (AISI316L). **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

• Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 (AISI304). **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

• Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

• Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych). **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

• Fragmenty instalacji wodnej i parowej wykonane z materiałów innych odpornych na korozję. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

- n. Czy Zamawiający wymaga, że ciężar drzwi ze względów bezpieczeństwa powinien być równoważony przeciwcieżarem co w przypadku awarii zasilania lub awarii linii sprężonego powietrza nie powoduje nagłego nieprzewidywalnego ruchu drzwi urządzenie oraz pozwala na ich awaryjne otwarcie przez personel w przypadku awarii?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga

- o. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie by drzwi sterylizatora były przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, z napędem elektrycznym?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

- p. Czy Zamawiający wymaga aby wytrzymałość uszczelki drzwiowej dociskanej powietrzem wynosiła min. 3500 cykli sterylizacji oraz niewymagającej smarowania?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga

- q. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 37 wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z pompą próżniową z wyposażoną w dodatkowy niezależny inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy i zmniejszający zużycie wody?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- r. Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienie prawidłowego działania układu próżniowego sterylizatora dla wyższej temperatury wody chłodzącej latem, układ powinien być wyposażony w pompę próżniową dwustopniową wyposażoną dodatkowo w inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy, poprawiający warunki suszenia oraz zmniejszający zużycie wody?

Odpowiedź: Przy prawidłowo działającym układzie chłodzenia wyposażonego w wydajny wymiennik ciepła (który jest elementem bezawaryjnym) dodatkowe komplikowanie układu wspomagania suszenia próżniowego jest zbędne

- s. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na siedzibę główną autoryzowanego serwisu producenta ponad 500 km, z zaznaczeniem iż pracownicy serwisu są dostępni na terenie wszystkich województw, w tym województwa Zamawiającego?

Odpowiedź: Jeśli wykonawca zapewnia swoich serwisantów na terenie całej Polski to posiada ich także w promieniu 140 km od siedziby Zamawiającego

- t. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z niekompatybilnym systemem załadoczym z posiadany przez Zamawiającego, do którego zostaną dostarczone wszystkie niezbędne wózki wsadowe i transportowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na ograniczoną powierzchnię w części czystej i sterylnej uniemożliwiającej przechowywanie

- u. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia, w którym wózek wsadowy jest zamontowany na stałe w urządzeniu (wysuwane półki) i nie wymaga dodatkowego wózka wsadowego czy wózka transportowego? Uzasadnienie: Przy zaproponowanym rozwiązaniu kompatybilność posiadanego systemu załadocznego nie jest konieczna, gdyż urządzenie jest w pełni wyposażone, co pozwala również na zaoszczędzenie przestrzeni roboczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na uciążliwość za- i wyładunku