



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 4 szt. fartuchów ochronnych RTG wraz z osłonami na tarczyce dla Bloku Operacyjnego.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametr wymagany
I. Parametry ogólne fartuchów		
1.	Producent / kraj pochodzenia:	PODAĆ
2.	Model/ typ:	PODAĆ
3.	Rok produkcji Produkt fabrycznie nowy	PODAĆ, TAK
4.	Fartuch zabezpieczający przód, boki użytkownika – fartuch jednostronny krzyżak	TAK
5.	Fartuch posiada zapięcia na rzep umieszczone w części przedniej, na biodrach (fartuch zapinany na krzyż)	TAK
6.	Po prawej stronie na ramieniu zatrzaski do mocowania osłony na tarczyce.	TAK
7.	Pasy zapinające są rozciągliwe, tak aby dostosować się do różnych typów sylwetki	TAK
8.	Istnieje możliwość odpięcia i wymiany rzepów na nowe (pasy wyposażone w zamek błyskawiczny)	TAK
9.	Po odpięciu rzepów istnieje możliwość zsunęcia fartucha	TAK
10.	Możliwość personalizacji fartucha	TAK
11.	Dostępne rozmiary fartucha: - M (długość 100cm) – 2 szt. - L (długość 110 cm) – 2 szt.	TAK, PODAĆ
12.	Równoważnik osłabienia promieniowania dla fartucha: 0.5 mm Pb na całej powierzchni przedniej oraz 0.25 mm Pb z tyłu	TAK
13.	Fartuch wykonany z materiału bezwinyłowego, zawierającego ołów o rdzeniu kauczukowym	TAK
14.	Materiał ochrony radiologicznej spełniający standardy i certyfikaty zgodności z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014/DIN EN 61331-1:2016 i IEC 61331-3:2014/DIN EN 61331-3:2016	TAK
15.	Materiał odporny na podarcia, łatwo zmywalny, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrast.	TAK
16.	Materiał, który poddaje się dezynfekcji.	TAK

17.	Materiał posiadający włókna antystatyczne	TAK
18.	Możliwość wyboru z palety ośmiu kolorów oraz 2 rodzajów materiałów pokryciowych (zewnątrznych)	TAK
19.	Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy	TAK, PODAĆ
II. Parametry ogólne osłon gruczołu tarczycy		
1.	Producent / kraj pochodzenia:	PODAĆ
2.	Model/ typ:	PODAĆ
3.	Rok produkcji Produkt fabrycznie nowy	PODAĆ, TAK
4.	Osłona na tarczycę – 4 szt., rozmiar standardowy pasujący do większości rozmiarów szyi: 32-50cm	TAK, PODAĆ
5.	Śliniak min. 11 cm + stójka	TAK
6.	Możliwość dopięcia do fartucha ochronnego RTG min. 2 klipsami/zatrzaskami.	TAK
7.	Równoważnik osłabienia promieniowania osłony na tarczycę: 0.5 mm Pb	TAK
8.	Osłona wykonana z materiału bezwinylowego, zawierającego ołów o rdzeniu kauczukowym, zapięcie magnetyczne.	TAK
9.	Materiał ochrony radiologicznej spełniający standardy i certyfikaty zgodności z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014/DIN EN 61331-1:2016 i IEC 61331-3:2014/DIN EN 61331-3:2016	TAK
10.	Materiał odporny na podarcia, łatwo zmywalny, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrast.	TAK
11.	Materiał, który poddaje się dezynfekcji.	TAK
12.	Materiał posiadający włókna antystatyczne.	TAK
13.	Możliwość wyboru z palety ośmiu kolorów oraz 2 rodzajów materiałów pokryciowych (zewnątrznych).	TAK
14.	Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy.	TAK, PODAĆ

- ◆ Środki ochrony radiologicznej powinny posiadać deklarację zgodności oraz spełniać standardy i normy w ochronie radiologicznej.
- ◆ Dostawa: max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
- ◆ Do oferty należy dołączyć:
 - oświadczenie o wyrobach medycznych,
 - deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikowanej,
 - deklaracja zgodności i certyfikat(y) spełniający(e) normy i standardy ochrony radiologicznej.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.