



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 587/11/2021

Chrzanów, 09.11.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do sprawy nr 111/2021 na „Dostawa łóżek elektrycznych z wyposażeniem dla oddziałów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.

Dotyczy: Pakiet 1 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierkami na całej długości, opis parametrów wymaganych.

1. Ad. 2 – Czy Zamawiający dopuści metalową konstrukcję lakierowaną proszkowo z przewodami łączącymi siłowniki z panelami sterowniczymi zabezpieczonymi w sposób warunkujący bezpieczne użytkowanie oraz łatwą dekontaminację?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

2. Ad. 3 - Czy Zamawiający dopuści łóżko na ramionach wznoszących podpierających ramę leża w min. 4 punktach w sposób gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo użytkowania?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

3. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści 2100 mm długości przy spełnieniu wymogów Zamawiającego w przypadku szerokości łóżka?


Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

4. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści ramę wyposażoną w gniazdo wyrównania potencjału dla łóżka zgodnego z IEC 60601?

Odp.: Tak, dopuszczają.

5. Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści elektryczne regulacje jak niżej?

- a. - segment oparcia pleców 0-65°
- b. - segment uda 0-30°
- c. - kąt przechyłu Trendelenburg'a 0-16°
- d. - kąt przechyłu anty-Trendelenburg'a 0-16°
- e. - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

6. Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 425mm do 780mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

7. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści sterowanie przewodowym pilotem z przyciskami membranowymi z intuicyjnymi piktogramami?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

8. Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny panel sterujący zawieszany u szczytu od strony nóg pacjenta? Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

9. Ad. 14 - Czy Zamawiający dopuści leże łóżka wypełnione tworzywowymi lamelami odpornymi na preparaty dezynfekcyjne oraz oddziaływanie promieniowania UV?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

10. Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z wytrzymałego tworzywa (ABS lub HDPE), wyprofilowane w sposób warunkujący łatwe i bezpieczne użytkowanie łóżka? Górna część szczytu z uchwytem ułatwiającym prowadzenie łóżka.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

11. Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści barierki malowane proszkowo, wykonane z 3 metalowych profili owalnych, zabezpieczające minimum $\frac{3}{4}$ długości leża, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp.: Tak, dopuszcza.

12. Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści półkę na pościel zintegrowaną z elementem przedłużenia leża?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

13.Ad. 21 - Czy Zamawiający dopuści metalowe, malowane proszkowo uchwyty stabilizujące materac, umiejscowione po każdej ze wzdłużnych stron leża, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża?

Odp.: Tak, dopuszcza.

14.Ad. 23 - Czy Zamawiający dopuści maksymalne bezpieczne obciążenie robocze 250 kg?

Odp.: Tak, dopuszcza.

15.Ad. 24 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru min, 4 kolorów wypełnień szczytów przy kolorze ramy w odcieniu szarości?

Odp.: Tak, dopuszcza - jeśli do wyboru będzie też niebieski.

16.Ad. 26 - Czy Zamawiający jako elementy wyposażenia dopuści jak niżej?

- dwuwarstwowy materac wiskoelastyczny z górną warstwą z pianki wiskoelastycznej o gęstości min. 50 kg/m³, oraz dolną warstwą z pianki poliuretanowej o gęstości min. 30 kg/m³? Materac z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm.
- wysięgnik dla pacjenta z możliwością montażu w każdej z czterech tulei montażowych
- drażek infuzyjny z czterema haczykami z możliwością montażu w każdej z czterech tulei montażowych
- szafkę przyłóżkową

Odp.: Tak, dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 2 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne, opis parametrów wymaganych.

1. Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści metalową konstrukcję lakierowaną proszkowo z przewodami łączącymi siłowniki z panelami sterowniczymi zabezpieczonymi w sposób warunkujący bezpieczne użytkowanie oraz łatwą dekontaminację?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

2. Ad. 3 - Czy Zamawiający dopuści łóżko na ramionach wznoszących podpierających ramę leża w min. 4 punktach w sposób gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo użytkowania?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

3. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach 2000 x 850 mm przy spełnieniu wymogów dotyczących długości i szerokości łóżka?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

4. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści ramę wyposażoną w gniazdo wyrównania potencjału dla łóżka zgodnego z IEC 60601?

Odp.: Tak, dopuszcza.

5. Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści elektryczne regulacje jak niżej?

- a. - segment oparcia pleców 0-65°
- b. - segment uda 0-30°
- c. - kąt przechyłu Trendelenburg'a 0-16°
- d. - kąt przechyłu anty-Trendelenburg'a 0-16°
- e. - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

6. Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 425mm do 780mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

7. Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści sterowanie przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji oraz z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora? W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburg'a nie dostępna na pilocie pacjenta, a jedynie na głównym panelu pielęgniarstwie zawieszonym od strony nog pacjenta.

Odp.: Tak, dopuszcza.

8. Ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści leże łóżka wypełnione tworzywowymi lamelami odpornymi na preparaty dezynfekcyjne oraz oddziaływanie promieniowania UV?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

9. Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z wytrzymałego tworzywa (ABS lub HDPE), wyprofilowane w sposób warunkujący łatwe i bezpieczne użytkowanie łóżka? Górna część szczytu z uchwytem ułatwiającym prowadzenie łóżka.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

10.Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści barierki malowane proszkowo, wykonane z 3 metalowych profili owalnych, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp.: Tak, dopuszcza.

11.Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści półkę na pościel zintegrowaną z elementem przedłużenia leża?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

12.Ad. 27 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru min, 4 kolorów wypełnień szczytów przy kolorze ramy w odcieniu szarości?

Odp.: Tak, dopuszcza - jeśli do wyboru będzie też niebieski.

17.Ad. 28 - Czy Zamawiający jako elementy wyposażenia dopuści jak niżej?

- materac dostosowany do wymiarów leża, o wysokości min. 12 cm
- wysięgnik dla pacjenta z możliwością montażu w każdej z czterech tulei montażowych
- drążek infuzyjny z czterema haczykami z możliwością montażu w każdej z czterech tulei montażowych
- stolik przyłóżkowy

Odp.: Tak, dopuszcza.

18. Czy w przypadku 10 szt. łóżek Zamawiający będzie wymagał, aby szafka przyłóżkowa spełniała poniższe parametry:
Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. . Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości 6 mm).

Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklanę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości

Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę z dostęp do półki od frontu szafki.

Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Wymiary zewnętrzne:

- wysokość - 875 mm
- szerokość szafki - 434 mm
- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 555 mm
- szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm
- głębokość - 451 mm

Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu.

Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 760 - 1110 mm

Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.

Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)

Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o śr. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną szafkę.

Z poważaniem

**Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med. Izabela Kiełbalska**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892